검량선 보고서

검량선: Cal_가감법(검량선용)_251210_2329
의 보정: 2025-12-10 오후 11:29:19 +0900 **매소드:** 가감법(검량선용)
디렉토리: C:\ProgramData\IDC\multiWin\Calibration\2025\12
파일명: 251210232919.ajc

이용자: user1
보정 채널: **IC**
선형 회귀 [µg]: c = (k1·Ieff + k0) / V
k0 = 9.690E-3 k1 = 6.049E-4
잔류 표준 편차: 1654.3AU
매소드 표준 편차: 2.02mg/l
매소드 변동 계수: 12.213% **검출 한계:** 3.92mg/l
복제 품질: 0.99326 **검출 한계:** 7.85mg/l
상관 계수: 0.99662 **정량 한계:** 14.21mg/l

고정 시료 용량이 있는 보정: 500.0µl

번호	복제	C-공칭	m-공칭	I-네트	C-활성화	c-델타
BV	3-3			460.4AU/ml		
1	3-3	0.000mg/l	0µg	87.08AU	0.125mg/l	
2	3-3	2.500mg/l	1.25µg	2,608AU	3.174mg/l	26.97%
3	3-3	5.000mg/l	2.50µg	5,025AU	6.099mg/l	21.98%
4	3-3	25.000mg/l	12.50µg	1.815E4AU	21.975mg/l	-12.10%
5	3-3	50.000mg/l	25.00µg	4.224E4AU	51.127mg/l	2.25%



검량선 보고서

검량선: Cal_가감법(검량선용)_251210_2329
의 보정: 2025-12-10 오후 11:29:19 +0900 **매소드:** 가감법(검량선용)
디렉토리: C:\ProgramData\IDC\multiWin\Calibration\2025\12
파일명: 251210232919.ajc

이용자: user1
보정 채널: **TC**
선형 회귀 [µg]: c = (k1·Ieff + k0) / V
k0 = 0.36166 k1 = 6.453E-4
잔류 표준 편차: 1849.1AU
매소드 표준 편차: 2.39mg/l
매소드 변동 계수: 7.2489% **검출 한계:** 4.66mg/l
복제 품질: 0.99761 **검출 한계:** 9.32mg/l
상관 계수: 0.99881 **정량 한계:** 17.45mg/l

고정 시료 용량이 있는 보정: 500.0µl

번호	복제	C-공칭	m-공칭	I-네트	C-활성화	c-델타
BV	3-3			1,391AU/ml		
1	3-3	0.000mg/l	0µg	0!	0.723mg/l	
2	3-3	5.000mg/l	2.50µg	3,685AU	5.479mg/l	9.58%
3	3-3	10.000mg/l	5.00µg	7,886AU	10.901mg/l	9.01%
4	3-3	50.000mg/l	25.00µg	3.536E4AU	46.365mg/l	-7.27%
5	3-3	100.000mg/l	50.00µg	7.811E4AU	101.530mg/l	1.53%



분석표

분석표: 251211

시료 ID			분석 시간				래크 위치
매소드		변수	시료 용량	복제	희석제	종류	밀도
변수	농도 ± SD	적분 [AU]	검량선 기능				DF
BK			2025-12-11 오전 8:28:54				1
BK(가감법)		IC; TC	1000µl	2 (2-2)	1 안에서 1	시료	
TOC	245.6µg/l						
IC	36.50µg/l ± 6.94%	361.8AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	282.1µg/l ± 26.36%	428.0AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
BK			2025-12-11 오전 9:15:48				3
BK(가감법)		IC; TC	1000µl	2 (2-2)	1 안에서 1	시료	
TOC	203.5µg/l						
IC	44.50µg/l ± 6.18%	368.3AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	248.0µg/l ± 2.15%	405.1AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
BK			2025-12-11 오전 9:40:59				4
BK(가감법)		IC; TC	1000µl	2 (2-2)	1 안에서 1	시료	
TOC	251.4µg/l						
IC	47.50µg/l ± 3.69%	374.1AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	298.9µg/l ± 1.16%	436.0AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호1			2025-12-11 오전 10:28:50				6
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 5	시료	
TOC	158.8mg/l						
IC	424.7mg/l ± 1.01%	2.806E4AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	583.5mg/l ± 0.29%	3.561E4AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호2			2025-12-11 오전 10:54:38				7
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	11.62mg/l						
IC	18.48mg/l ± 0.28%	6,092AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	30.10mg/l ± 2.27%	8,768AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호3			2025-12-11 오전 11:15:53				8
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	9.61mg/l						
IC	9.45mg/l ± 1.18%	3,107AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	19.06mg/l ± 0.31%	5,346AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호4			2025-12-11 오전 11:37:13				9
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	17.65mg/l						
IC	14.42mg/l ± 3.93%	4,752AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	32.07mg/l ± 0.03%	9,380AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호5			2025-12-11 오후 12:00:02				10
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	7.48mg/l						
IC	8.25mg/l ± 0.98%	2,713AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	15.74mg/l ± 0.14%	4,317AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1210_금호6			2025-12-11 오후 12:22:29				11
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	4.53mg/l						
IC	4.80mg/l ± 1.55%	1,570AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	9.33mg/l ± 0.41%	2,332AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호7			2025-12-11 오후 12:43:25				12
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	8.62mg/l						
IC	11.35mg/l ± 4.12%	3,738AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	19.97mg/l ± 1.14%	5,630AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
1202_금호8			2025-12-11 오후 1:09:19				13
가감법(시료용)		IC; TC	200.0µl	2 (2-3)	1 안에서 100	시료	
TOC	1.43g/l						
IC	129.3mg/l ± 0.14%	411.4AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	1.55g/l ± 0.67%	4,258AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1
CCV			2025-12-11 오후 3:29:52				19
가감법(검량선용)		IC; TC	500.0µl	2 (2-3)	1 안에서 1	시료	
TOC	25.68mg/l						
IC	23.31mg/l ± 1.36%	1.925E4AU	c = (6.049E-4*I + 9.690E-3)/V				1
TC	48.99mg/l ± 0.17%	3.74E4AU	c = (6.453E-4*I + 0.36166)/V				1