Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\260121_OES_KD-26-01-21 133647.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:37
Ba455.403						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	1121	156	13.91			
Single values (Ints.): #1: 949 #2: 1164 #3: 1252						
Cd226.502						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	215	49	22.66			
Single values (Ints.): #1: 190 #2: 271 #3: 183						
Cr267.716						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	156	26	16.67			
Single values (Ints.): #1: 136 #2: 148 #3: 186						
Cu324.754						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	6204	141	2.27			
Single values (Ints.): #1: 6287 #2: 6284 #3: 6042						
Fe259.940						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	3873	90	2.33			
Single values (Ints.): #1: 3773 #2: 3900 #3: 3947						
Mn257.610						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	4365	113	2.59			
Single values (Ints.): #1: 4323 #2: 4493 #3: 4279						
Ni231.604						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	151	52	34.47			
Single values (Ints.): #1: 91 #2: 176 #3: 186						
Pb220.353						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	130	18	13.83			
Single values (Ints.): #1: 125 #2: 115 #3: 150						
Sn189.927						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	250	27	10.96			
Single values (Ints.): #1: 247 #2: 224 #3: 279						
Zn213.856						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	497	25	5.06			
Single values (Ints.): #1: 508 #2: 515 #3: 468						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST1	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:41
Ba455.403						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	347166	2865	0.83			
Single values (Ints.): #1: 343862 #2: 348658 #3: 348977						
Cd226.502						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	118918	1134	0.95			
Single values (Ints.): #1: 117952 #2: 118636 #3: 120166						
Cr267.716						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	59345	40	0.07			
Single values (Ints.): #1: 59390 #2: 59332 #3: 59312						
Cu324.754						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	79232	1168	1.47			
Single values (Ints.): #1: 80464 #2: 79090 #3: 78142						
Fe259.940						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	107103	1415	1.32			
Single values (Ints.): #1: 107517 #2: 108264 #3: 105527						
Mn257.610						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	634028	4283	0.68			
Single values (Ints.): #1: 629084 #2: 636417 #3: 636585						
Ni231.604						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	30147	132	0.44			
Single values (Ints.): #1: 30297 #2: 30051 #3: 30092						
Pb220.353						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	8130	77	0.94			
Single values (Ints.): #1: 8061 #2: 8212 #3: 8116						
Sn189.927						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	5336	85	1.60			
Single values (Ints.): #1: 5335 #2: 5251 #3: 5421						
Zn213.856						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	31310	411	1.31			
Single values (Ints.): #1: 31784 #2: 31063 #3: 31083						
ST2	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:45
Ba455.403						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	1723021	20803	1.21			
Single values (Ints.): #1: 1711396 #2: 1710628 #3: 1747038						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cd226.502						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	583107	2513	0.43			
Single values (Ints.): #1: 586009 #2: 581645 #3: 581667						
Cr267.716						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	295596	3039	1.03			
Single values (Ints.): #1: 293638 #2: 299096 #3: 294053						
Cu324.754						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	364332	3056	0.84			
Single values (Ints.): #1: 367858 #2: 362710 #3: 362429						
Fe259.940						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	519246	1421	0.27			
Single values (Ints.): #1: 520841 #2: 518114 #3: 518783						
Mn257.610						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	3125183	8812	0.28			
Single values (Ints.): #1: 3120847 #2: 3135323 #3: 3119380						
Ni231.604						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	148592	1120	0.75			
Single values (Ints.): #1: 147723 #2: 148197 #3: 149856						
Pb220.353						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	39593	594	1.50			
Single values (Ints.): #1: 40137 #2: 39682 #3: 38959						
Sn189.927						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	25656	99	0.39			
Single values (Ints.): #1: 25547 #2: 25678 #3: 25741						
Zn213.856						
Conc.1	0.5				mg/L	
Ints.	157132	779	0.50			
Single values (Ints.): #1: 157654 #2: 156236 #3: 157505						
ST3	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:48
Ba455.403						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	3450428	28260	0.82			
Single values (Ints.): #1: 3453062 #2: 3420943 #3: 3477279						
Cd226.502						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	1184066	4379	0.37			
Single values (Ints.): #1: 1182621 #2: 1188985 #3: 1180592						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cr267.716						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	588260	1888	0.32			
Single values (Ints.): #1: 588984 #2: 589680 #3: 586117						
Cu324.754						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	717853	9313	1.30			
Single values (Ints.): #1: 725340 #2: 707424 #3: 720796						
Fe259.940						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	1035700	7788	0.75			
Single values (Ints.): #1: 1038818 #2: 1026836 #3: 1041446						
Mn257.610						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	6228813	95872	1.54			
Single values (Ints.): #1: 6119275 #2: 6297457 #3: 6269709						
Ni231.604						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	298374	1770	0.59			
Single values (Ints.): #1: 300073 #2: 298509 #3: 296541						
Pb220.353						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	78599	928	1.18			
Single values (Ints.): #1: 78495 #2: 79574 #3: 77727						
Sn189.927						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	52087	656	1.26			
Single values (Ints.): #1: 51602 #2: 51826 #3: 52834						
Zn213.856						
Conc.1	1				mg/L	
Ints.	314822	1278	0.41			
Single values (Ints.): #1: 316197 #2: 313671 #3: 314599						
ST4	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:52
Ba455.403						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	8495362	94707	1.11			
Single values (Ints.): #1: 8489009 #2: 8403991 #3: 8593085						
Cd226.502						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	2959092	19374	0.65			
Single values (Ints.): #1: 2950238 #2: 2981311 #3: 2945726						
Cr267.716						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	1456017	7748	0.53			
Single values (Ints.): #1: 1451750 #2: 1451340 #3: 1464961						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cu324.754						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	1749414	14969	0.86			
Single values (Ints.): #1: 1757602 #2: 1732137 #3: 1758504						
Fe259.940						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	2535992	23831	0.94			
Single values (Ints.): #1: 2560322 #2: 2512693 #3: 2534959						
Mn257.610						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	15133351	78573	0.52			
Single values (Ints.): #1: 15048114 #2: 15202891 #3: 15149048						
Ni231.604						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	733603	7744	1.06			
Single values (Ints.): #1: 738377 #2: 737762 #3: 724668						
Pb220.353						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	192746	2037	1.06			
Single values (Ints.): #1: 192259 #2: 194981 #3: 190996						
Sn189.927						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	131603	620	0.47			
Single values (Ints.): #1: 131254 #2: 131236 #3: 132318						
Zn213.856						
Conc.1	2.5				mg/L	
Ints.	778354	1416	0.18			
Single values (Ints.): #1: 777061 #2: 779866 #3: 778135						
ST5	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 13:56
Ba455.403						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	16723686	239972	1.43			
Single values (Ints.): #1: 16738675 #2: 16955813 #3: 16476571						
Cd226.502						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	5893474	12977	0.22			
Single values (Ints.): #1: 5886278 #2: 5908455 #3: 5885689						
Cr267.716						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	2905629	31277	1.08			
Single values (Ints.): #1: 2890418 #2: 2884868 #3: 2941602						
Cu324.754						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	3505175	34275	0.98			
Single values (Ints.): #1: 3543800 #2: 3493335 #3: 3478390						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Fe259.940						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	5004796	67811	1.35			
Single values (Ints.): #1: 5081951 #2: 4977775 #3: 4954662						
Mn257.610						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	29769729	182872	0.61			
Single values (Ints.): #1: 29954734 #2: 29765384 #3: 29589068						
Ni231.604						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	1442480	12193	0.85			
Single values (Ints.): #1: 1450693 #2: 1428470 #3: 1448277						
Pb220.353						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	377694	1416	0.37			
Single values (Ints.): #1: 377636 #2: 379138 #3: 376308						
Sn189.927						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	252270	2254	0.89			
Single values (Ints.): #1: 254073 #2: 252993 #3: 249742						
Zn213.856						
Conc.1	5				mg/L	
Ints.	1576518	10280	0.65			
Single values (Ints.): #1: 1576812 #2: 1586648 #3: 1566095						

Compute calib. *Method:* Ba455.403 *Date:* 2026-01-21 13:59

Ba455.403

y=a+bx a=50165.867 b=3345031.7 Method SD: 0.0191155 mg/L

R^2(adj.): 0.999869800 ; Slope: 3345031.7 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.1320494 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* Cd226.502 *Date:* 2026-01-21 13:59

Cd226.502

y=a+bx a=997.21529 b=1179438.2 Method SD: 0.0057528 mg/L

R²(adj.): 0.999988207 ; Slope: 1179438.2 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0279374 mg/L



Compute calib. *Method:* Cr267.716 *Date:* 2026-01-21 13:59

Cr267.716

y=a+bx a=3412.1509 b=580717.63 Method SD: 0.0053147 mg/L

R²(adj.): 0.999989935 ; Slope: 580717.63 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0865612 mg/L



Compute calib. *Method:* Cu324.754 *Date:* 2026-01-21 13:59

Cu324.754

y=a+bx a=11039.251 b=698458.76 Method SD: 0.0095029 mg/L

R²(adj.): 0.999967821 ; Slope: 698458.76 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.1722642 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* Fe259.940 *Date:* 2026-01-21 13:59

Fe259.940

y=a+bx a=17934.928 b=999901.11 Method SD: 0.0168150 mg/L

R²(adj.): 0.999899251 ; Slope: 999901.11 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0664582 mg/L



Compute calib. *Method:* Mn257.610 *Date:* 2026-01-21 13:59

Mn257.610

y=a+bx a=127987.47 b=5948081.9 Method SD: 0.0230259 mg/L

R²(adj.): 0.999811088 ; Slope: 5948081.9 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0138629 mg/L



Compute calib. *Method:* Ni231.604 *Date:* 2026-01-21 13:59

Ni231.604

y=a+bx a=4625.9327 b=288526.44 Method SD: 0.0205041 mg/L

R²(adj.): 0.999850198 ; Slope: 288526.44 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.1037131 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* Pb220.353 *Date:* 2026-01-21 13:59

Pb220.353

y=a+bx a=1631.0552 b=75505.973 Method SD: 0.0240703 mg/L

R²(adj.): 0.999793564 ; Slope: 75505.973 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.3212368 mg/L



Compute calib. *Method:* Sn189.927 *Date:* 2026-01-21 13:59

Sn189.927

y=a+bx a=1077.0109 b=50630.652 Method SD: 0.0457462 mg/L

R²(adj.): 0.999254601 ; Slope: 50630.652 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0813497 mg/L



Compute calib. *Method:* Zn213.856 *Date:* 2026-01-21 13:59

Zn213.856

y=a+bx a=-1009.174 b=314800.96 Method SD: 0.0137876 mg/L

R²(adj.): 0.999932262 ; Slope: 314800.96 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.0230344 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
BLANK	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:00
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Ba455.403						
Conc.1	-0.0145	0.0000	0.06	0.0392	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0145	0.0000	0.06	0.0392	mg/L	<KAL
Ints.	1571	30	1.89			<KAL
Single values (Ints.): #1: 1546 #2: 1564 #3: 1604						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0003	0.0001	15.76	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0003	0.0001	15.76	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	593	64	10.75			<KAL
Single values (Ints.): #1: 521 #2: 617 #3: 641						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Cr267.716						
Conc.1	-0.0049	0.0002	3.08	0.0109	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0049	0.0002	3.08	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	551	88	16.02			<KAL
Single values (Ints.): #1: 456 #2: 564 #3: 631						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Cu324.754						
Conc.1	0.0008	0.0003	34.80	0.0194	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0003	34.80	0.0194	mg/L	
Ints.	11599	195	1.68			
Single values (Ints.): #1: 11808 #2: 11569 #3: 11422						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Fe259.940						
Conc.1	-0.0145	0.0000	0.23	0.0345	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0145	0.0000	0.23	0.0345	mg/L	<KAL
Ints.	3453	34	0.98			<KAL
Single values (Ints.): #1: 3491 #2: 3426 #3: 3442						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0192	0.0000	0.05	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0192	0.0000	0.05	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	13678	58	0.42			<KAL
Single values (Ints.): #1: 13690 #2: 13615 #3: 13729						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0142	0.0001	0.75	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0142	0.0001	0.75	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	540	31	5.69			<KAL
Single values (Ints.): #1: 563 #2: 551 #3: 505						
Blank unit mismatch! (#1392)						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Pb220.353						
Conc.1	-0.0191	0.0004	1.99	0.0494	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0191	0.0004	1.99	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	186	29	15.54			<KAL
Single values (Ints.): #1: 219 #2: 169 #3: 168						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0122	0.0006	4.94	0.0937	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0122	0.0006	4.94	0.0937	mg/L	<KAL
Ints.	459	31	6.65			<KAL
Single values (Ints.): #1: 494 #2: 442 #3: 441						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Zn213.856						
Conc.1	0.0053	0.0001	0.98	0.0282	mg/L	
Conc.2	0.0053	0.0001	0.98	0.0282	mg/L	
Ints.	651	16	2.49			
Single values (Ints.): #1: 651 #2: 667 #3: 635						
Blank unit mismatch! (#1392)						
Reag. blank	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:03
Ba455.403						
Conc.1	-0.0138	0.0000	0.34	0.0392	mg/L	<KAL
Ints.	4143	159	3.83			<KAL
Single values (Ints.): #1: 3969 #2: 4180 #3: 4279						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0006	0.0001	8.26	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	268	60	22.53			<KAL
Single values (Ints.): #1: 204 #2: 276 #3: 323						
Cr267.716						
Conc.1	-0.0050	0.0001	2.59	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	496	76	15.24			<KAL
Single values (Ints.): #1: 583 #2: 457 #3: 448						
Cu324.754						
Conc.1	0.0080	0.0002	2.01	0.0194	mg/L	
Ints.	16611	112	0.67			
Single values (Ints.): #1: 16595 #2: 16508 #3: 16730						
Fe259.940						
Conc.1	0.0519	0.0002	0.44	0.0341	mg/L	
Ints.	69820	230	0.33			
Single values (Ints.): #1: 69574 #2: 70029 #3: 69857						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0195	0.0000	0.07	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	11906	82	0.69			<KAL
Single values (Ints.): #1: 11962 #2: 11943 #3: 11812						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0150	0.0001	0.52	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	293	23	7.70			<KAL
Single values (Ints.): #1: 311 #2: 300 #3: 268						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Pb220.353						
Conc.1	-0.0172	0.0004	2.23	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	335	29	8.60			<KAL
Single values (Ints.): #1: 353 #2: 302 #3: 350						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0148	0.0003	2.26	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	326	17	5.20			<KAL
Single values (Ints.): #1: 346 #2: 313 #3: 320						
Zn213.856						
Conc.1	0.0333	0.0004	1.13	0.0280	mg/L	
Ints.	9485	118	1.24			
Single values (Ints.): #1: 9384 #2: 9455 #3: 9614						
MBK	*Method:*	OES(1)		Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:07
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Ba455.403						
Conc.1	-0.0138	0.0000	0.12	0.0392	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0000	61.43	0.0392	mg/L	<KAL
Ints.	4053	55	1.36			<KAL
Single values (Ints.): #1: 4111 #2: 4001 #3: 4046						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0006	0.0000	4.57	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0000	101.98	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	299	32	10.67			<KAL
Single values (Ints.): #1: 331 #2: 298 #3: 268						
Cr267.716						
Conc.1	-0.0050	0.0000	0.98	0.0109	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0000	293.33	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	486	29	5.89			<KAL
Single values (Ints.): #1: 453 #2: 502 #3: 504						
Cu324.754						
Conc.1	0.0067	0.0003	5.02	0.0194	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0003	25.98	0.0194	mg/L	
Ints.	15708	234	1.49			
Single values (Ints.): #1: 15970 #2: 15517 #3: 15638						
Fe259.940						
Conc.1	0.0516	0.0004	0.86	0.0341	mg/L	
Conc.2	-0.0003	0.0004	162.76	0.0341	mg/L	
Ints.	69547	445	0.64			
Single values (Ints.): #1: 70016 #2: 69493 #3: 69131						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0196	0.0000	0.15	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0000	39.30	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	11452	178	1.56			<KAL
Single values (Ints.): #1: 11390 #2: 11312 #3: 11653						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Ni231.604						
Conc.1	-0.0149	0.0000	0.24	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0001	0.0000	28.18	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	329	10	3.08			<KAL
Single values (Ints.): #1: 325 #2: 340 #3: 322						
Pb220.353						
Conc.1	-0.0173	0.0002	1.39	0.0494	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0002	160.51	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	324	18	5.61			<KAL
Single values (Ints.): #1: 313 #2: 345 #3: 313						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0147	0.0002	1.68	0.0938	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0001	0.0002	171.49	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	334	12	3.73			<KAL
Single values (Ints.): #1: 322 #2: 347 #3: 333						
Zn213.856						
Conc.1	0.0321	0.0003	0.79	0.0281	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0003	20.05	0.0281	mg/L	
Ints.	9088	79	0.87			
Single values (Ints.): #1: 9113 #2: 9000 #3: 9153						

MBK	*Method:*	OES(1)	Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:11
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on

Ba455.403						
Conc.1	-0.0137	0.0001	0.51	0.0392	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0001	418.93	0.0392	mg/L	<KAL
Ints.	4199	234	5.58			<KAL
Single values (Ints.): #1: 4346 #2: 3929 #3: 4321						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0006	0.0001	9.23	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0001	169.15	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	305	64	20.91			<KAL
Single values (Ints.): #1: 369 #2: 241 #3: 306						
Cr267.716						
Conc.1	-0.0051	0.0000	0.69	0.0109	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0000	64.89	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	464	20	4.41			<KAL
Single values (Ints.): #1: 486 #2: 463 #3: 445						
Cu324.754						
Conc.1	0.0063	0.0003	4.07	0.0194	mg/L	
Conc.2	-0.0017	0.0003	15.01	0.0194	mg/L	
Ints.	15423	178	1.16			
Single values (Ints.): #1: 15604 #2: 15247 #3: 15419						
Fe259.940						
Conc.1	0.0519	0.0002	0.42	0.0341	mg/L	
Conc.2	0.0000	0.0002	624.96	0.0341	mg/L	
Ints.	69855	216	0.31			
Single values (Ints.): #1: 69607 #2: 70001 #3: 69957						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Mn257.610						
Conc.1	-0.0196	0.0000	0.02	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0000	3.13	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	11133	24	0.22			<KAL
Single values (Ints.): #1: 11161 #2: 11118 #3: 11120						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0150	0.0002	1.49	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0002	###.##	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	289	64	22.30			<KAL
Single values (Ints.): #1: 243 #2: 261 #3: 362						
Pb220.353						
Conc.1	-0.0176	0.0002	1.12	0.0494	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0005	0.0002	41.74	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	299	15	4.98			<KAL
Single values (Ints.): #1: 317 #2: 290 #3: 292						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0155	0.0005	3.54	0.0938	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0005	79.94	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	292	28	9.53			<KAL
Single values (Ints.): #1: 283 #2: 269 #3: 323						
Zn213.856						
Conc.1	0.0332	0.0003	0.83	0.0280	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0003	155.54	0.0280	mg/L	
Ints.	9429	87	0.92			
Single values (Ints.): #1: 9345 #2: 9423 #3: 9518						

FBK(KD)	*Method:*	OES(1)	Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on

Ba455.403						
Conc.1	-0.0138	0.0001	0.42	0.0392	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0001	###.##	0.0392	mg/L	<KAL
Ints.	4144	194	4.68			<KAL
Single values (Ints.): #1: 4202 #2: 3928 #3: 4302						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0006	0.0000	3.19	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0000	98.16	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	243	24	9.89			<KAL
Single values (Ints.): #1: 230 #2: 228 #3: 271						
Cr267.716						
Conc.1	-0.0051	0.0000	0.91	0.0109	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0000	126.67	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	475	27	5.60			<KAL
Single values (Ints.): #1: 504 #2: 452 #3: 469						
Cu324.754						
Conc.1	0.0061	0.0002	2.71	0.0194	mg/L	
Conc.2	-0.0018	0.0002	9.04	0.0194	mg/L	
Ints.	15325	116	0.76			
Single values (Ints.): #1: 15219 #2: 15449 #3: 15306						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Fe259.940						
Conc.1	0.0507	0.0015	2.97	0.0341	mg/L	
Conc.2	-0.0012	0.0015	130.87	0.0341	mg/L	
Ints.	68669	1507	2.19			
Single values (Ints.): #1: 70408 #2: 67770 #3: 67828						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0197	0.0000	0.11	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0002	0.0000	12.27	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	10844	130	1.20			<KAL
Single values (Ints.): #1: 10834 #2: 10978 #3: 10718						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0150	0.0001	0.50	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0001	265.98	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	301	21	7.12			<KAL
Single values (Ints.): #1: 302 #2: 279 #3: 322						
Pb220.353						
Conc.1	-0.0168	0.0004	2.58	0.0494	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0004	0.0004	118.57	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	363	33	9.02			<KAL
Single values (Ints.): #1: 369 #2: 327 #3: 392						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0158	0.0003	1.91	0.0938	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0010	0.0003	29.86	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	275	15	5.57			<KAL
Single values (Ints.): #1: 269 #2: 264 #3: 293						
Zn213.856						
Conc.1	0.0330	0.0001	0.38	0.0281	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0001	33.18	0.0281	mg/L	
Ints.	9365	40	0.42			
Single values (Ints.): #1: 9344 #2: 9410 #3: 9339						

K1	*Method:*	OES(1)	Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:18
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on

Ba455.403						
Conc.1	0.0101	0.0003	2.62	0.0390	mg/L	
Conc.2	0.0239	0.0003	1.11	0.0390	mg/L	
Ints.	84029	887	1.06			
Single values (Ints.): #1: 83247 #2: 84992 #3: 83847						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0007	0.0000	4.45	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0000	0.0000	78.61	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	224	34	15.40			<KAL
Single values (Ints.): #1: 185 #2: 235 #3: 251						
Cr267.716						
Conc.1	0.0002	0.0001	47.28	0.0109	mg/L	
Conc.2	0.0052	0.0001	1.94	0.0109	mg/L	
Ints.	3537	59	1.67			
Single values (Ints.): #1: 3505 #2: 3500 #3: 3605						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cu324.754						
Conc.1	0.0044	0.0001	1.57	0.0194	mg/L	
Conc.2	-0.0036	0.0001	1.91	0.0194	mg/L	
Ints.	14093	48	0.34			
Single values (Ints.): #1: 14056 #2: 14075 #3: 14147						
Fe259.940						
Conc.1	0.0073	0.0001	0.69	0.0343	mg/L	
Conc.2	-0.0446	0.0001	0.11	0.0343	mg/L	
Ints.	25253	50	0.20			
Single values (Ints.): #1: 25194 #2: 25281 #3: 25282						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0207	0.0000	0.02	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0012	0.0000	0.35	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	4681	26	0.55			<KAL
Single values (Ints.): #1: 4669 #2: 4664 #3: 4711						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0138	0.0002	1.27	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0012	0.0002	14.36	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	645	51	7.84			<KAL
Single values (Ints.): #1: 679 #2: 669 #3: 587						
Pb220.353						
Conc.1	-0.0185	0.0003	1.49	0.0494	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0014	0.0003	19.96	0.0494	mg/L	<KAL
Ints.	231	21	9.01			<KAL
Single values (Ints.): #1: 249 #2: 236 #3: 208						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0180	0.0004	2.45	0.0938	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0032	0.0004	13.92	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	166	22	13.40			<KAL
Single values (Ints.): #1: 192 #2: 152 #3: 155						
Zn213.856						
Conc.1	0.0372	0.0002	0.44	0.0280	mg/L	
Conc.2	0.0039	0.0002	4.21	0.0280	mg/L	
Ints.	10707	51	0.48			
Single values (Ints.): #1: 10706 #2: 10655 #3: 10758						

K2	*Method:*	OES(1)	Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:21
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on

Ba455.403						
Conc.1	0.0054	0.0004	6.86	0.0391	mg/L	
Conc.2	0.0191	0.0004	1.92	0.0391	mg/L	
Ints.	68097	1230	1.81			
Single values (Ints.): #1: 69379 #2: 67985 #3: 66927						
Cd226.502						
Conc.1	-0.0006	0.0000	1.94	0.0118	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0000	75.03	0.0118	mg/L	<KAL
Ints.	286	14	4.83			<KAL
Single values (Ints.): #1: 277 #2: 279 #3: 302						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cr267.716						
Conc.1	-0.0017	0.0001	6.39	0.0109	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0034	0.0001	3.14	0.0109	mg/L	<KAL
Ints.	2451	61	2.51			<KAL
Single values (Ints.): #1: 2408 #2: 2424 #3: 2521						
Cu324.754						
Conc.1	0.0085	0.0002	2.82	0.0194	mg/L	
Conc.2	0.0005	0.0002	48.13	0.0194	mg/L	
Ints.	16958	167	0.99			
Single values (Ints.): #1: 16842 #2: 16883 #3: 17150						
Fe259.940						
Conc.1	0.0760	0.0012	1.64	0.0340	mg/L	
Conc.2	0.0241	0.0012	5.17	0.0340	mg/L	
Ints.	93960	1248	1.33			
Single values (Ints.): #1: 92700 #2: 93985 #3: 95196						
Mn257.610						
Conc.1	-0.0162	0.0000	0.17	0.0472	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0033	0.0000	0.85	0.0472	mg/L	<KAL
Ints.	31403	167	0.53			<KAL
Single values (Ints.): #1: 31457 #2: 31536 #3: 31216						
Ni231.604						
Conc.1	-0.0134	0.0001	0.72	0.0420	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0016	0.0001	6.08	0.0420	mg/L	<KAL
Ints.	751	28	3.71			<KAL
Single values (Ints.): #1: 730 #2: 782 #3: 740						
Pb220.353						
Conc.1	-0.0135	0.0002	1.26	0.0493	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0037	0.0002	4.67	0.0493	mg/L	<KAL
Ints.	611	13	2.11			<KAL
Single values (Ints.): #1: 607 #2: 626 #3: 601						
Sn189.927						
Conc.1	-0.0142	0.0003	1.89	0.0938	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0006	0.0003	42.78	0.0938	mg/L	<KAL
Ints.	358	14	3.79			<KAL
Single values (Ints.): #1: 374 #2: 351 #3: 350						
Zn213.856						
Conc.1	0.0316	0.0004	1.16	0.0281	mg/L	
Conc.2	-0.0017	0.0004	21.48	0.0281	mg/L	
Ints.	8948	115	1.29			
Single values (Ints.): #1: 8840 #2: 9070 #3: 8934						

CCV 2.5mg/L	*Method:*	OES(1)	Orig.	*Date:*	2026-01-21 14:25
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on

Ba455.403					
Conc.1	2.503	0.0082	0.33	0.0363	mg/L
Conc.2	2.517	0.0082	0.33	0.0363	mg/L
Ints.	8423319	27425	0.33		
Single values (Ints.): #1: 8449457 #2: 8394767 #3: 8425733					

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Cd226.502						
Conc.1	2.465	0.0261	1.06	0.0109	mg/L	
Conc.2	2.465	0.0261	1.06	0.0109	mg/L	
Ints.	2907789	30831	1.06			
Single values (Ints.): #1: 2942390 #2: 2883234 #3: 2897743						
Cr267.716						
Conc.1	2.517	0.0198	0.79	0.0101	mg/L	
Conc.2	2.522	0.0198	0.78	0.0101	mg/L	
Ints.	1465183	11497	0.78			
Single values (Ints.): #1: 1453376 #2: 1476344 #3: 1465828						
Cu324.754						
Conc.1	2.485	0.0183	0.74	0.0180	mg/L	
Conc.2	2.477	0.0183	0.74	0.0180	mg/L	
Ints.	1746718	12784	0.73			
Single values (Ints.): #1: 1751553 #2: 1732222 #3: 1756380						
Fe259.940						
Conc.1	2.499	0.0099	0.40	0.0319	mg/L	
Conc.2	2.447	0.0099	0.40	0.0319	mg/L	
Ints.	2516809	9902	0.39			
Single values (Ints.): #1: 2506390 #2: 2517939 #3: 2526098						
Mn257.610						
Conc.1	2.452	0.0151	0.62	0.0434	mg/L	
Conc.2	2.472	0.0151	0.61	0.0434	mg/L	
Ints.	14713304	89803	0.61			
Single values (Ints.): #1: 14687995 #2: 14638871 #3: 14813045						
Ni231.604						
Conc.1	2.468	0.0087	0.35	0.0388	mg/L	
Conc.2	2.483	0.0087	0.35	0.0388	mg/L	
Ints.	716718	2523	0.35			
Single values (Ints.): #1: 716006 #2: 714627 #3: 719521						
Pb220.353						
Conc.1	2.463	0.0048	0.20	0.0455	mg/L	
Conc.2	2.481	0.0048	0.19	0.0455	mg/L	
Ints.	187639	364	0.19			
Single values (Ints.): #1: 188036 #2: 187320 #3: 187562						
Sn189.927						
Conc.1	2.477	0.0182	0.74	0.0866	mg/L	
Conc.2	2.492	0.0182	0.73	0.0866	mg/L	
Ints.	126506	922	0.73			
Single values (Ints.): #1: 125715 #2: 127519 #3: 126283						
Zn213.856						
Conc.1	2.413	0.0079	0.33	0.0259	mg/L	
Conc.2	2.380	0.0079	0.33	0.0259	mg/L	
Ints.	758583	2495	0.33			
Single values (Ints.): #1: 761055 #2: 756065 #3: 758628						