Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\260330-26-03-30 122350-26-03-30 144800.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:49
As193.698						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	73	6	8.18			
Single values (Ints.): #1: 72 #2: 79 #3: 67						
Sb217.581						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	8	18	212.18			
Single values (Ints.): #1: -10 #2: 9 #3: 26						
Se196.028						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	227	4	1.60			
Single values (Ints.): #1: 226 #2: 223 #3: 230						
ST1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:50
As193.698						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	424	18	4.33			
Single values (Ints.): #1: 421 #2: 408 #3: 444						
Sb217.581						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	170	22	13.01			
Single values (Ints.): #1: 195 #2: 159 #3: 155						
Se196.028						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	503	30	5.94			
Single values (Ints.): #1: 504 #2: 533 #3: 473						
ST2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:52
As193.698						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	770	49	6.34			
Single values (Ints.): #1: 815 #2: 718 #3: 777						
Sb217.581						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	370	22	6.06			
Single values (Ints.): #1: 377 #2: 345 #3: 388						
Se196.028						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	830	13	1.58			
Single values (Ints.): #1: 816 #2: 830 #3: 843						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:54
As193.698						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	964	37	3.86			
Single values (Ints.): #1: 931 #2: 1004 #3: 957						
Sb217.581						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	532	9	1.64			
Single values (Ints.): #1: 538 #2: 536 #3: 522						
Se196.028						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1003	19	1.94			
Single values (Ints.): #1: 982 #2: 1019 #3: 1009						
ST4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:55
As193.698						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1851	47	2.52			
Single values (Ints.): #1: 1811 #2: 1902 #3: 1839						
Sb217.581						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1063	25	2.39			
Single values (Ints.): #1: 1056 #2: 1091 #3: 1041						
Se196.028						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1816	28	1.52			
Single values (Ints.): #1: 1797 #2: 1847 #3: 1803						
ST5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:57
As193.698						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3581	9	0.25			
Single values (Ints.): #1: 3588 #2: 3571 #3: 3584						
Sb217.581						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2296	47	2.03			
Single values (Ints.): #1: 2290 #2: 2253 #3: 2346						
Se196.028						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3404	25	0.72			
Single values (Ints.): #1: 3423 #2: 3377 #3: 3413						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* As193.698 *Date:* 2026-03-30 14:58

As193.698

y=a+bx a=77.009570 b=17563.332 Method SD: 0.0006891 mg/L

R²(adj.): 0.999880484 ; Slope: 17563.332 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2844381 mg/L



Compute calib. *Method:* Sb217.581 *Date:* 2026-03-30 14:58

Sb217.581

y=a+bx a=-52.24756 b=11591.437 Method SD: 0.0039470 mg/L

R²(adj.): 0.996087582 ; Slope: 11591.437 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.6943073 mg/L



Compute calib. *Method:* Se196.028 *Date:* 2026-03-30 14:58

Se196.028

y=a+bx a=203.00615 b=16011.905 Method SD: 0.0011165 mg/L

R²(adj.): 0.999686269 ; Slope: 16011.905 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.1973888 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
BLANK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 14:59
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0015	359.73	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0200	0.0015	7.72	0.0015	mg/L	
Ints.	85	27	32.12			
Single values (Ints.): #1: 97 #2: 103 #3: 53						
Sb217.581						
Conc.1	0.0151	0.0007	4.71	0.0079	mg/L	
Conc.2	0.0287	0.0007	2.49	0.0079	mg/L	
Ints.	123	8	6.71			
Single values (Ints.): #1: 115 #2: 124 #3: 131						
Se196.028						
Conc.1	0.0028	0.0008	28.11	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0129	0.0008	6.21	0.0024	mg/L	
Ints.	249	13	5.16			
Single values (Ints.): #1: 250 #2: 235 #3: 261						
Reag. blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:00
As193.698						
Conc.1	0.0001	0.0018	###.##	0.0015	mg/L	
Ints.	78	31	40.04			
Single values (Ints.): #1: 114 #2: 68 #3: 54						
Sb217.581						
Conc.1	0.0036	0.0008	20.87	0.0083	mg/L	
Ints.	-10	9	84.09			
Single values (Ints.): #1: -10 #2: -20 #3: -2						
Se196.028						
Conc.1	0.0015	0.0014	88.96	0.0024	mg/L	
Ints.	228	22	9.67			
Single values (Ints.): #1: 246 #2: 234 #3: 203						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:02
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0008	0.0006	73.62	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0006	81.22	0.0015	mg/L	
Ints.	91	10	11.26			
Single values (Ints.): #1: 84 #2: 86 #3: 103						
Sb217.581						
Conc.1	0.0024	0.0011	44.83	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0012	0.0011	90.16	0.0084	mg/L	
Ints.	-24	13	51.60			
Single values (Ints.): #1: -10 #2: -29 #3: -33						
Se196.028						
Conc.1	0.0010	0.0015	151.13	0.0024	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0015	266.12	0.0024	mg/L	<KAL
Ints.	219	24	10.90			<KAL
Single values (Ints.): #1: 192 #2: 237 #3: 228						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:04
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0011	0.0011	100.62	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0010	0.0011	107.82	0.0015	mg/L	
Ints.	97	20	20.34			
Single values (Ints.): #1: 112 #2: 103 #3: 74						
Sb217.581						
Conc.1	0.0018	0.0025	134.67	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0018	0.0025	137.07	0.0084	mg/L	
Ints.	-31	28	91.34			
Single values (Ints.): #1: -47 #2: 2 #3: -48						
Se196.028						
Conc.1	0.0022	0.0009	42.17	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0009	139.67	0.0024	mg/L	
Ints.	238	15	6.27			
Single values (Ints.): #1: 247 #2: 247 #3: 221						
1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:05
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0010	0.0012	117.76	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0010	0.0012	126.89	0.0015	mg/L	
Ints.	95	21	22.41			
Single values (Ints.): #1: 120 #2: 81 #3: 85						
Sb217.581						
Conc.1	0.0029	0.0029	98.47	0.0084	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0029	406.73	0.0084	mg/L	<KAL
Ints.	-19	33	178.92			<KAL
Single values (Ints.): #1: -57 #2: 3 #3: -2						
Se196.028						
Conc.1	0.0005	0.0011	207.24	0.0024	mg/L	
Conc.2	-0.0010	0.0011	109.04	0.0024	mg/L	
Ints.	212	18	8.36			
Single values (Ints.): #1: 229 #2: 212 #3: 194						
2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:07
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0034	0.0018	52.49	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0035	0.0018	51.37	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	17	31	182.37			<KAL
Single values (Ints.): #1: 38 #2: 33 #3: -19						
Sb217.581						
Conc.1	-0.0004	0.0005	134.63	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0040	0.0005	11.97	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-56	6	9.77			<KAL
Single values (Ints.): #1: -63 #2: -53 #3: -53						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0009	0.0004	47.94	0.0024	mg/L	
Conc.2	-0.0007	0.0004	65.75	0.0024	mg/L	
Ints.	217	7	3.16			
Single values (Ints.): #1: 219 #2: 223 #3: 210						
3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:09
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0241	0.0011	4.55	0.0013	mg/L	
Conc.2	0.0241	0.0011	4.57	0.0013	mg/L	
Ints.	501	19	3.85			
Single values (Ints.): #1: 482 #2: 520 #3: 501						
Sb217.581						
Conc.1	0.0323	0.0015	4.66	0.0075	mg/L	
Conc.2	0.0287	0.0015	5.25	0.0075	mg/L	
Ints.	322	17	5.42			
Single values (Ints.): #1: 328 #2: 335 #3: 302						
Se196.028						
Conc.1	0.5545	0.0071	1.29	0.0097	mg/L	>KAL
Conc.2	0.5530	0.0071	1.29	0.0097	mg/L	>KAL
Ints.	9082	114	1.26			>KAL
Single values (Ints.): #1: 9163 #2: 9132 #3: 8951						
4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:10
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0010	0.0007	74.64	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0007	69.41	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	60	13	21.60			<KAL
Single values (Ints.): #1: 48 #2: 57 #3: 74						
Sb217.581						
Conc.1	0.0017	0.0010	59.48	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0019	0.0010	52.80	0.0084	mg/L	
Ints.	-33	12	35.95			
Single values (Ints.): #1: -45 #2: -22 #3: -31						
Se196.028						
Conc.1	0.0044	0.0016	37.19	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0029	0.0016	57.13	0.0024	mg/L	
Ints.	274	26	9.63			
Single values (Ints.): #1: 303 #2: 268 #3: 251						
5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:12
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0003	0.0004	127.43	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0004	0.0004	104.03	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	71	7	10.36			<KAL
Single values (Ints.): #1: 66 #2: 80 #3: 68						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0018	0.0035	193.14	0.0084	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0018	0.0035	197.28	0.0084	mg/L	<KAL
Ints.	-31	41	131.38			<KAL
Single values (Ints.): #1: -71 #2: 11 #3: -34						
Se196.028						
Conc.1	0.0041	0.0017	40.53	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0025	0.0017	65.15	0.0024	mg/L	
Ints.	269	27	9.89			
Single values (Ints.): #1: 299 #2: 253 #3: 254						
6	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0004	0.0016	371.83	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0005	0.0016	316.90	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	69	28	40.21			<KAL
Single values (Ints.): #1: 102 #2: 55 #3: 52						
Sb217.581						
Conc.1	-0.0009	0.0024	261.93	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0045	0.0024	53.52	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-63	28	44.70			<KAL
Single values (Ints.): #1: -46 #2: -96 #3: -47						
Se196.028						
Conc.1	0.0020	0.0025	124.76	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0004	0.0025	576.91	0.0024	mg/L	
Ints.	235	39	16.80			
Single values (Ints.): #1: 220 #2: 279 #3: 205						
7	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:15
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0010	0.0011	104.59	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0010	0.0011	112.66	0.0015	mg/L	
Ints.	95	19	19.97			
Single values (Ints.): #1: 115 #2: 77 #3: 94						
Sb217.581						
Conc.1	0.0003	0.0003	83.90	0.0085	mg/L	
Conc.2	-0.0033	0.0003	8.69	0.0085	mg/L	
Ints.	-48	3	6.82			
Single values (Ints.): #1: -45 #2: -49 #3: -52						
Se196.028						
Conc.1	0.0035	0.0014	40.99	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0019	0.0014	73.51	0.0024	mg/L	
Ints.	259	23	8.86			
Single values (Ints.): #1: 284 #2: 254 #3: 239						

Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
8	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:17
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0005	0.0010	201.02	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0010	175.29	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	68	18	26.18			<KAL
Single values (Ints.): #1: 85 #2: 50 #3: 69						
Sb217.581						
Conc.1	0.0031	0.0029	94.56	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0006	0.0029	523.43	0.0084	mg/L	
Ints.	-17	34	199.64			
Single values (Ints.): #1: -48 #2: -22 #3: 19						
Se196.028						
Conc.1	0.0022	0.0013	58.39	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0013	195.65	0.0024	mg/L	
Ints.	238	21	8.65			
Single values (Ints.): #1: 233 #2: 221 #3: 261						
9	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:19
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0007	0.0009	141.08	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0009	126.65	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	66	16	24.61			<KAL
Single values (Ints.): #1: 58 #2: 84 #3: 54						
Sb217.581						
Conc.1	0.0019	0.0041	217.41	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0017	0.0041	241.44	0.0084	mg/L	
Ints.	-30	48	158.45			
Single values (Ints.): #1: -38 #2: 21 #3: -74						
Se196.028						
Conc.1	0.0021	0.0027	128.55	0.0024	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0005	0.0027	501.26	0.0024	mg/L	<KAL
Ints.	236	43	18.11			<KAL
Single values (Ints.): #1: 188 #2: 252 #3: 269						
10	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:21
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0005	0.0006	118.40	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0006	103.91	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	68	11	16.35			<KAL
Single values (Ints.): #1: 60 #2: 80 #3: 62						
Sb217.581						
Conc.1	-0.0001	0.0030	###.##	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0037	0.0030	82.09	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-53	35	66.10			<KAL
Single values (Ints.): #1: -69 #2: -13 #3: -78						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0067	0.0015	22.81	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0052	0.0015	29.60	0.0023	mg/L	
Ints.	311	25	7.91			
Single values (Ints.): #1: 335 #2: 312 #3: 286						
11	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:22
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0006	0.0022	402.99	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0022	355.51	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	67	39	58.44			<KAL
Single values (Ints.): #1: 87 #2: 22 #3: 93						
Sb217.581						
Conc.1	0.0013	0.0030	230.76	0.0084	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0023	0.0030	131.29	0.0084	mg/L	<KAL
Ints.	-37	35	94.49			<KAL
Single values (Ints.): #1: -39 #2: -71 #3: -1						
Se196.028						
Conc.1	0.0031	0.0015	47.11	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0016	0.0015	92.84	0.0024	mg/L	
Ints.	253	24	9.35			
Single values (Ints.): #1: 275 #2: 257 #3: 228						
12	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:24
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0008	0.0014	172.88	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0009	0.0014	158.02	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	63	24	37.93			<KAL
Single values (Ints.): #1: 80 #2: 36 #3: 74						
Sb217.581						
Conc.1	0.0052	0.0005	8.80	0.0083	mg/L	
Conc.2	0.0016	0.0005	28.76	0.0083	mg/L	
Ints.	8	5	65.79			
Single values (Ints.): #1: 4 #2: 14 #3: 7						
Se196.028						
Conc.1	0.0035	0.0012	35.13	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0020	0.0012	62.71	0.0024	mg/L	
Ints.	259	20	7.63			
Single values (Ints.): #1: 252 #2: 244 #3: 282						
13	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:26
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0015	0.0008	53.35	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0015	0.0008	50.76	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	51	14	26.60			<KAL
Single values (Ints.): #1: 41 #2: 46 #3: 67						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0025	0.0054	217.61	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0011	0.0054	479.31	0.0084	mg/L	
Ints.	-23	63	267.06			
Single values (Ints.): #1: 41 #2: -85 #3: -26						
Se196.028						
Conc.1	0.0081	0.0012	14.67	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0065	0.0012	18.16	0.0023	mg/L	
Ints.	332	19	5.70			
Single values (Ints.): #1: 310 #2: 340 #3: 346						
14	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:27
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0011	0.0018	165.48	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0010	0.0018	177.83	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	96	31	32.40			<KAL
Single values (Ints.): #1: 66 #2: 128 #3: 94						
Sb217.581						
Conc.1	0.0025	0.0015	59.84	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0011	0.0015	139.36	0.0084	mg/L	
Ints.	-23	18	76.31			
Single values (Ints.): #1: -15 #2: -11 #3: -43						
Se196.028						
Conc.1	0.0030	0.0022	73.27	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0014	0.0022	152.62	0.0024	mg/L	
Ints.	251	35	13.92			
Single values (Ints.): #1: 255 #2: 214 #3: 283						
15	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:29
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0032	0.0004	11.60	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0031	0.0004	11.88	0.0015	mg/L	
Ints.	132	6	4.85			
Single values (Ints.): #1: 134 #2: 125 #3: 138						
Sb217.581						
Conc.1	0.0729	0.0018	2.51	0.0070	mg/L	
Conc.2	0.0693	0.0018	2.64	0.0070	mg/L	
Ints.	793	21	2.67			
Single values (Ints.): #1: 770 #2: 799 #3: 811						
Se196.028						
Conc.1	0.0051	0.0018	35.39	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0035	0.0018	50.88	0.0023	mg/L	
Ints.	284	29	10.12			
Single values (Ints.): #1: 271 #2: 264 #3: 317						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:31
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1000	0.0010	1.00	0.0013	mg/L	
Conc.2	0.0999	0.0010	1.00	0.0013	mg/L	
Ints.	1833	17	0.95			
Single values (Ints.): #1: 1840 #2: 1846 #3: 1813						
Sb217.581						
Conc.1	0.0870	0.0016	1.81	0.0072	mg/L	
Conc.2	0.0834	0.0016	1.89	0.0072	mg/L	
Ints.	956	18	1.91			
Single values (Ints.): #1: 944 #2: 977 #3: 948						
Se196.028						
Conc.1	0.0999	0.0038	3.78	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0984	0.0038	3.84	0.0021	mg/L	
Ints.	1803	61	3.36			
Single values (Ints.): #1: 1758 #2: 1872 #3: 1779						
16	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:32
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0576	0.0007	1.27	0.0012	mg/L	
Conc.2	0.0575	0.0007	1.27	0.0012	mg/L	
Ints.	1088	13	1.18			
Single values (Ints.): #1: 1074 #2: 1092 #3: 1098						
Sb217.581						
Conc.1	0.0768	0.0019	2.43	0.0071	mg/L	
Conc.2	0.0732	0.0019	2.55	0.0071	mg/L	
Ints.	838	22	2.58			
Single values (Ints.): #1: 847 #2: 813 #3: 854						
Se196.028						
Conc.1	0.0573	0.0008	1.39	0.0020	mg/L	
Conc.2	0.0557	0.0008	1.43	0.0020	mg/L	
Ints.	1120	13	1.14			
Single values (Ints.): #1: 1109 #2: 1118 #3: 1134						
17	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:34
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0005	0.0020	448.65	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0005	0.0020	385.80	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	69	36	51.98			<KAL
Single values (Ints.): #1: 51 #2: 46 #3: 110						
Sb217.581						
Conc.1	0.0009	0.0042	457.19	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0027	0.0042	154.65	0.0084	mg/L	
Ints.	-42	48	116.09			
Single values (Ints.): #1: -48 #2: 9 #3: -87						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0047	0.0002	4.57	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0032	0.0002	6.80	0.0023	mg/L	
Ints.	278	3	1.24			
Single values (Ints.): #1: 276 #2: 277 #3: 282						
18	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:36
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0026	0.0017	66.39	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0027	0.0017	64.53	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	32	30	95.08			<KAL
Single values (Ints.): #1: 30 #2: 63 #3: 3						
Sb217.581						
Conc.1	0.0010	0.0043	433.43	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0026	0.0043	166.79	0.0084	mg/L	
Ints.	-41	50	124.13			
Single values (Ints.): #1: -27 #2: 2 #3: -96						
Se196.028						
Conc.1	0.0111	0.0002	1.77	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0095	0.0002	2.06	0.0023	mg/L	
Ints.	380	3	0.83			
Single values (Ints.): #1: 384 #2: 378 #3: 379						
19	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:37
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0226	0.0025	11.13	0.0013	mg/L	
Conc.2	0.0225	0.0025	11.16	0.0013	mg/L	
Ints.	474	44	9.32			
Single values (Ints.): #1: 471 #2: 519 #3: 431						
Sb217.581						
Conc.1	0.0013	0.0027	201.55	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0023	0.0027	118.08	0.0084	mg/L	
Ints.	-37	31	84.74			
Single values (Ints.): #1: -43 #2: -3 #3: -65						
Se196.028						
Conc.1	0.0031	0.0017	54.08	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0016	0.0017	106.60	0.0024	mg/L	
Ints.	253	27	10.73			
Single values (Ints.): #1: 257 #2: 224 #3: 278						
20	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:39
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0021	0.0008	38.03	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0022	0.0008	36.75	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	40	14	35.79			<KAL
Single values (Ints.): #1: 24 #2: 51 #3: 45						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0008	0.0013	157.56	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0028	0.0013	44.82	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-43	15	33.98			<KAL
Single values (Ints.): #1: -60 #2: -36 #3: -33						
Se196.028						
Conc.1	0.0021	0.0012	57.91	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0005	0.0012	228.24	0.0024	mg/L	
Ints.	236	19	8.13			
Single values (Ints.): #1: 249 #2: 246 #3: 214						
21	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:41
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0043	0.0012	27.43	0.0015	mg/L	
Conc.2	0.0042	0.0012	27.91	0.0015	mg/L	
Ints.	153	21	13.60			
Single values (Ints.): #1: 166 #2: 163 #3: 129						
Sb217.581						
Conc.1	0.0032	0.0028	86.79	0.0084	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0028	630.18	0.0084	mg/L	
Ints.	-15	32	206.60			
Single values (Ints.): #1: -7 #2: 11 #3: -51						
Se196.028						
Conc.1	0.0117	0.0007	5.62	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0102	0.0007	6.47	0.0023	mg/L	
Ints.	391	11	2.70			
Single values (Ints.): #1: 380 #2: 401 #3: 390						
22	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:42
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0020	0.0008	42.45	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0020	0.0008	40.91	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	43	15	34.31			<KAL
Single values (Ints.): #1: 26 #2: 47 #3: 54						
Sb217.581						
Conc.1	0.0000	0.0002	737.65	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0036	0.0002	6.68	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-52	3	5.34			<KAL
Single values (Ints.): #1: -51 #2: -55 #3: -49						
Se196.028						
Conc.1	0.0023	0.0006	24.39	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0006	72.97	0.0024	mg/L	
Ints.	240	9	3.78			
Single values (Ints.): #1: 239 #2: 250 #3: 232						

Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
23	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:44
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0015	0.0013	86.24	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0016	0.0013	82.11	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	51	22	43.81			<KAL
Single values (Ints.): #1: 46 #2: 32 #3: 76						
Sb217.581						
Conc.1	0.0019	0.0033	170.85	0.0084	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0017	0.0033	194.50	0.0084	mg/L	<KAL
Ints.	-30	38	127.07			<KAL
Single values (Ints.): #1: -61 #2: 12 #3: -41						
Se196.028						
Conc.1	0.0027	0.0004	12.87	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0012	0.0004	29.40	0.0024	mg/L	
Ints.	247	6	2.29			
Single values (Ints.): #1: 244 #2: 254 #3: 243						
24	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:46
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0010	0.0008	83.23	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0008	77.57	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	59	15	25.13			<KAL
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 44 #3: 59						
Sb217.581						
Conc.1	-0.0017	0.0019	108.21	0.0085	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0053	0.0019	34.92	0.0085	mg/L	<KAL
Ints.	-72	22	29.90			<KAL
Single values (Ints.): #1: -90 #2: -79 #3: -48						
Se196.028						
Conc.1	0.0008	0.0018	206.44	0.0024	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0018	252.00	0.0024	mg/L	<KAL
Ints.	217	28	12.97			<KAL
Single values (Ints.): #1: 185 #2: 237 #3: 228						
25	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:47
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0018	0.0004	22.20	0.0015	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0019	0.0004	21.34	0.0015	mg/L	<KAL
Ints.	45	7	15.95			<KAL
Single values (Ints.): #1: 39 #2: 42 #3: 53						
Sb217.581						
Conc.1	0.0005	0.0025	548.44	0.0085	mg/L	
Conc.2	-0.0032	0.0025	79.80	0.0085	mg/L	
Ints.	-47	29	62.13			
Single values (Ints.): #1: -14 #2: -59 #3: -68						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0079	0.0014	17.97	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0064	0.0014	22.33	0.0023	mg/L	
Ints.	330	23	6.90			
Single values (Ints.): #1: 309 #2: 354 #3: 326						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:49
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1050	0.0015	1.40	0.0013	mg/L	
Conc.2	0.1050	0.0015	1.40	0.0013	mg/L	
Ints.	1922	26	1.34			
Single values (Ints.): #1: 1901 #2: 1951 #3: 1915						
Sb217.581						
Conc.1	0.0884	0.0018	2.00	0.0072	mg/L	
Conc.2	0.0848	0.0018	2.09	0.0072	mg/L	
Ints.	972	21	2.11			
Single values (Ints.): #1: 977 #2: 950 #3: 990						
Se196.028						
Conc.1	0.1026	0.0009	0.93	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.1011	0.0009	0.94	0.0021	mg/L	
Ints.	1846	15	0.82			
Single values (Ints.): #1: 1856 #2: 1854 #3: 1829						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 15:56
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0897	0.0015	1.69	0.0072	mg/L	
Conc.2	0.0861	0.0015	1.77	0.0072	mg/L	
Ints.	987	18	1.78			
Single values (Ints.): #1: 1002 #2: 992 #3: 968						
3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 16:00
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Se196.028						
Conc.1	0.5635	0.0049	0.87	0.0099	mg/L	>KAL
Conc.2	0.5619	0.0049	0.87	0.0099	mg/L	>KAL
Ints.	9225	79	0.85			>KAL
Single values (Ints.): #1: 9168 #2: 9315 #3: 9192						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 16:01
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0861	0.0031	3.64	0.0071	mg/L	
Conc.2	0.0825	0.0031	3.80	0.0071	mg/L	
Ints.	946	36	3.84			
Single values (Ints.): #1: 987 #2: 932 #3: 919						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 16:05
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Se196.028						
Conc.1	-0.0009	0.0021	236.01	0.0024	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0024	0.0021	86.79	0.0024	mg/L	<KAL
Ints.	189	34	18.01			<KAL
Single values (Ints.): #1: 151 #2: 196 #3: 218						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-30 16:08
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1013	0.0019	1.90	0.0013	mg/L	
Conc.2	0.1012	0.0019	1.91	0.0013	mg/L	
Ints.	1857	34	1.83			
Single values (Ints.): #1: 1875 #2: 1817 #3: 1877						
Sb217.581						
Conc.1	0.1000	0.0035	3.50	0.0074	mg/L	
Conc.2	0.0964	0.0035	3.63	0.0074	mg/L	
Ints.	1107	41	3.67			
Single values (Ints.): #1: 1101 #2: 1150 #3: 1069						
Se196.028						
Conc.1	0.1019	0.0016	1.62	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.1004	0.0016	1.64	0.0021	mg/L	
Ints.	1835	26	1.44			
Single values (Ints.): #1: 1817 #2: 1865 #3: 1822						