Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\20260213_GS,K-26-02-13 93606-26-02-13 123028.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:31
As193.698						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	41	15	35.61			
Single values (Ints.): #1: 54 #2: 44 #3: 25						
Sb217.581						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	-41	33	79.92			
Single values (Ints.): #1: -76 #2: -11 #3: -36						
Se196.028						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	173	41	23.92			
Single values (Ints.): #1: 211 #2: 179 #3: 129						
Al396.152						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	1101	161	14.67			
Single values (Ints.): #1: 923 #2: 1143 #3: 1237						
ST1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:33
As193.698						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	443	24	5.51			
Single values (Ints.): #1: 417 #2: 466 #3: 444						
Sb217.581						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	161	35	21.91			
Single values (Ints.): #1: 180 #2: 182 #3: 120						
Se196.028						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	535	14	2.62			
Single values (Ints.): #1: 520 #2: 537 #3: 548						
Al396.152						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	1319	116	8.77			
Single values (Ints.): #1: 1207 #2: 1311 #3: 1438						
ST2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:35
As193.698						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	884	37	4.19			
Single values (Ints.): #1: 860 #2: 927 #3: 866						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	459	34	7.34			
Single values (Ints.): #1: 493 #2: 426 #3: 457						
Se196.028						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	884	18	2.05			
Single values (Ints.): #1: 904 #2: 877 #3: 870						
Al396.152						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	1533	112	7.29			
Single values (Ints.): #1: 1640 #2: 1542 #3: 1417						
ST3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:37
As193.698						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1087	17	1.54			
Single values (Ints.): #1: 1077 #2: 1079 #3: 1107						
Sb217.581						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	623	53	8.58			
Single values (Ints.): #1: 589 #2: 685 #3: 597						
Se196.028						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1035	39	3.78			
Single values (Ints.): #1: 1007 #2: 1018 #3: 1080						
Al396.152						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1464	63	4.30			
Single values (Ints.): #1: 1492 #2: 1391 #3: 1507						
ST4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:39
As193.698						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	2065	22	1.05			
Single values (Ints.): #1: 2085 #2: 2042 #3: 2069						
Sb217.581						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1282	6	0.43			
Single values (Ints.): #1: 1289 #2: 1279 #3: 1280						
Se196.028						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1967	40	2.03			
Single values (Ints.): #1: 1937 #2: 2012 #3: 1950						
Al396.152						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1312	145	11.06			
Single values (Ints.): #1: 1420 #2: 1368 #3: 1147						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:41
As193.698						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	4042	67	1.66			
Single values (Ints.): #1: 4009 #2: 3998 #3: 4119						
Sb217.581						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2661	84	3.17			
Single values (Ints.): #1: 2720 #2: 2564 #3: 2698						
Se196.028						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3703	63	1.70			
Single values (Ints.): #1: 3632 #2: 3727 #3: 3750						
Al396.152						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	1083	78	7.20			
Single values (Ints.): #1: 1165 #2: 1075 #3: 1010						
Compute calib.	*Method:*	As193.698			*Date:*	2026-02-13 12:42

As193.698

y=a+bx a=63.716642 b=19951.986 Method SD: 0.0011983 mg/L

R^2(adj.): 0.999638608 ; Slope: 19951.986 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.3797121 mg/L



Compute calib.	*Method:*	Sb217.581			*Date:*	2026-02-13 12:42

Sb217.581

y=a+bx a=-75.34416 b=13650.706 Method SD: 0.0020260 mg/L

R^2(adj.): 0.998967344 ; Slope: 13650.706 Ints./(mg/L) ; BEC: 1.0659705 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* Se196.028 *Date:* 2026-02-13 12:42

Se196.028

y=a+bx a=174.70272 b=17677.635 Method SD: 0.0009949 mg/L

R²(adj.): 0.999750886 ; Slope: 17677.635 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2497441 mg/L



Compute calib. *Method:* Al396.152 *Date:* 2026-02-13 12:42

Al396.152

Error: Calibration function error (no monotony)! (5121)

BLANK *Method:* As,Sb,Se(1) Orig. *Date:* 2026-02-13 12:43

Pre-DF: 1 *Wt.[g]:* *Vol.[mL]:* 100 *Blank corr.:* on

As193.698

Conc.1	0.0005	0.0011	224.75	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0156	0.0011	7.38	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	74	23	31.03			<KAL

Single values (Ints.): #1: 57 #2: 64 #3: 100

Sb217.581

Conc.1	0.0161	0.0010	6.07	0.0041	mg/L
Conc.2	0.0193	0.0010	5.07	0.0041	mg/L
Ints.	144	13	9.24		

Single values (Ints.): #1: 129 #2: 153 #3: 151

Se196.028

Conc.1	0.0034	0.0015	44.46	0.0021	mg/L
Conc.2	0.0073	0.0015	20.52	0.0021	mg/L
Ints.	235	27	11.36		

Single values (Ints.): #1: 240 #2: 206 #3: 258

Al396.152

Ints.	1515	96	6.36

Single values (Ints.): #1: 1557 #2: 1405 #3: 1584

Reag. blank *Method:* As,Sb,Se(1) Orig. *Date:* 2026-02-13 12:45

As193.698

Conc.1	0.0007	0.0009	124.52	0.0026	mg/L
Ints.	78	18	23.22		

Single values (Ints.): #1: 90 #2: 57 #3: 88

Sb217.581

Conc.1	0.0045	0.0021	47.21	0.0043	mg/L
Ints.	-14	29	204.82		

Single values (Ints.): #1: -44 #2: -12 #3: 14

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0014	0.0011	74.32	0.0021	mg/L	
Ints.	200	19	9.32			
Single values (Ints.): #1: 184 #2: 195 #3: 220						
Al396.152						
Ints.	3280	115	3.50			
Single values (Ints.): #1: 3207 #2: 3412 #3: 3220						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(2)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:48
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0016	0.0004	26.36	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0023	0.0004	17.93	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	33	8	25.07			<KAL
Single values (Ints.): #1: 23 #2: 36 #3: 39						
Sb217.581						
Conc.1	0.0028	0.0009	30.95	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0017	0.0009	49.56	0.0043	mg/L	
Ints.	-38	12	30.98			
Single values (Ints.): #1: -50 #2: -27 #3: -35						
Se196.028						
Conc.1	-0.0008	0.0023	266.35	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0023	0.0023	99.86	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	160	40	25.06			<KAL
Single values (Ints.): #1: 114 #2: 179 #3: 187						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(2)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:49
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0008	0.0018	222.12	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0001	0.0018	###.##	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	80	36	44.66			<KAL
Single values (Ints.): #1: 48 #2: 118 #3: 72						
Sb217.581						
Conc.1	0.0033	0.0015	45.17	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0011	0.0015	131.64	0.0043	mg/L	
Ints.	-30	21	69.20			
Single values (Ints.): #1: -47 #2: -35 #3: -7						
Se196.028						
Conc.1	0.0003	0.0005	205.12	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0005	47.60	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	179	10	5.39			<KAL
Single values (Ints.): #1: 172 #2: 190 #3: 176						
FBK	*Method:*	As,Sb,Se(2)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:51
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0008	0.0014	174.38	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0001	0.0014	###.##	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	80	28	35.26			<KAL
Single values (Ints.): #1: 47 #2: 97 #3: 96						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0038	0.0018	48.52	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0007	0.0018	254.16	0.0043	mg/L	
Ints.	-24	25	104.25			
Single values (Ints.): #1: -52 #2: -5 #3: -14						
Se196.028						
Conc.1	-0.0004	0.0013	321.70	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0018	0.0013	69.65	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	168	22	13.27			<KAL
Single values (Ints.): #1: 190 #2: 146 #3: 167						
K	*Method:*	As,Sb,Se(2)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 12:53
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0015	0.0008	51.99	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0022	0.0008	35.02	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	34	16	46.69			<KAL
Single values (Ints.): #1: 47 #2: 38 #3: 16						
Sb217.581						
Conc.1	0.0067	0.0014	20.88	0.0042	mg/L	
Conc.2	0.0022	0.0014	62.93	0.0042	mg/L	
Ints.	16	19	117.45			
Single values (Ints.): #1: 9 #2: 2 #3: 38						
Se196.028						
Conc.1	0.0034	0.0003	8.45	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0019	0.0003	14.62	0.0021	mg/L	
Ints.	234	5	2.14			
Single values (Ints.): #1: 229 #2: 239 #3: 233						
GS1	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:01
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0010	284.86	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0010	288.50	0.0026	mg/L	
Ints.	71	21	29.46			
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 91 #3: 49						
Sb217.581						
Conc.1	0.0034	0.0017	48.87	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0010	0.0017	162.71	0.0043	mg/L	
Ints.	-28	23	81.44			
Single values (Ints.): #1: -15 #2: -55 #3: -15						
Se196.028						
Conc.1	0.0357	0.0016	4.41	0.0019	mg/L	
Conc.2	0.0343	0.0016	4.59	0.0019	mg/L	
Ints.	806	28	3.45			
Single values (Ints.): #1: 774 #2: 820 #3: 824						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
GS2	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:03
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0016	0.0016	103.94	0.0026	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0016	196.17	0.0026	mg/L	
Ints.	95	32	34.07			
Single values (Ints.): #1: 122 #2: 103 #3: 59						
Sb217.581						
Conc.1	0.0048	0.0021	43.83	0.0043	mg/L	
Conc.2	0.0003	0.0021	743.19	0.0043	mg/L	
Ints.	-10	29	277.52			
Single values (Ints.): #1: -5 #2: -41 #3: 15						
Se196.028						
Conc.1	0.0513	0.0009	1.78	0.0018	mg/L	
Conc.2	0.0498	0.0009	1.83	0.0018	mg/L	
Ints.	1081	16	1.49			
Single values (Ints.): #1: 1083 #2: 1096 #3: 1064						
GS3	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:04
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0003	0.0015	499.18	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0010	0.0015	142.35	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	58	29	50.24			<KAL
Single values (Ints.): #1: 32 #2: 53 #3: 89						
Sb217.581						
Conc.1	0.0043	0.0003	7.26	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0003	134.11	0.0043	mg/L	
Ints.	-17	4	24.45			
Single values (Ints.): #1: -14 #2: -15 #3: -22						
Se196.028						
Conc.1	0.0280	0.0009	3.10	0.0019	mg/L	
Conc.2	0.0265	0.0009	3.27	0.0019	mg/L	
Ints.	669	15	2.29			
Single values (Ints.): #1: 660 #2: 687 #3: 661						
GS4	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:06
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0021	0.0014	63.87	0.0026	mg/L	
Conc.2	0.0014	0.0014	97.56	0.0026	mg/L	
Ints.	106	27	25.48			
Single values (Ints.): #1: 76 #2: 127 #3: 115						
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0015	32.68	0.0043	mg/L	
Conc.2	0.0000	0.0015	###.##	0.0043	mg/L	
Ints.	-14	20	143.02			
Single values (Ints.): #1: -7 #2: 2 #3: -37						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0722	0.0012	1.63	0.0018	mg/L	
Conc.2	0.0707	0.0012	1.66	0.0018	mg/L	
Ints.	1450	21	1.43			
Single values (Ints.): #1: 1456 #2: 1468 #3: 1427						
GS5	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:08
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0022	0.0016	71.28	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0030	0.0016	53.76	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	19	32	169.14			<KAL
Single values (Ints.): #1: 52 #2: 17 #3: -12						
Sb217.581						
Conc.1	0.0030	0.0015	49.47	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0015	0.0015	101.94	0.0043	mg/L	
Ints.	-34	20	59.77			
Single values (Ints.): #1: -11 #2: -50 #3: -41						
Se196.028						
Conc.1	0.1249	0.0027	2.20	0.0020	mg/L	
Conc.2	0.1235	0.0027	2.23	0.0020	mg/L	
Ints.	2383	49	2.04			
Single values (Ints.): #1: 2329 #2: 2399 #3: 2422						
GS6	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:09
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0006	0.0013	196.60	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0013	###.##	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	77	25	33.00			<KAL
Single values (Ints.): #1: 52 #2: 102 #3: 75						
Sb217.581						
Conc.1	0.0022	0.0031	141.56	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0023	0.0031	138.29	0.0043	mg/L	
Ints.	-45	43	95.00			
Single values (Ints.): #1: -65 #2: 4 #3: -75						
Se196.028						
Conc.1	0.0022	0.0004	16.14	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0004	45.42	0.0021	mg/L	
Ints.	214	6	2.93			
Single values (Ints.): #1: 216 #2: 219 #3: 207						
GS7	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:11
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0004	0.0007	184.76	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0007	63.33	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	56	14	25.08			<KAL
Single values (Ints.): #1: 64 #2: 40 #3: 64						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0014	0.0021	158.29	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0031	0.0021	68.54	0.0043	mg/L	
Ints.	-57	29	51.52			
Single values (Ints.): #1: -59 #2: -26 #3: -85						
Se196.028						
Conc.1	0.0022	0.0013	56.80	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0013	156.05	0.0021	mg/L	
Ints.	214	22	10.45			
Single values (Ints.): #1: 212 #2: 193 #3: 237						
GS8	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:13
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0003	0.0017	529.53	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0017	161.59	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	57	34	59.27			<KAL
Single values (Ints.): #1: 88 #2: 21 #3: 63						
Sb217.581						
Conc.1	0.0018	0.0021	115.98	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0027	0.0021	77.67	0.0043	mg/L	
Ints.	-51	28	56.09			
Single values (Ints.): #1: -57 #2: -75 #3: -20						
Se196.028						
Conc.1	0.0012	0.0015	118.05	0.0021	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0015	774.07	0.0021	mg/L	
Ints.	196	26	13.06			
Single values (Ints.): #1: 226 #2: 185 #3: 179						
GS9	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0008	0.0016	201.18	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0015	0.0016	104.88	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	48	32	66.92			<KAL
Single values (Ints.): #1: 43 #2: 18 #3: 82						
Sb217.581						
Conc.1	0.0035	0.0027	77.11	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0010	0.0027	283.70	0.0043	mg/L	
Ints.	-27	37	136.49			
Single values (Ints.): #1: -59 #2: -36 #3: 13						
Se196.028						
Conc.1	0.0020	0.0016	76.85	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0016	254.70	0.0021	mg/L	
Ints.	211	28	13.09			
Single values (Ints.): #1: 188 #2: 203 #3: 241						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
GS10	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:16
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0002	0.0015	892.81	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0006	0.0015	270.95	0.0026	mg/L	
Ints.	67	30	45.23			
Single values (Ints.): #1: 94 #2: 34 #3: 73						
Sb217.581						
Conc.1	0.0022	0.0011	49.14	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0023	0.0011	47.80	0.0043	mg/L	
Ints.	-45	15	32.86			
Single values (Ints.): #1: -41 #2: -62 #3: -33						
Se196.028						
Conc.1	0.0017	0.0001	6.90	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0003	0.0001	38.35	0.0021	mg/L	
Ints.	205	2	1.03			
Single values (Ints.): #1: 208 #2: 204 #3: 204						
CCV ST4 2.5mg/L	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:18
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1020	0.0006	0.59	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.1012	0.0006	0.59	0.0023	mg/L	
Ints.	2098	12	0.57			
Single values (Ints.): #1: 2110 #2: 2098 #3: 2086						
Sb217.581						
Conc.1	0.0957	0.0015	1.53	0.0037	mg/L	
Conc.2	0.0912	0.0015	1.60	0.0037	mg/L	
Ints.	1230	20	1.62			
Single values (Ints.): #1: 1213 #2: 1252 #3: 1226						
Se196.028						
Conc.1	0.1003	0.0009	0.90	0.0019	mg/L	
Conc.2	0.0989	0.0009	0.92	0.0019	mg/L	
Ints.	1947	16	0.82			
Single values (Ints.): #1: 1929 #2: 1955 #3: 1958						
GS11	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:19
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0008	198.55	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0003	0.0008	222.06	0.0026	mg/L	
Ints.	71	15	21.43			
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 55 #3: 85						
Sb217.581						
Conc.1	0.0068	0.0011	16.78	0.0042	mg/L	
Conc.2	0.0023	0.0011	49.79	0.0042	mg/L	
Ints.	17	15	91.10			
Single values (Ints.): #1: 13 #2: 4 #3: 34						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0001	0.0016	###.##	0.0021	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0016	123.75	0.0021	mg/L	
Ints.	177	28	15.83			
Single values (Ints.): #1: 206 #2: 150 #3: 175						
GS12	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:21
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0018	0.0012	69.27	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0025	0.0012	49.17	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	28	25	88.34			<KAL
Single values (Ints.): #1: 22 #2: 55 #3: 7						
Sb217.581						
Conc.1	0.0032	0.0012	37.22	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0012	88.78	0.0043	mg/L	
Ints.	-32	16	49.87			
Single values (Ints.): #1: -43 #2: -14 #3: -40						
Se196.028						
Conc.1	0.0008	0.0027	317.65	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0027	462.16	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	190	47	24.87			<KAL
Single values (Ints.): #1: 205 #2: 137 #3: 227						
GS13	*Method:*	As,Sb,Se(3)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:23
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0002	0.0005	273.51	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0009	0.0005	54.50	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	60	10	16.54			<KAL
Single values (Ints.): #1: 50 #2: 61 #3: 70						
Sb217.581						
Conc.1	0.0032	0.0008	26.52	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0008	62.78	0.0043	mg/L	
Ints.	-32	11	35.34			
Single values (Ints.): #1: -39 #2: -19 #3: -38						
Se196.028						
Conc.1	0.0010	0.0011	105.83	0.0021	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0011	280.91	0.0021	mg/L	
Ints.	193	19	9.98			
Single values (Ints.): #1: 200 #2: 208 #3: 171						
GS14	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:25
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0012	0.0004	31.90	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0019	0.0004	19.88	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	40	8	19.49			<KAL
Single values (Ints.): #1: 48 #2: 38 #3: 33						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0033	0.0017	53.13	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0012	0.0017	146.07	0.0043	mg/L	
Ints.	-30	24	78.35			
Single values (Ints.): #1: -57 #2: -12 #3: -22						
Se196.028						
Conc.1	-0.0002	0.0008	345.38	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0016	0.0008	47.20	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	171	14	8.02			<KAL
Single values (Ints.): #1: 156 #2: 174 #3: 182						
GS15	*Method:*	As,Sb,Se(4)	Orig.	*Date:*		2026-02-13 13:27
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0007	0.0013	173.73	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0000	0.0013	###.##	0.0026	mg/L	
Ints.	78	25	32.25			
Single values (Ints.): #1: 91 #2: 49 #3: 95						
Sb217.581						
Conc.1	0.0034	0.0022	63.48	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0011	0.0022	200.68	0.0043	mg/L	
Ints.	-29	30	102.43			
Single values (Ints.): #1: -13 #2: -11 #3: -63						
Se196.028						
Conc.1	0.0008	0.0020	231.45	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0020	344.20	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	190	35	18.27			<KAL
Single values (Ints.): #1: 153 #2: 194 #3: 222						
GS16	*Method:*	As,Sb,Se(4)	Orig.	*Date:*		2026-02-13 13:28
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0004	0.0020	465.52	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0012	0.0020	174.42	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	55	41	74.11			<KAL
Single values (Ints.): #1: 82 #2: 8 #3: 75						
Sb217.581						
Conc.1	0.0032	0.0007	21.93	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0007	56.70	0.0043	mg/L	
Ints.	-31	10	31.04			
Single values (Ints.): #1: -41 #2: -32 #3: -21						
Se196.028						
Conc.1	-0.0003	0.0015	506.23	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0017	0.0015	89.84	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	169	27	16.16			<KAL
Single values (Ints.): #1: 192 #2: 139 #3: 177						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
GS17	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:30
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0002	0.0010	457.27	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0005	0.0010	194.59	0.0026	mg/L	
Ints.	68	20	29.28			
Single values (Ints.): #1: 85 #2: 46 #3: 73						
Sb217.581						
Conc.1	0.0024	0.0008	33.30	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0021	0.0008	39.50	0.0043	mg/L	
Ints.	-42	11	26.27			
Single values (Ints.): #1: -35 #2: -37 #3: -55						
Se196.028						
Conc.1	0.0006	0.0006	100.39	0.0021	mg/L	
Conc.2	-0.0008	0.0006	70.41	0.0021	mg/L	
Ints.	185	10	5.60			
Single values (Ints.): #1: 196 #2: 176 #3: 182						
GS18	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:32
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0001	0.0010	###.##	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0008	0.0010	126.56	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	62	21	33.85			<KAL
Single values (Ints.): #1: 47 #2: 86 #3: 53						
Sb217.581						
Conc.1	0.0032	0.0037	113.11	0.0043	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0012	0.0037	296.85	0.0043	mg/L	<KAL
Ints.	-31	50	161.73			<KAL
Single values (Ints.): #1: -89 #2: 2 #3: -7						
Se196.028						
Conc.1	0.0004	0.0019	445.67	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0010	0.0019	197.09	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	182	34	18.76			<KAL
Single values (Ints.): #1: 144 #2: 192 #3: 211						
GS19	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:33
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0002	0.0009	521.81	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0006	0.0009	150.89	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	67	17	25.52			<KAL
Single values (Ints.): #1: 68 #2: 49 #3: 84						
Sb217.581						
Conc.1	0.0044	0.0024	55.08	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0001	0.0024	###.##	0.0043	mg/L	
Ints.	-16	33	210.68			
Single values (Ints.): #1: -26 #2: 21 #3: -42						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0015	0.0024	162.43	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0000	0.0024	###.##	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	200	42	20.89			<KAL
Single values (Ints.): #1: 157 #2: 241 #3: 204						
GS20	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:35
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0012	0.0014	121.24	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0004	0.0014	333.33	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	87	28	32.11			<KAL
Single values (Ints.): #1: 62 #2: 117 #3: 82						
Sb217.581						
Conc.1	0.0046	0.0010	22.00	0.0043	mg/L	
Conc.2	0.0002	0.0010	665.00	0.0043	mg/L	
Ints.	-12	14	115.94			
Single values (Ints.): #1: 4 #2: -23 #3: -17						
Se196.028						
Conc.1	0.0023	0.0006	24.60	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0009	0.0006	62.54	0.0021	mg/L	
Ints.	216	10	4.70			
Single values (Ints.): #1: 223 #2: 204 #3: 221						
GS21	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:37
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0006	0.0021	382.08	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0013	0.0021	165.10	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	53	42	80.72			<KAL
Single values (Ints.): #1: 35 #2: 101 #3: 22						
Sb217.581						
Conc.1	0.0025	0.0008	30.84	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0020	0.0008	37.99	0.0043	mg/L	
Ints.	-42	10	25.08			
Single values (Ints.): #1: -36 #2: -54 #3: -35						
Se196.028						
Conc.1	0.0012	0.0007	61.86	0.0021	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0007	355.91	0.0021	mg/L	
Ints.	196	13	6.73			
Single values (Ints.): #1: 182 #2: 198 #3: 208						
GS22	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:38
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0016	432.04	0.0026	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0016	470.63	0.0026	mg/L	
Ints.	71	33	46.12			
Single values (Ints.): #1: 109 #2: 54 #3: 51						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0013	0.0029	216.63	0.0043	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0032	0.0029	90.43	0.0043	mg/L	<KAL
Ints.	-57	39	68.16			<KAL
Single values (Ints.): #1: -80 #2: -80 #3: -12						
Se196.028						
Conc.1	-0.0007	0.0016	218.12	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0021	0.0016	74.37	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	162	28	17.47			<KAL
Single values (Ints.): #1: 191 #2: 134 #3: 160						
GS23	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:40
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0004	0.0021	582.97	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0021	192.34	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	57	42	74.16			<KAL
Single values (Ints.): #1: 19 #2: 102 #3: 49						
Sb217.581						
Conc.1	0.0015	0.0022	144.63	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0030	0.0022	71.91	0.0043	mg/L	
Ints.	-55	29	53.46			
Single values (Ints.): #1: -59 #2: -24 #3: -82						
Se196.028						
Conc.1	0.0038	0.0006	17.22	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0024	0.0006	27.59	0.0021	mg/L	
Ints.	241	11	4.76			
Single values (Ints.): #1: 243 #2: 252 #3: 229						
GS24	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:42
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0006	0.0009	148.10	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0013	0.0009	66.76	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	52	18	34.31			<KAL
Single values (Ints.): #1: 67 #2: 32 #3: 56						
Sb217.581						
Conc.1	0.0021	0.0007	31.75	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0024	0.0007	28.18	0.0043	mg/L	
Ints.	-47	9	19.64			
Single values (Ints.): #1: -53 #2: -51 #3: -36						
Se196.028						
Conc.1	0.0015	0.0013	85.36	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0001	0.0013	###.##	0.0021	mg/L	
Ints.	202	23	11.55			
Single values (Ints.): #1: 229 #2: 185 #3: 192						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
CCV ST4 0.1mg/L	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:43
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0973	0.0026	2.64	0.0022	mg/L	
Conc.2	0.0965	0.0026	2.66	0.0022	mg/L	
Ints.	2005	51	2.55			
Single values (Ints.): #1: 2044 #2: 2024 #3: 1947						
Sb217.581						
Conc.1	0.0918	0.0029	3.13	0.0037	mg/L	
Conc.2	0.0873	0.0029	3.29	0.0037	mg/L	
Ints.	1178	39	3.33			
Single values (Ints.): #1: 1219 #2: 1174 #3: 1141						
Se196.028						
Conc.1	0.0957	0.0014	1.42	0.0018	mg/L	
Conc.2	0.0943	0.0014	1.44	0.0018	mg/L	
Ints.	1866	24	1.29			
Single values (Ints.): #1: 1853 #2: 1894 #3: 1852						
A1	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:45
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0101	0.0004	3.95	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0093	0.0004	4.26	0.0025	mg/L	
Ints.	264	8	3.00			
Single values (Ints.): #1: 269 #2: 255 #3: 269						
Sb217.581						
Conc.1	0.0087	0.0008	9.23	0.0042	mg/L	
Conc.2	0.0043	0.0008	18.95	0.0042	mg/L	
Ints.	44	11	25.02			
Single values (Ints.): #1: 52 #2: 48 #3: 32						
Se196.028						
Conc.1	0.0039	0.0001	1.61	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0025	0.0001	2.53	0.0021	mg/L	
Ints.	244	1	0.46			
Single values (Ints.): #1: 245 #2: 242 #3: 244						
A2	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:47
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0034	0.0007	20.01	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0027	0.0007	25.51	0.0025	mg/L	
Ints.	131	14	10.32			
Single values (Ints.): #1: 116 #2: 142 #3: 136						
Sb217.581						
Conc.1	0.0040	0.0013	32.24	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0005	0.0013	242.96	0.0043	mg/L	
Ints.	-21	17	81.87			
Single values (Ints.): #1: -19 #2: -40 #3: -5						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0121	0.0021	17.48	0.0020	mg/L	
Conc.2	0.0107	0.0021	19.80	0.0020	mg/L	
Ints.	389	37	9.62			
Single values (Ints.): #1: 372 #2: 362 #3: 431						
A3	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:49
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0023	0.0027	114.71	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0016	0.0027	167.28	0.0025	mg/L	
Ints.	110	53	48.38			
Single values (Ints.): #1: 69 #2: 170 #3: 91						
Sb217.581						
Conc.1	0.0073	0.0019	25.89	0.0042	mg/L	
Conc.2	0.0028	0.0019	67.47	0.0042	mg/L	
Ints.	24	26	107.13			
Single values (Ints.): #1: 53 #2: 5 #3: 13						
Se196.028						
Conc.1	0.0105	0.0011	10.68	0.0020	mg/L	
Conc.2	0.0091	0.0011	12.35	0.0020	mg/L	
Ints.	361	20	5.51			
Single values (Ints.): #1: 338 #2: 376 #3: 368						
YS1	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:50
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0021	0.0006	29.43	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0028	0.0006	21.84	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	22	12	57.15			<KAL
Single values (Ints.): #1: 30 #2: 7 #3: 27						
Sb217.581						
Conc.1	0.0284	0.0018	6.16	0.0039	mg/L	
Conc.2	0.0239	0.0018	7.32	0.0039	mg/L	
Ints.	313	24	7.65			
Single values (Ints.): #1: 320 #2: 332 #3: 286						
Se196.028						
Conc.1	0.0021	0.0019	87.79	0.0021	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0019	267.86	0.0021	mg/L	
Ints.	212	33	15.43			
Single values (Ints.): #1: 243 #2: 178 #3: 215						
YS2	*Method:*	As,Sb,Se(4)		Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:52
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0013	0.0007	55.63	0.0026	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0020	0.0007	35.57	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	38	14	38.12			<KAL
Single values (Ints.): #1: 21 #2: 48 #3: 44						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0042	0.0021	49.45	0.0043	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0021	890.45	0.0043	mg/L	
Ints.	-17	29	165.47			
Single values (Ints.): #1: -48 #2: -12 #3: 8						
Se196.028						
Conc.1	-0.0008	0.0014	179.61	0.0021	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0022	0.0014	62.81	0.0021	mg/L	<KAL
Ints.	161	24	15.00			<KAL
Single values (Ints.): #1: 133 #2: 173 #3: 178						

CCV ST4 0.1mg/L	*Method:*	As,Sb,Se(4)	Orig.	*Date:*	2026-02-13 13:54
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100	*Blank corr.:*	on

As193.698					
Conc.1	0.1003	0.0006	0.62	0.0022	mg/L
Conc.2	0.0996	0.0006	0.63	0.0022	mg/L
Ints.	2065	13	0.61		
Single values (Ints.): #1: 2071 #2: 2073 #3: 2051					
Sb217.581					
Conc.1	0.0956	0.0024	2.47	0.0037	mg/L
Conc.2	0.0911	0.0024	2.59	0.0037	mg/L
Ints.	1229	32	2.62		
Single values (Ints.): #1: 1192 #2: 1244 #3: 1251					
Se196.028					
Conc.1	0.0968	0.0017	1.78	0.0018	mg/L
Conc.2	0.0953	0.0017	1.80	0.0018	mg/L
Ints.	1885	30	1.61		
Single values (Ints.): #1: 1912 #2: 1852 #3: 1892					