Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\260227_1-26-02-27 155212-26-02-27 165326.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 16:54
As193.698						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	59	32	53.93			
Single values (Ints.): #1: 75 #2: 22 #3: 79						
Sb217.581						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	-26	16	64.26			
Single values (Ints.): #1: -11 #2: -23 #3: -43						
Se196.028						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	202	34	16.92			
Single values (Ints.): #1: 223 #2: 220 #3: 162						
ST1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 16:56
As193.698						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	435	44	10.19			
Single values (Ints.): #1: 450 #2: 470 #3: 385						
Sb217.581						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	154	35	22.35			
Single values (Ints.): #1: 177 #2: 115 #3: 171						
Se196.028						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	544	15	2.78			
Single values (Ints.): #1: 538 #2: 532 #3: 561						
ST2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 16:58
As193.698						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	847	31	3.66			
Single values (Ints.): #1: 882 #2: 828 #3: 830						
Sb217.581						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	416	49	11.74			
Single values (Ints.): #1: 443 #2: 359 #3: 444						
Se196.028						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	860	6	0.64			
Single values (Ints.): #1: 860 #2: 855 #3: 866						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 16:59
As193.698						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	986	28	2.85			
Single values (Ints.): #1: 976 #2: 1017 #3: 964						
Sb217.581						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	591	14	2.44			
Single values (Ints.): #1: 575 #2: 602 #3: 597						
Se196.028						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1016	12	1.15			
Single values (Ints.): #1: 1007 #2: 1011 #3: 1029						
ST4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:01
As193.698						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	2008	26	1.30			
Single values (Ints.): #1: 2026 #2: 1978 #3: 2021						
Sb217.581						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1235	21	1.74			
Single values (Ints.): #1: 1219 #2: 1226 #3: 1259						
Se196.028						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1847	41	2.22			
Single values (Ints.): #1: 1893 #2: 1834 #3: 1814						
ST5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:03
As193.698						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3871	67	1.72			
Single values (Ints.): #1: 3878 #2: 3933 #3: 3801						
Sb217.581						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2550	13	0.50			
Single values (Ints.): #1: 2557 #2: 2558 #3: 2535						
Se196.028						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3576	26	0.74			
Single values (Ints.): #1: 3546 #2: 3588 #3: 3595						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* As193.698 *Date:* 2026-02-27 17:03

As193.698

y=a+bx a=61.517950 b=19111.410 Method SD: 0.0014195 mg/L

R²(adj.): 0.999492899 ; Slope: 19111.410 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.3305714 mg/L



Compute calib. *Method:* Sb217.581 *Date:* 2026-02-27 17:03

Sb217.581

y=a+bx a=-74.10775 b=13085.118 Method SD: 0.0026370 mg/L

R²(adj.): 0.998251310 ; Slope: 13085.118 Ints./(mg/L) ; BEC: 1.1104222 mg/L



Compute calib. *Method:* Se196.028 *Date:* 2026-02-27 17:03

Se196.028

y=a+bx a=189.15100 b=16852.313 Method SD: 0.0012396 mg/L

R²(adj.): 0.999613288 ; Slope: 16852.313 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2511659 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
BLANK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:04
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0000	0.0005	###.##	0.0031	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0090	0.0005	5.36	0.0031	mg/L	<KAL
Ints.	62	9	15.05			<KAL
Single values (Ints.): #1: 51 #2: 65 #3: 69						
Sb217.581						
Conc.1	0.0120	0.0016	13.02	0.0054	mg/L	
Conc.2	0.0162	0.0016	9.63	0.0054	mg/L	
Ints.	83	20	24.70			
Single values (Ints.): #1: 105 #2: 79 #3: 64						
Se196.028						
Conc.1	-0.0002	0.0022	912.14	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0100	0.0022	21.78	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	185	37	19.86			<KAL
Single values (Ints.): #1: 185 #2: 148 #3: 222						
Reag. blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:06
As193.698						
Conc.1	0.0018	0.0016	87.02	0.0030	mg/L	
Ints.	96	30	31.17			
Single values (Ints.): #1: 76 #2: 82 #3: 130						
Sb217.581						
Conc.1	0.0069	0.0014	20.93	0.0055	mg/L	
Ints.	16	19	117.79			
Single values (Ints.): #1: 37 #2: 12 #3: -0						
Se196.028						
Conc.1	0.0013	0.0021	165.28	0.0026	mg/L	<KAL
Ints.	210	35	16.58			<KAL
Single values (Ints.): #1: 170 #2: 233 #3: 228						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:08
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0012	271.60	0.0030	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0013	0.0012	90.56	0.0030	mg/L	<KAL
Ints.	70	23	33.26			<KAL
Single values (Ints.): #1: 50 #2: 65 #3: 95						
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0005	12.03	0.0056	mg/L	
Conc.2	-0.0024	0.0005	23.17	0.0056	mg/L	
Ints.	-15	7	48.27			
Single values (Ints.): #1: -9 #2: -23 #3: -13						
Se196.028						
Conc.1	-0.0007	0.0014	206.31	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0019	0.0014	71.35	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	178	23	12.92			<KAL
Single values (Ints.): #1: 183 #2: 198 #3: 153						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
FBK(P)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:09
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0004	0.0011	256.16	0.0031	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0022	0.0011	50.60	0.0031	mg/L	<KAL
Ints.	53	22	40.79			<KAL
Single values (Ints.): #1: 29 #2: 71 #3: 59						
Sb217.581						
Conc.1	0.0049	0.0016	32.67	0.0055	mg/L	
Conc.2	-0.0020	0.0016	78.15	0.0055	mg/L	
Ints.	-11	21	196.72			
Single values (Ints.): #1: -12 #2: -30 #3: 11						
Se196.028						
Conc.1	-0.0013	0.0008	64.99	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0025	0.0008	32.83	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	168	14	8.34			<KAL
Single values (Ints.): #1: 171 #2: 180 #3: 152						
P1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:11
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0010	0.0009	96.05	0.0030	mg/L	
Conc.2	-0.0008	0.0009	108.10	0.0030	mg/L	
Ints.	80	17	21.91			
Single values (Ints.): #1: 65 #2: 75 #3: 99						
Sb217.581						
Conc.1	0.0013	0.0002	16.05	0.0056	mg/L	
Conc.2	-0.0056	0.0002	3.60	0.0056	mg/L	
Ints.	-58	3	4.60			
Single values (Ints.): #1: -56 #2: -61 #3: -56						
Se196.028						
Conc.1	0.0008	0.0006	74.28	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0006	140.05	0.0027	mg/L	
Ints.	203	10	5.04			
Single values (Ints.): #1: 210 #2: 191 #3: 208						
P2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:13
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0018	0.0004	24.05	0.0031	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0035	0.0004	11.87	0.0031	mg/L	<KAL
Ints.	28	8	28.70			<KAL
Single values (Ints.): #1: 23 #2: 24 #3: 37						
Sb217.581						
Conc.1	0.0025	0.0017	69.04	0.0056	mg/L	
Conc.2	-0.0044	0.0017	38.22	0.0056	mg/L	
Ints.	-42	22	52.79			
Single values (Ints.): #1: -65 #2: -41 #3: -20						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0007	0.0008	113.13	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0006	0.0008	129.14	0.0027	mg/L	
Ints.	200	13	6.34			
Single values (Ints.): #1: 214 #2: 189 #3: 199						
CCV(ST4 2.5mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-02-27 17:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1021	0.0027	2.67	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.1003	0.0027	2.72	0.0027	mg/L	
Ints.	2012	52	2.59			
Single values (Ints.): #1: 1963 #2: 2007 #3: 2066						
Sb217.581						
Conc.1	0.0961	0.0012	1.24	0.0049	mg/L	
Conc.2	0.0892	0.0012	1.33	0.0049	mg/L	
Ints.	1183	16	1.31			
Single values (Ints.): #1: 1169 #2: 1200 #3: 1182						
Se196.028						
Conc.1	0.0996	0.0011	1.11	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0983	0.0011	1.12	0.0023	mg/L	
Ints.	1867	19	0.99			
Single values (Ints.): #1: 1886 #2: 1867 #3: 1849						