Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\260305-26-03-05 111522-26-03-05 125248-26-03-05 134916.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:50
As193.698						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	87	37	42.29			
Single values (Ints.): #1: 118 #2: 97 #3: 46						
Sb217.581						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	-15	23	152.03			
Single values (Ints.): #1: 7 #2: -13 #3: -40						
Se196.028						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	197	14	7.29			
Single values (Ints.): #1: 209 #2: 181 #3: 200						
ST1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:51
As193.698						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	470	27	5.75			
Single values (Ints.): #1: 489 #2: 439 #3: 481						
Sb217.581						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	203	39	19.30			
Single values (Ints.): #1: 197 #2: 244 #3: 167						
Se196.028						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	570	28	4.99			
Single values (Ints.): #1: 592 #2: 579 #3: 538						
ST2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:53
As193.698						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	867	33	3.75			
Single values (Ints.): #1: 895 #2: 875 #3: 831						
Sb217.581						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	482	32	6.63			
Single values (Ints.): #1: 514 #2: 481 #3: 450						
Se196.028						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	909	42	4.66			
Single values (Ints.): #1: 935 #2: 860 #3: 931						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:55
As193.698						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1094	50	4.61			
Single values (Ints.): #1: 1152 #2: 1061 #3: 1069						
Sb217.581						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	616	9	1.48			
Single values (Ints.): #1: 624 #2: 617 #3: 606						
Se196.028						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	1050	46	4.34			
Single values (Ints.): #1: 1052 #2: 1004 #3: 1095						
ST4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:57
As193.698						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	2112	22	1.03			
Single values (Ints.): #1: 2127 #2: 2122 #3: 2087						
Sb217.581						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1311	22	1.68			
Single values (Ints.): #1: 1313 #2: 1331 #3: 1288						
Se196.028						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1954	54	2.76			
Single values (Ints.): #1: 1933 #2: 1913 #3: 2015						
ST5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 13:58
As193.698						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	4181	12	0.28			
Single values (Ints.): #1: 4194 #2: 4178 #3: 4171						
Sb217.581						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2744	56	2.05			
Single values (Ints.): #1: 2692 #2: 2804 #3: 2737						
Se196.028						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	3750	18	0.49			
Single values (Ints.): #1: 3771 #2: 3739 #3: 3739						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* As193.698 *Date:* 2026-03-05 13:59

As193.698

y=a+bx a=64.610998 b=20544.427 Method SD: 0.0007746 mg/L

R²(adj.): 0.999848979 ; Slope: 20544.427 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2972454 mg/L



Compute calib. *Method:* Sb217.581 *Date:* 2026-03-05 13:59

Sb217.581

y=a+bx a=-62.55304 b=13938.806 Method SD: 0.0021888 mg/L

R²(adj.): 0.998794872 ; Slope: 13938.806 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.9680616 mg/L



Compute calib. *Method:* Se196.028 *Date:* 2026-03-05 13:59

Se196.028

y=a+bx a=193.06269 b=17732.177 Method SD: 0.0011598 mg/L

R²(adj.): 0.999661429 ; Slope: 17732.177 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2204770 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
BLANK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:00
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0019	0.0009	49.54	0.0017	mg/L	
Conc.2	0.0590	0.0009	1.57	0.0017	mg/L	
Ints.	103	19	18.46			
Single values (Ints.): #1: 107 #2: 120 #3: 82						
Sb217.581						
Conc.1	0.0128	0.0026	20.30	0.0044	mg/L	
Conc.2	0.0592	0.0026	4.40	0.0044	mg/L	
Ints.	116	36	31.25			
Single values (Ints.): #1: 146 #2: 126 #3: 76						
Se196.028						
Conc.1	0.0009	0.0009	95.22	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0429	0.0009	2.02	0.0025	mg/L	
Ints.	209	15	7.35			
Single values (Ints.): #1: 194 #2: 209 #3: 225						
Reag. blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:02
As193.698						
Conc.1	-0.0006	0.0010	151.19	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	51	20	39.35			<KAL
Single values (Ints.): #1: 41 #2: 75 #3: 39						
Sb217.581						
Conc.1	0.0051	0.0016	32.05	0.0046	mg/L	
Ints.	8	23	282.12			
Single values (Ints.): #1: 29 #2: -16 #3: 11						
Se196.028						
Conc.1	-0.0005	0.0010	183.91	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	183	18	9.63			<KAL
Single values (Ints.): #1: 173 #2: 204 #3: 173						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:03
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0001	0.0006	432.48	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0005	0.0006	127.91	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	62	13	21.39			<KAL
Single values (Ints.): #1: 57 #2: 76 #3: 51						
Sb217.581						
Conc.1	0.0021	0.0018	83.82	0.0047	mg/L	
Conc.2	-0.0029	0.0018	61.73	0.0047	mg/L	
Ints.	-33	25	76.90			
Single values (Ints.): #1: -18 #2: -19 #3: -62						
Se196.028						
Conc.1	-0.0001	0.0008	917.62	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0005	0.0008	180.47	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	191	14	7.57			<KAL
Single values (Ints.): #1: 175 #2: 199 #3: 201						

Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:05
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0010	0.0010	96.79	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0003	0.0010	283.56	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	44	20	44.21			<KAL
Single values (Ints.): #1: 66 #2: 28 #3: 39						
Sb217.581						
Conc.1	0.0014	0.0013	93.67	0.0047	mg/L	
Conc.2	-0.0036	0.0013	36.49	0.0047	mg/L	
Ints.	-43	19	43.33			
Single values (Ints.): #1: -57 #2: -49 #3: -22						
Se196.028						
Conc.1	-0.0025	0.0005	19.29	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0019	0.0005	24.68	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	149	8	5.70			<KAL
Single values (Ints.): #1: 157 #2: 149 #3: 140						
FBK(KD)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:07
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0001	0.0005	369.06	0.0017	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0005	61.09	0.0017	mg/L	
Ints.	67	10	14.53			
Single values (Ints.): #1: 78 #2: 59 #3: 65						
Sb217.581						
Conc.1	0.0028	0.0029	103.43	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0022	0.0029	130.59	0.0046	mg/L	
Ints.	-23	41	175.77			
Single values (Ints.): #1: -48 #2: -46 #3: 24						
Se196.028						
Conc.1	0.0001	0.0001	105.42	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0007	0.0001	19.79	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	195	2	1.20			<KAL
Single values (Ints.): #1: 193 #2: 198 #3: 195						
FBK(3.4)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:08
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0006	0.0017	282.82	0.0017	mg/L	
Conc.2	0.0013	0.0017	136.89	0.0017	mg/L	
Ints.	77	35	45.90			
Single values (Ints.): #1: 90 #2: 104 #3: 37						
Sb217.581						
Conc.1	0.0017	0.0009	54.40	0.0047	mg/L	
Conc.2	-0.0034	0.0009	27.19	0.0047	mg/L	
Ints.	-39	13	32.77			
Single values (Ints.): #1: -52 #2: -39 #3: -26						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	-0.0005	0.0014	284.06	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0001	0.0014	###.##	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	184	24	13.21			<KAL
Single values (Ints.): #1: 166 #2: 175 #3: 212						
KD1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:11
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0001	0.0003	377.64	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0006	0.0003	51.56	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	63	6	9.61			<KAL
Single values (Ints.): #1: 61 #2: 58 #3: 70						
Sb217.581						
Conc.1	0.0035	0.0010	29.48	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0015	0.0010	67.35	0.0046	mg/L	
Ints.	-13	14	107.45			
Single values (Ints.): #1: -24 #2: 3 #3: -19						
Se196.028						
Conc.1	0.0001	0.0020	###.##	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0007	0.0020	303.47	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	195	36	18.43			<KAL
Single values (Ints.): #1: 173 #2: 237 #3: 176						
KD2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:13
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0009	0.0004	39.62	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0002	0.0004	146.25	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	46	7	15.66			<KAL
Single values (Ints.): #1: 38 #2: 52 #3: 49						
Sb217.581						
Conc.1	0.0022	0.0007	34.07	0.0047	mg/L	
Conc.2	-0.0029	0.0007	25.53	0.0047	mg/L	
Ints.	-32	10	31.87			
Single values (Ints.): #1: -21 #2: -37 #3: -40						
Se196.028						
Conc.1	0.0023	0.0026	110.06	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0029	0.0026	89.27	0.0025	mg/L	
Ints.	234	45	19.38			
Single values (Ints.): #1: 197 #2: 222 #3: 285						
KD3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0018	0.0016	90.59	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0012	0.0016	141.19	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	27	34	123.16			<KAL
Single values (Ints.): #1: 3 #2: 14 #3: 66						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0010	0.0009	90.00	0.0047	mg/L	
Conc.2	-0.0041	0.0009	22.39	0.0047	mg/L	
Ints.	-48	13	26.09			
Single values (Ints.): #1: -47 #2: -62 #3: -37						
Se196.028						
Conc.1	-0.0002	0.0014	619.77	0.0025	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0003	0.0014	458.75	0.0025	mg/L	<KAL
Ints.	189	25	13.40			<KAL
Single values (Ints.): #1: 191 #2: 163 #3: 213						
JH I	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:16
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0027	0.0013	48.69	0.0016	mg/L	
Conc.2	0.0033	0.0013	39.24	0.0016	mg/L	
Ints.	120	27	22.47			
Single values (Ints.): #1: 150 #2: 111 #3: 99						
Sb217.581						
Conc.1	0.0041	0.0026	63.75	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0026	276.81	0.0046	mg/L	
Ints.	-5	37	704.19			
Single values (Ints.): #1: 17 #2: -47 #3: 15						
Se196.028						
Conc.1	0.0334	0.0024	7.04	0.0022	mg/L	
Conc.2	0.0340	0.0024	6.93	0.0022	mg/L	
Ints.	786	42	5.31			
Single values (Ints.): #1: 820 #2: 798 #3: 739						
JH O	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:18
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0019	0.0010	53.30	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0013	0.0010	79.92	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	25	21	86.93			<KAL
Single values (Ints.): #1: 40 #2: 34 #3: 0						
Sb217.581						
Conc.1	0.0043	0.0000	1.15	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0008	0.0000	6.39	0.0046	mg/L	
Ints.	-3	1	25.34			
Single values (Ints.): #1: -3 #2: -2 #3: -3						
Se196.028						
Conc.1	0.0219	0.0009	3.94	0.0023	mg/L	
Conc.2	0.0225	0.0009	3.85	0.0023	mg/L	
Ints.	582	15	2.64			
Single values (Ints.): #1: 600 #2: 571 #3: 576						

Operator: *Lab.:*

Line	Mean	SD	RSD[%]	CI	Unit	Rem.
WN I	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:19
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0017	0.0003	19.40	0.0017	mg/L	
Conc.2	0.0023	0.0003	14.00	0.0017	mg/L	
Ints.	99	7	6.77			
Single values (Ints.): #1: 94 #2: 107 #3: 97						
Sb217.581						
Conc.1	0.0042	0.0015	34.93	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0015	161.55	0.0046	mg/L	
Ints.	-5	20	447.66			
Single values (Ints.): #1: 9 #2: 6 #3: -28						
Se196.028						
Conc.1	0.0116	0.0005	3.89	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0121	0.0005	3.72	0.0024	mg/L	
Ints.	398	8	2.01			
Single values (Ints.): #1: 390 #2: 399 #3: 406						
WN O	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:21
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0021	0.0008	35.82	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0015	0.0008	51.32	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	20	16	77.33			<KAL
Single values (Ints.): #1: 11 #2: 11 #3: 39						
Sb217.581						
Conc.1	0.0030	0.0024	82.79	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0021	0.0024	116.07	0.0046	mg/L	
Ints.	-21	34	159.64			
Single values (Ints.): #1: -60 #2: -8 #3: 4						
Se196.028						
Conc.1	0.0065	0.0005	7.88	0.0024	mg/L	
Conc.2	0.0070	0.0005	7.27	0.0024	mg/L	
Ints.	307	9	2.93			
Single values (Ints.): #1: 302 #2: 318 #3: 303						
IS I	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:23
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0018	0.0015	86.12	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0011	0.0015	136.61	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	29	31	109.07			<KAL
Single values (Ints.): #1: 33 #2: 57 #3: -4						
Sb217.581						
Conc.1	0.0345	0.0023	6.78	0.0041	mg/L	
Conc.2	0.0294	0.0023	7.94	0.0041	mg/L	
Ints.	418	33	7.79			
Single values (Ints.): #1: 424 #2: 382 #3: 447						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0022	0.0023	106.44	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0027	0.0023	85.33	0.0025	mg/L	
Ints.	232	41	17.83			
Single values (Ints.): #1: 223 #2: 277 #3: 196						
IS O	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:24
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0022	0.0008	35.11	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0016	0.0008	49.66	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	19	16	83.83			<KAL
Single values (Ints.): #1: 19 #2: 35 #3: 3						
Sb217.581						
Conc.1	0.0074	0.0007	9.52	0.0046	mg/L	
Conc.2	0.0023	0.0007	30.29	0.0046	mg/L	
Ints.	40	10	24.27			
Single values (Ints.): #1: 30 #2: 50 #3: 41						
Se196.028						
Conc.1	0.0017	0.0006	34.35	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0022	0.0006	25.92	0.0025	mg/L	
Ints.	223	10	4.56			
Single values (Ints.): #1: 226 #2: 231 #3: 211						
ISW I	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:26
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0000	0.0006	###.##	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0006	0.0006	100.71	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	64	13	20.34			<KAL
Single values (Ints.): #1: 55 #2: 79 #3: 59						
Sb217.581						
Conc.1	0.0035	0.0010	27.90	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0016	0.0010	62.92	0.0046	mg/L	
Ints.	-14	14	99.85			
Single values (Ints.): #1: 1 #2: -26 #3: -16						
Se196.028						
Conc.1	0.0014	0.0003	25.64	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0019	0.0003	18.32	0.0025	mg/L	
Ints.	217	6	2.84			
Single values (Ints.): #1: 216 #2: 212 #3: 224						
ISW O	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:28
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0000	0.0012	###.##	0.0017	mg/L	<KAL
Conc.2	0.0007	0.0012	176.54	0.0017	mg/L	<KAL
Ints.	65	25	37.87			<KAL
Single values (Ints.): #1: 38 #2: 71 #3: 86						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0027	0.0022	81.78	0.0046	mg/L	
Conc.2	-0.0024	0.0022	94.08	0.0046	mg/L	
Ints.	-25	31	124.50			
Single values (Ints.): #1: 11 #2: -42 #3: -44						
Se196.028						
Conc.1	0.0016	0.0002	11.17	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.0022	0.0002	8.37	0.0025	mg/L	
Ints.	222	3	1.45			
Single values (Ints.): #1: 223 #2: 224 #3: 218						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)	Orig.	*Date:*	2026-03-05 14:29	
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*	*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:*	on
As193.698						
Conc.1	0.0973	0.0010	1.00	0.0014	mg/L	
Conc.2	0.0980	0.0010	0.99	0.0014	mg/L	
Ints.	2064	20	0.97			
Single values (Ints.): #1: 2049 #2: 2086 #3: 2056						
Sb217.581						
Conc.1	0.0905	0.0027	3.03	0.0040	mg/L	
Conc.2	0.0854	0.0027	3.21	0.0040	mg/L	
Ints.	1199	38	3.19			
Single values (Ints.): #1: 1186 #2: 1168 #3: 1242						
Se196.028						
Conc.1	0.0994	0.0026	2.57	0.0022	mg/L	
Conc.2	0.1000	0.0026	2.55	0.0022	mg/L	
Ints.	1956	45	2.31			
Single values (Ints.): #1: 1988 #2: 1976 #3: 1905						