Operator: *Lab.:*

Results

Results file: C:\Users\Public\Documents\Analytik Jena\ASpectPQ\ICP\Results\260409 KD LG-26-04-09 105538-26-04-09 132706.tps

Instrument: PQ 9000 #13585100362BA0517 *Technique:* ICP-OES

Operator:

Comment:

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
method blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:28
As193.698						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	52	21	39.18			
Single values (Ints.): #1: 48 #2: 75 #3: 34						
Sb217.581						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	-23	15	62.70			
Single values (Ints.): #1: -21 #2: -39 #3: -10						
Se196.028						
Conc.1	0				mg/L	
Ints.	209	13	6.40			
Single values (Ints.): #1: 212 #2: 222 #3: 195						
ST1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:29
As193.698						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	364	18	5.05			
Single values (Ints.): #1: 371 #2: 343 #3: 378						
Sb217.581						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	106	58	54.38			
Single values (Ints.): #1: 65 #2: 172 #3: 81						
Se196.028						
Conc.1	0.02				mg/L	
Ints.	438	13	2.90			
Single values (Ints.): #1: 433 #2: 452 #3: 428						
ST2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:31
As193.698						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	623	7	1.09			
Single values (Ints.): #1: 622 #2: 630 #3: 616						
Sb217.581						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	317	37	11.56			
Single values (Ints.): #1: 276 #2: 347 #3: 327						
Se196.028						
Conc.1	0.04				mg/L	
Ints.	703	51	7.25			
Single values (Ints.): #1: 654 #2: 756 #3: 698						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
ST3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:33
As193.698						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	769	50	6.46			
Single values (Ints.): #1: 714 #2: 810 #3: 782						
Sb217.581						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	393	22	5.63			
Single values (Ints.): #1: 401 #2: 410 #3: 368						
Se196.028						
Conc.1	0.05				mg/L	
Ints.	796	24	3.01			
Single values (Ints.): #1: 807 #2: 769 #3: 813						
ST4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:34
As193.698						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1538	16	1.07			
Single values (Ints.): #1: 1545 #2: 1520 #3: 1550						
Sb217.581						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	868	32	3.66			
Single values (Ints.): #1: 834 #2: 875 #3: 896						
Se196.028						
Conc.1	0.1				mg/L	
Ints.	1494	48	3.19			
Single values (Ints.): #1: 1485 #2: 1452 #3: 1546						
ST5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:36
As193.698						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2970	35	1.18			
Single values (Ints.): #1: 2991 #2: 2930 #3: 2989						
Sb217.581						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	1858	31	1.68			
Single values (Ints.): #1: 1880 #2: 1823 #3: 1872						
Se196.028						
Conc.1	0.2				mg/L	
Ints.	2921	25	0.85			
Single values (Ints.): #1: 2938 #2: 2893 #3: 2933						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*

Compute calib. *Method:* As193.698 *Date:* 2026-04-09 13:37

As193.698

y=a+bx a=54.453604 b=14607.617 Method SD: 0.0012777 mg/L

R²(adj.): 0.999589147 ; Slope: 14607.617 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2941353 mg/L



Compute calib. *Method:* Sb217.581 *Date:* 2026-04-09 13:37

Sb217.581

y=a+bx a=-64.90092 b=9532.8743 Method SD: 0.0029464 mg/L

R²(adj.): 0.997817497 ; Slope: 9532.8743 Ints./(mg/L) ; BEC: 1.2332289 mg/L



Compute calib. *Method:* Se196.028 *Date:* 2026-04-09 13:37

Se196.028

y=a+bx a=159.61768 b=13668.254 Method SD: 0.0029564 mg/L

R²(adj.): 0.997802662 ; Slope: 13668.254 Ints./(mg/L) ; BEC: 0.2095986 mg/L



Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
BLANK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:38
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0018	0.0013	72.04	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0149	0.0013	8.55	0.0027	mg/L	
Ints.	80	19	23.13			
Single values (Ints.): #1: 99 #2: 62 #3: 79						
Sb217.581						
Conc.1	0.0128	0.0019	14.71	0.0060	mg/L	
Conc.2	0.0105	0.0019	17.83	0.0060	mg/L	
Ints.	57	18	31.56			
Single values (Ints.): #1: 42 #2: 76 #3: 52						
Se196.028						
Conc.1	0.0043	0.0026	61.32	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0071	0.0026	36.81	0.0062	mg/L	
Ints.	218	36	16.46			
Single values (Ints.): #1: 214 #2: 256 #3: 184						
Reag. blank	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:39
As193.698						
Conc.1	0.0014	0.0013	97.57	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	75	20	26.41			<KAL
Single values (Ints.): #1: 53 #2: 81 #3: 91						
Sb217.581						
Conc.1	0.0039	0.0033	85.41	0.0062	mg/L	
Ints.	-28	32	113.35			
Single values (Ints.): #1: -12 #2: -64 #3: -8						
Se196.028						
Conc.1	0.0030	0.0018	58.63	0.0063	mg/L	
Ints.	201	24	12.12			
Single values (Ints.): #1: 225 #2: 203 #3: 176						
MBK	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:41
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0022	0.0012	56.81	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0012	153.56	0.0027	mg/L	
Ints.	87	18	21.06			
Single values (Ints.): #1: 106 #2: 84 #3: 69						
Sb217.581						
Conc.1	0.0035	0.0007	19.60	0.0062	mg/L	
Conc.2	-0.0004	0.0007	158.03	0.0062	mg/L	
Ints.	-32	6	20.18			
Single values (Ints.): #1: -26 #2: -31 #3: -39						
Se196.028						
Conc.1	0.0043	0.0016	37.94	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0012	0.0016	130.94	0.0062	mg/L	
Ints.	218	22	10.19			
Single values (Ints.): #1: 236 #2: 225 #3: 193						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
FBK(KD)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:43
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0025	0.0013	50.86	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0011	0.0013	113.56	0.0027	mg/L	
Ints.	91	19	20.45			
Single values (Ints.): #1: 108 #2: 71 #3: 93						
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0019	41.44	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0019	312.28	0.0062	mg/L	
Ints.	-22	18	79.57			
Single values (Ints.): #1: -5 #2: -40 #3: -21						
Se196.028						
Conc.1	0.0029	0.0008	27.38	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0001	0.0008	586.07	0.0063	mg/L	
Ints.	199	11	5.46			
Single values (Ints.): #1: 211 #2: 198 #3: 189						
FBK(LG)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 13:44
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0013	0.0015	111.35	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0001	0.0015	###.##	0.0027	mg/L	
Ints.	74	22	29.31			
Single values (Ints.): #1: 92 #2: 50 #3: 80						
Sb217.581						
Conc.1	0.0010	0.0039	376.97	0.0063	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0028	0.0039	137.02	0.0063	mg/L	<KAL
Ints.	-55	37	67.58			<KAL
Single values (Ints.): #1: -85 #2: -66 #3: -13						
Se196.028						
Conc.1	0.0029	0.0023	78.88	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0001	0.0023	###.##	0.0063	mg/L	
Ints.	200	32	15.81			
Single values (Ints.): #1: 223 #2: 164 #3: 212						
KD1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:15
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0022	0.0003	13.42	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0003	35.26	0.0027	mg/L	
Ints.	87	4	5.03			
Single values (Ints.): #1: 82 #2: 89 #3: 90						
Sb217.581						
Conc.1	0.0082	0.0029	35.01	0.0061	mg/L	
Conc.2	0.0043	0.0029	66.58	0.0061	mg/L	
Ints.	13	27	207.58			
Single values (Ints.): #1: 18 #2: 38 #3: -16						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0010	0.0011	104.38	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0020	0.0011	54.48	0.0063	mg/L	
Ints.	174	15	8.56			
Single values (Ints.): #1: 190 #2: 161 #3: 171						
KD2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:17
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Se196.028						
Conc.1	0.0031	0.0003	10.78	0.0063	mg/L	
Conc.2	0.0001	0.0003	393.37	0.0063	mg/L	
Ints.	202	5	2.28			
Single values (Ints.): #1: 201 #2: 207 #3: 198						
KD3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:18
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Se196.028						
Conc.1	0.0061	0.0017	28.32	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0031	0.0017	56.15	0.0062	mg/L	
Ints.	244	24	9.76			
Single values (Ints.): #1: 222 #2: 269 #3: 240						
LG1	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:19
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0012	0.0010	84.60	0.0028	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0026	0.0010	39.74	0.0028	mg/L	<KAL
Ints.	37	15	41.45			<KAL
Single values (Ints.): #1: 21 #2: 38 #3: 51						
Sb217.581						
Conc.1	0.0054	0.0034	62.69	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0015	0.0034	223.17	0.0062	mg/L	
Ints.	-13	32	240.24			
Single values (Ints.): #1: 24 #2: -32 #3: -32						
Se196.028						
Conc.1	0.0020	0.0014	71.68	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0011	0.0014	130.70	0.0063	mg/L	
Ints.	186	19	10.33			
Single values (Ints.): #1: 196 #2: 199 #3: 164						
LG2	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:21
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0003	0.0007	285.15	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0016	0.0007	44.78	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	51	11	21.18			<KAL
Single values (Ints.): #1: 53 #2: 60 #3: 39						
Sb217.581						
Conc.1	0.0020	0.0030	153.79	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0019	0.0030	160.20	0.0063	mg/L	
Ints.	-46	29	63.11			
Single values (Ints.): #1: -32 #2: -79 #3: -27						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0047	0.0025	52.61	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0017	0.0025	147.42	0.0062	mg/L	
Ints.	224	34	15.17			
Single values (Ints.): #1: 196 #2: 262 #3: 215						
LG3	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:22
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0019	0.0007	37.19	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0005	0.0007	137.10	0.0027	mg/L	
Ints.	82	10	12.55			
Single values (Ints.): #1: 79 #2: 94 #3: 74						
Sb217.581						
Conc.1	0.0003	0.0014	429.73	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0036	0.0014	39.60	0.0063	mg/L	
Ints.	-62	13	21.72			
Single values (Ints.): #1: -49 #2: -61 #3: -76						
Se196.028						
Conc.1	0.0090	0.0010	11.28	0.0061	mg/L	
Conc.2	0.0059	0.0010	17.08	0.0061	mg/L	
Ints.	282	14	4.90			
Single values (Ints.): #1: 268 #2: 283 #3: 296						
LG4	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:24
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0006	0.0017	292.06	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0008	0.0017	220.99	0.0027	mg/L	
Ints.	63	25	40.25			
Single values (Ints.): #1: 87 #2: 37 #3: 66						
Sb217.581						
Conc.1	0.0024	0.0025	102.81	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0015	0.0025	163.48	0.0063	mg/L	
Ints.	-42	23	55.38			
Single values (Ints.): #1: -35 #2: -24 #3: -68						
Se196.028						
Conc.1	0.0051	0.0011	21.92	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0021	0.0011	53.80	0.0062	mg/L	
Ints.	230	15	6.70			
Single values (Ints.): #1: 232 #2: 213 #3: 244						
LG5	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:26
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0014	321.97	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0009	0.0014	149.93	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	61	21	33.96			<KAL
Single values (Ints.): #1: 37 #2: 69 #3: 77						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0018	0.0042	226.90	0.0063	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0020	0.0042	205.30	0.0063	mg/L	<KAL
Ints.	-47	40	84.30			<KAL
Single values (Ints.): #1: -83 #2: -4 #3: -54						
Se196.028						
Conc.1	0.0042	0.0019	44.20	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0012	0.0019	158.81	0.0062	mg/L	
Ints.	217	25	11.73			
Single values (Ints.): #1: 221 #2: 190 #3: 241						
LG6	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:28
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0005	0.0012	231.54	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0012	137.18	0.0027	mg/L	
Ints.	62	17	28.09			
Single values (Ints.): #1: 77 #2: 43 #3: 66						
Sb217.581						
Conc.1	0.0048	0.0037	76.76	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0009	0.0037	411.35	0.0062	mg/L	
Ints.	-19	35	180.05			
Single values (Ints.): #1: 21 #2: -42 #3: -37						
Se196.028						
Conc.1	0.0044	0.0012	28.45	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0013	0.0012	93.37	0.0062	mg/L	
Ints.	219	17	7.75			
Single values (Ints.): #1: 216 #2: 238 #3: 204						
LG7	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:29
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0018	0.0010	56.29	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0004	0.0010	245.39	0.0027	mg/L	
Ints.	81	15	18.30			
Single values (Ints.): #1: 64 #2: 85 #3: 93						
Sb217.581						
Conc.1	0.0030	0.0009	31.52	0.0062	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0009	103.67	0.0062	mg/L	
Ints.	-37	9	24.50			
Single values (Ints.): #1: -46 #2: -36 #3: -28						
Se196.028						
Conc.1	0.0040	0.0008	21.01	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0010	0.0008	85.26	0.0062	mg/L	
Ints.	215	12	5.40			
Single values (Ints.): #1: 225 #2: 202 #3: 217						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
LG8	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:31
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0005	0.0009	187.28	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0009	94.47	0.0027	mg/L	
Ints.	61	13	20.72			
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 61 #3: 49						
Sb217.581						
Conc.1	0.0011	0.0044	390.27	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0028	0.0044	157.43	0.0063	mg/L	
Ints.	-54	42	76.51			
Single values (Ints.): #1: -24 #2: -37 #3: -102						
Se196.028						
Conc.1	0.0037	0.0018	48.27	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0018	290.24	0.0062	mg/L	
Ints.	210	24	11.49			
Single values (Ints.): #1: 206 #2: 188 #3: 235						
LG9	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:33
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0012	0.0019	163.03	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0019	###.##	0.0027	mg/L	
Ints.	72	28	39.44			
Single values (Ints.): #1: 94 #2: 82 #3: 40						
Sb217.581						
Conc.1	0.0010	0.0031	316.80	0.0063	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0029	0.0031	108.82	0.0063	mg/L	<KAL
Ints.	-55	30	54.08			<KAL
Single values (Ints.): #1: -90 #2: -37 #3: -40						
Se196.028						
Conc.1	0.0052	0.0010	19.22	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0022	0.0010	45.80	0.0062	mg/L	
Ints.	231	14	5.96			
Single values (Ints.): #1: 245 #2: 232 #3: 217						
LG10	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:34
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0004	0.0025	566.07	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0025	260.48	0.0027	mg/L	
Ints.	61	36	59.27			
Single values (Ints.): #1: 57 #2: 99 #3: 27						
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0033	72.96	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0033	531.59	0.0062	mg/L	
Ints.	-22	31	142.27			
Single values (Ints.): #1: -41 #2: -39 #3: 14						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0020	0.0028	137.41	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0010	0.0028	277.42	0.0063	mg/L	
Ints.	187	38	20.39			
Single values (Ints.): #1: 222 #2: 146 #3: 195						
LG11	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:36
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0001	0.0020	###.##	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0013	0.0020	150.52	0.0027	mg/L	
Ints.	55	29	52.01			
Single values (Ints.): #1: 75 #2: 69 #3: 22						
Sb217.581						
Conc.1	0.0030	0.0020	67.54	0.0062	mg/L	
Conc.2	-0.0009	0.0020	229.88	0.0062	mg/L	
Ints.	-36	19	53.23			
Single values (Ints.): #1: -20 #2: -31 #3: -58						
Se196.028						
Conc.1	0.0043	0.0016	38.30	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0012	0.0016	134.22	0.0062	mg/L	
Ints.	218	22	10.23			
Single values (Ints.): #1: 220 #2: 239 #3: 195						
LG12	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:38
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0008	0.0011	141.18	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0006	0.0011	168.56	0.0027	mg/L	
Ints.	65	16	23.72			
Single values (Ints.): #1: 73 #2: 76 #3: 48						
Sb217.581						
Conc.1	0.0050	0.0030	59.95	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0011	0.0030	266.14	0.0062	mg/L	
Ints.	-17	29	167.21			
Single values (Ints.): #1: -38 #2: 16 #3: -29						
Se196.028						
Conc.1	0.0057	0.0036	62.73	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0027	0.0036	134.01	0.0062	mg/L	
Ints.	238	49	20.63			
Single values (Ints.): #1: 292 #2: 223 #3: 198						
LG13	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:39
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0009	0.0007	80.73	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0005	0.0007	129.75	0.0027	mg/L	
Ints.	67	10	15.03			
Single values (Ints.): #1: 78 #2: 58 #3: 65						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0021	0.0031	148.11	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0018	0.0031	177.31	0.0063	mg/L	
Ints.	-45	30	66.77			
Single values (Ints.): #1: -62 #2: -10 #3: -62						
Se196.028						
Conc.1	0.0052	0.0028	52.74	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0022	0.0028	126.56	0.0062	mg/L	
Ints.	231	38	16.28			
Single values (Ints.): #1: 188 #2: 251 #3: 254						
LG14	*Method:*	As,Sb,Se(1)	Orig.	*Date:*		2026-04-09 14:41
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0007	0.0008	120.61	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0008	113.61	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	64	12	18.40			<KAL
Single values (Ints.): #1: 54 #2: 61 #3: 77						
Sb217.581						
Conc.1	0.0024	0.0009	38.83	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0015	0.0009	61.72	0.0063	mg/L	
Ints.	-42	9	20.91			
Single values (Ints.): #1: -44 #2: -33 #3: -50						
Se196.028						
Conc.1	0.0047	0.0004	9.08	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0016	0.0004	26.12	0.0062	mg/L	
Ints.	223	6	2.59			
Single values (Ints.): #1: 217 #2: 229 #3: 224						
LG15	*Method:*	As,Sb,Se(1)	Orig.	*Date:*		2026-04-09 14:43
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0022	0.0008	36.85	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0008	0.0008	98.46	0.0027	mg/L	
Ints.	87	12	13.72			
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 98 #3: 88						
Sb217.581						
Conc.1	0.0004	0.0005	129.51	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0035	0.0005	14.52	0.0063	mg/L	
Ints.	-61	5	7.90			
Single values (Ints.): #1: -62 #2: -56 #3: -66						
Se196.028						
Conc.1	0.0062	0.0006	9.96	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0031	0.0006	19.62	0.0062	mg/L	
Ints.	244	8	3.45			
Single values (Ints.): #1: 253 #2: 242 #3: 237						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:44
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1114	0.0031	2.77	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.1100	0.0031	2.80	0.0025	mg/L	
Ints.	1682	45	2.68			
Single values (Ints.): #1: 1666 #2: 1647 #3: 1733						
Sb217.581						
Conc.1	0.0885	0.0032	3.66	0.0054	mg/L	
Conc.2	0.0846	0.0032	3.83	0.0054	mg/L	
Ints.	779	31	3.97			
Single values (Ints.): #1: 764 #2: 814 #3: 758						
Se196.028						
Conc.1	0.1126	0.0031	2.78	0.0058	mg/L	
Conc.2	0.1096	0.0031	2.86	0.0058	mg/L	
Ints.	1699	43	2.52			
Single values (Ints.): #1: 1748 #2: 1670 #3: 1680						
LG16	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:46
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	-0.0010	0.0006	58.41	0.0028	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0023	0.0006	23.83	0.0028	mg/L	<KAL
Ints.	41	8	20.08			<KAL
Single values (Ints.): #1: 44 #2: 31 #3: 47						
Sb217.581						
Conc.1	0.0168	0.0013	7.92	0.0059	mg/L	
Conc.2	0.0129	0.0013	10.31	0.0059	mg/L	
Ints.	95	13	13.34			
Single values (Ints.): #1: 98 #2: 106 #3: 81						
Se196.028						
Conc.1	0.0063	0.0010	15.63	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0033	0.0010	30.08	0.0062	mg/L	
Ints.	246	14	5.50			
Single values (Ints.): #1: 259 #2: 248 #3: 232						
LG20	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:48
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0015	0.0012	79.26	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0001	0.0012	###.##	0.0027	mg/L	
Ints.	76	17	22.38			
Single values (Ints.): #1: 94 #2: 61 #3: 73						
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0008	17.40	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0008	120.17	0.0062	mg/L	
Ints.	-22	8	34.81			
Single values (Ints.): #1: -17 #2: -17 #3: -30						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Se196.028						
Conc.1	0.0045	0.0014	31.24	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0015	0.0014	96.49	0.0062	mg/L	
Ints.	221	19	8.69			
Single values (Ints.): #1: 200 #2: 238 #3: 226						
LG21	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:49
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0012	0.0009	73.69	0.0027	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0009	590.93	0.0027	mg/L	
Ints.	72	13	18.28			
Single values (Ints.): #1: 74 #2: 85 #3: 58						
Sb217.581						
Conc.1	0.0006	0.0038	661.86	0.0063	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0033	0.0038	114.94	0.0063	mg/L	<KAL
Ints.	-59	36	60.99			<KAL
Single values (Ints.): #1: -85 #2: -76 #3: -18						
Se196.028						
Conc.1	0.0087	0.0002	2.78	0.0061	mg/L	
Conc.2	0.0057	0.0002	4.27	0.0061	mg/L	
Ints.	279	3	1.19			
Single values (Ints.): #1: 275 #2: 281 #3: 281						
LG22	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:51
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0007	0.0006	97.34	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0007	0.0006	86.45	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	64	9	14.47			<KAL
Single values (Ints.): #1: 53 #2: 71 #3: 68						
Sb217.581						
Conc.1	0.0037	0.0008	21.05	0.0062	mg/L	
Conc.2	-0.0002	0.0008	340.29	0.0062	mg/L	
Ints.	-30	7	24.42			
Single values (Ints.): #1: -30 #2: -23 #3: -37						
Se196.028						
Conc.1	0.0033	0.0034	102.55	0.0063	mg/L	
Conc.2	0.0003	0.0034	###.##	0.0063	mg/L	
Ints.	205	47	22.81			
Single values (Ints.): #1: 242 #2: 153 #3: 221						
LG23	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:53
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0012	0.0021	171.09	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0001	0.0021	###.##	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	73	31	42.82			<KAL
Single values (Ints.): #1: 40 #2: 101 #3: 77						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
Sb217.581						
Conc.1	0.0015	0.0011	72.84	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0024	0.0011	44.24	0.0063	mg/L	
Ints.	-51	10	20.01			
Single values (Ints.): #1: -61 #2: -40 #3: -52						
Se196.028						
Conc.1	0.0076	0.0011	14.18	0.0061	mg/L	
Conc.2	0.0045	0.0011	23.69	0.0061	mg/L	
Ints.	263	15	5.58			
Single values (Ints.): #1: 275 #2: 268 #3: 247						
LG24	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:54
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0001	0.0007	488.36	0.0027	mg/L	<KAL
Conc.2	-0.0012	0.0007	57.29	0.0027	mg/L	<KAL
Ints.	57	10	18.31			<KAL
Single values (Ints.): #1: 46 #2: 57 #3: 67						
Sb217.581						
Conc.1	0.0005	0.0034	662.36	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0034	0.0034	100.39	0.0063	mg/L	
Ints.	-60	32	53.75			
Single values (Ints.): #1: -52 #2: -33 #3: -96						
Se196.028						
Conc.1	0.0049	0.0004	7.25	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0018	0.0004	19.29	0.0062	mg/L	
Ints.	226	5	2.13			
Single values (Ints.): #1: 229 #2: 221 #3: 229						
RCS4/6	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:56
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.0016	0.0010	61.96	0.0027	mg/L	
Conc.2	0.0002	0.0010	458.01	0.0027	mg/L	
Ints.	78	14	18.61			
Single values (Ints.): #1: 93 #2: 64 #3: 77						
Sb217.581						
Conc.1	0.0046	0.0035	76.03	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0007	0.0035	483.27	0.0062	mg/L	
Ints.	-21	33	159.15			
Single values (Ints.): #1: -39 #2: -41 #3: 18						
Se196.028						
Conc.1	0.0036	0.0024	67.33	0.0063	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0024	417.91	0.0063	mg/L	
Ints.	209	33	15.96			
Single values (Ints.): #1: 244 #2: 178 #3: 206						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 14:58
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
As193.698						
Conc.1	0.1117	0.0014	1.29	0.0025	mg/L	
Conc.2	0.1103	0.0014	1.31	0.0025	mg/L	
Ints.	1686	21	1.25			
Single values (Ints.): #1: 1684 #2: 1709 #3: 1667						
Sb217.581						
Conc.1	0.0936	0.0023	2.47	0.0054	mg/L	
Conc.2	0.0897	0.0023	2.58	0.0054	mg/L	
Ints.	827	22	2.66			
Single values (Ints.): #1: 820 #2: 852 #3: 810						
Se196.028						
Conc.1	0.1117	0.0032	2.85	0.0057	mg/L	
Conc.2	0.1087	0.0032	2.93	0.0057	mg/L	
Ints.	1687	44	2.58			
Single values (Ints.): #1: 1696 #2: 1725 #3: 1640						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:04
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0905	0.0016	1.75	0.0054	mg/L	
Conc.2	0.0866	0.0016	1.83	0.0054	mg/L	
Ints.	798	15	1.89			
Single values (Ints.): #1: 789 #2: 789 #3: 815						
LG16	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:06
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0146	0.0029	19.94	0.0059	mg/L	
Conc.2	0.0107	0.0029	27.18	0.0059	mg/L	
Ints.	74	28	37.43			
Single values (Ints.): #1: 63 #2: 54 #3: 106						
LG20	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:07
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0039	0.0008	19.50	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0000	0.0008	###.##	0.0062	mg/L	
Ints.	-27	7	26.56			
Single values (Ints.): #1: -26 #2: -35 #3: -21						
LG21	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:08
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0045	0.0039	86.29	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0006	0.0039	653.93	0.0062	mg/L	
Ints.	-22	37	165.26			
Single values (Ints.): #1: 18 #2: -55 #3: -29						

Operator: *Lab.:*

Line	*Mean*	*SD*	*RSD[%]*	*CI*	*Unit*	*Rem.*
LG22	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:10
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0060	0.0045	75.61	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0021	0.0045	217.23	0.0062	mg/L	
Ints.	-8	43	528.05			
Single values (Ints.): #1: -11 #2: -49 #3: 36						
LG23	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:11
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0013	0.0016	123.76	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0026	0.0016	61.59	0.0063	mg/L	
Ints.	-53	15	28.93			
Single values (Ints.): #1: -45 #2: -70 #3: -43						
LG24	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:12
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0002	0.0032	###.##	0.0063	mg/L	
Conc.2	-0.0037	0.0032	87.61	0.0063	mg/L	
Ints.	-63	31	48.92			
Single values (Ints.): #1: -41 #2: -50 #3: -99						
RCS4/6	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:14
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0063	0.0015	23.63	0.0062	mg/L	
Conc.2	0.0024	0.0015	62.31	0.0062	mg/L	
Ints.	-5	14	267.00			
Single values (Ints.): #1: -20 #2: 7 #3: -3						
CCV(ST4 0.1mg/L)	*Method:*	As,Sb,Se(1)		Orig.	*Date:*	2026-04-09 15:15
Pre-DF: 1	*Wt.[g]:*		*Vol.[mL]:*	100		*Blank corr.:* on
Sb217.581						
Conc.1	0.0892	0.0029	3.29	0.0054	mg/L	
Conc.2	0.0853	0.0029	3.44	0.0054	mg/L	
Ints.	785	28	3.56			
Single values (Ints.): #1: 813 #2: 786 #3: 757						