

Certificado de Calibracao

Monitor Multiparametrico Philips IntelliVue MP5 - EQ-0001

Referencia: **CAL-2024-EQ0001**

Data: **10/01/2024**

Identificacao

Campo	Valor
Designacao	Monitor Multiparametrico
Marca / Modelo	Philips IntelliVue MP5
N de Serie	MP5-2022-45901
Codigo Interno	EQ-0001
Data Calibracao	10/01/2024
Proxima Calibracao	10/01/2025

Resultados

Parametro	Referencia	Medido	Desvio	Conforme
Freq. Cardiaca	80 bpm	80 bpm	0	Sim
SpO2	98%	97.8%	-0.2%	Sim
P. Arterial	120/80 mmHg	121/80 mmHg	+1 mmHg	Sim
Temperatura	37.0 C	37.0 C	0.0 C	Sim

Conclusao: Equipamento conforme. Apto para utilizacao clinica.