

Certificado de Calibracao

Bomba de Infusao B. Braun INFUSOMAT Space - EQ-0005

Referencia: **CAL-2023-EQ0005**

Data: **15/03/2023**

Identificacao

Campo	Valor
Designacao	Bomba de Infusao
Marca / Modelo	B. Braun INFUSOMAT Space
N de Serie	INF-2020-B-78234
Codigo Interno	EQ-0005
Data Calibracao	15/03/2023
Proxima Calibracao	15/03/2024

Resultados

Caudal Programado	Caudal Medido	Erro (%)	Conforme
5 mL/h	5.02 mL/h	+0.4%	Sim
25 mL/h	24.98 mL/h	-0.1%	Sim
100 mL/h	100.1 mL/h	+0.1%	Sim
250 mL/h	249.5 mL/h	-0.2%	Sim

Conclusao: Equipamento conforme. Apto para utilizacao clinica.