

Certificado de Calibracao

Autoclave Steris SV-120 - EQ-0009

Referencia: CAL-2023-EQ0009

Data: 05/06/2023

Identificacao

Campo	Valor
Designacao	Autoclave / Esterilizador a Vapor
Marca / Modelo	Steris SV-120
N de Serie	SV120-2019-ST-00234
Codigo Interno	EQ-0009
Data Calibracao	05/06/2023
Proxima Calibracao	05/06/2024

Parametros

Parametro	Nominal	Medido	Conforme
Temperatura (134 C)	134 C	134.2 C	Sim
Pressao	2.1 bar	2.09 bar	Sim
Tempo Esterilizacao	4 min	4 min 02 s	Sim
Indicador Biologico	Negativo	Negativo	Sim

Conclusao: Equipamento conforme. Apto para utilizacao em bloco operatorio.