

Certificado de Calibracao

Ecografo GE Healthcare Logiq E9 - EQ-0012

Referencia: **CAL-2023-EQ0012**

Data: **20/09/2023**

Identificacao

Campo	Valor
Designacao	Ecografo Portatil
Marca / Modelo	GE Healthcare Logiq E9
N de Serie	ECO-2019-GE-44521
Codigo Interno	EQ-0012
Data Calibracao	20/09/2023
Proxima Calibracao	20/09/2024

Parametros

Parametro	Especificacao	Resultado	Conforme
Resolucao Axial	< 0.5 mm	0.42 mm	Sim
Resolucao Lateral	< 1.0 mm	0.87 mm	Sim
Profundidade Max.	> 20 cm	24 cm	Sim
Uniformidade	Sem artefactos	Sem artefactos	Sim

Conclusao: Equipamento conforme. Apto para utilizacao em imagiologia.