A


2. 将 V_m 与所需（指令）电位进行比较
3. 当 V_m 和指令电位不同时，从轴突注入或退出电流
反馈放大器
指令电位
信号发生器
1. 测量膜电位 (Vm)
4. 测量补偿电流
膜电位放大器
轴突