

医疗器械客诉单

Medical Device Complaint Form

客诉编号: COMP-20260525-001 接收日期: 2026-05-25

A. 投诉基本信息

客诉编号	COMP-20260525-001
接收日期	2026-05-25
投诉来源	经销商

B. 投诉人信息

报告人	李羽
医院/机构	三江口人民医院
科室	内科
联系方式	0731-98078654
报告日期	2026-05-25

C. 产品信息

产品名称	一次性使用导丝
型号规格	GW-033
批号/序列号	78787
生产日期	
有效期	

D. 投诉内容

投诉类别	产品质量
投诉详细描述	手术中导丝脱丝，经检查发现导丝涂层脱落。
涉及患者伤害	否
发生频率	单次

E. 研发调查

调查日期	2026-05-25
调查人	李久
调查方法	实验室分析

调查发现	导丝涂层脱落
根本原因分析	医生使用问题
根本原因分类	使用不当

F. 纠正措施

紧急处理措施	告知经销商及使用方按产品说明书规范操作，确保使用得当
长期纠正预防措施	
责任人	
计划完成日期	

G. 风险评估

严重性 (S)	1
发生概率 (O)	1
可检测性 (D)	1
RPN (S x O x D)	1

H. 监管报告

需要报告监管机构	否
报告状态	不适用