

医疗器械客诉单

Medical Device Complaint Form

[!] 高风险投诉

严重性评分 5/5 — 请优先处理!

客诉编号: COMP-20260526-001 接收日期: 2026-05-26

A. 投诉基本信息

客诉编号	COMP-20260526-001
接收日期	2026-05-26
投诉来源	经销商

B. 投诉人信息

报告人	李雨
医院/机构	大江口人民医院
科室	内科
联系方式	0731-9876543
报告日期	2026-05-26

C. 产品信息

产品名称	一次性使用造影导丝
型号规格	Q89
批号/序列号	9898
生产日期	
有效期	

D. 投诉内容

投诉类别	产品质量
投诉详细描述	手术中发现导丝起毛
涉及患者伤害	否
发生频率	单次

E. 研发调查

调查日期	2026-05-26
------	------------

调查人	
调查方法	
调查发现	
根本原因分析	
根本原因分类	


F. 纠正措施

紧急处理措施	
长期纠正预防措施	
责任人	
计划完成日期	

G. 风险评估

严重性 (S)	5
发生概率 (O)	5
可检测性 (D)	
RPN (S x O x D)	

风险矩阵 (S x O):



H. 监管报告

需要报告监管机构	否
报告状态	不适用

I. 电子签名

序号	调查人	签批角色	—	姓名	—	签名	日期
2	审核人		—		—		—
3	批准人		—		—		—