

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 2**

**MASERN VIRUS / MEASLES / ROUGEOLE IgG**

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G2 (SCI.CO)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G2 (SCI.CN)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G2 (SCI.CM)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-03
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-03
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	52,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	256 mg/L
Q(Alb)	$4,92 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	17,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	22,0 mg/L
Q(IgG)	$1,29 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,09
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 1,86$ und / and $\leq 4,32$
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 03 - 1



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [dialog@virion-serion.de](mailto:dialog@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-164 H

### Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010