

Qualitätskontrollzertifikat

Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic* COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgA

Best.-Nr. / Order No.	ESR1311A
Chargen-Nr. / Lot No.	SMH.CQ
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-11
IFU-Version / IFU-Version	131-13

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	SLH.DY	0,88	> 0,44
Cut off-Serum / Cut off serum	SLH.DZ	0,58	0,29 – 1,16

Negativkontrolle / Negative Control	COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgA
Chargen-Nr. / Lot No.	SLH.DX
Teststreifen / Strips	COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgA
Chargen-Nr. / Lot No.	VLH.AE
Konjugat / Conjugate	IgA ++
Chargen-Nr. / Lot No.	SGH.BC

22.12.2017

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.deInternet: www.virion-serion.de