

Qualitätskontrollzertifikat

Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*

COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgG

Best.-Nr. / Order No.	ESR1311G
Chargen-Nr. / Lot No.	SFI.FL
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-06
IFU-Version / IFU-Version	131-13

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	SFI.DG	0,80	> 0,40
Cut off-Serum / Cut off serum	SFI.DI	0,41	0,21 - 0,82

Negativkontrolle / Negative Control	COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgG
Chargen-Nr. / Lot No.	SFI.DF
Teststreifen / Strips	COXIELLA BURNETII PHASE 1 IgG
Chargen-Nr. / Lot No.	VBI.AA
Konjugat / Conjugate	IgG +++
Chargen-Nr. / Lot No.	SDI.EB

13.07.2018

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.deInternet: www.virion-serion.de