



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

virion\serion

SERION KBR Antigen / CFT Antigen RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. / Order No. | 1224 |
| Chargen-Nr. / Lot No. | SGA.AM |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2020-07 |
| Antigen / Antigen | Respiratory Syncytial Virus (Long) |
| Kultursystem / Culture System | Verozellen / Vero cells |
| Präparation / Preparation | infizierte Zellen und Zellkulturmedium (konzentriert und gereinigt) infected cells and culture fluid (concentrated and purified) |
| Inaktivierung / Inactivation | Hitzeinaktivierung / heat treatment (30 min - 56 °C) |
| Konservierung / Preservation | 0,01 % Thiomersal / 0.01 % thiomersal |
| Lagerung / Storage | 2 °C - 8 °C |
| Rekonstitution / Reconstitution | 1 ml Aqua dest. |
| Gebrauchsverdünnung / Working Dilution | 1:20 |

serion



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: dialog@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de