

Qualitätskontrollzertifikat

Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic* RESP. SYNCYTIAL VIRUS IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR113M
Chargen-Nr. / Lot No.	SKI.DU
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-07
IFU-Version / IFU-Version	113-14

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	SGI.EK	0,76	> 0,38
Cut off-Serum / Cut off serum	SKI.DK	0,34	0,17 - 0,68

Negativkontrolle / Negative Control	RESP. SYNCYTIAL VIRUS IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	SGI.EI
Teststreifen / Strips	RESP. SYNCYTIAL VIRUS IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	SGI.CO
Konjugat / Conjugate	IgM +
Chargen-Nr. / Lot No.	SHI.FL

31.10.2018

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de