

Qualitätskontrollzertifikat

Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*

ADENOVIRUS IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR128M
Chargen-Nr. / Lot No.	SCI.FV
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-02
IFU-Version / IFU-Version	128-14

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	SCI.EB	1,00	> 0,50
Cut off-Serum / Cut off serum	SCI.ED	0,42	0,21 – 0,84

Negativkontrolle / Negative Control	ADENOVIRUS IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	SCI.DZ
Teststreifen / Strips	ADENOVIRUS IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	SBI.ER
Konjugat / Conjugate	IgM ++
Chargen-Nr. / Lot No.	SBI.EN

10.4.2018

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.deInternet: www.virion-serion.de