

Qualitätskontrollzertifikat

Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic* COXIELLA BURNETII PHASE 2 IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR1312M
Chargen-Nr. / Lot No.	SFI.DW
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-06
IFU-Version / IFU-Version	131-13

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	SFI.AS	0,96	> 0,48
Cut off-Serum / Cut off serum	SFI.AT	0,44	0,22 - 0,88

Negativkontrolle / Negative Control	COXIELLA BURNETII PHASE 2 IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	SFI.AM
Teststreifen / Strips	COXIELLA BURNETII PHASE 2 IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	VEI.AA
Konjugat / Conjugate	IgM +
Chargen-Nr. / Lot No.	SEI.BR

27.06.2018

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.deInternet: www.virion-serion.de