

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

virion\serion

SERION ELISA AI control 1

MASERN VIRUS / MEASLES / ROUGEOLE IgG

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G1 (SDI.CB)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G1 (SDI.CA)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G1 (SDI.BZ)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-04
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-04
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	44,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	235 mg/L
Q(Alb)	$5,34 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	16,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	39,3 mg/L
Q(IgG)	$2,46 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq$ 0,60 und / and $\leq$ 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 04 - 1



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [dialog@virion-serion.de](mailto:dialog@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-164 H

### Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010