

Unidade:	FP50-FRADE	TAG do instrumento:	044-PT-1020A
Localização:	Oil to Cargo A	Número do Certificado:	25-ODS-37 - PRE - 555
Data de Calibração:	21/12/2025	Empresa Certificadora:	ODS Metering Systems

1.1 Descrição dos itens a serem verificados	SIM	NÃO	N/A
a) Identificação unívoca (Número do Certificado de Calibração).	X		
b) Nome e endereço do Laboratório/Empresa.	X		
c) Logotipo da RBC (para instrumento associado a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia, flare)	X		
d) Nome e endereço do cliente.	X		
e) Número de páginas e total de páginas.	X		
f) Identificação do método/procedimento utilizado.	X		
g) Registro das condições ambientais.	X		
h) Descrição e identificação do item de calibração (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, etc).	X		
i) A data do recebimento do(s) item(s) de calibração, se necessário.			X
j) A data da realização da calibração.	X		
k) Os resultados da calibração estão com as unidades de medida no SI, onde apropriado.	X		
l) Evidências de que as medições são rastreáveis (Informações dos padrões utilizados).	X		
m) Nome(s), função (ões) e assinatura (s) ou identificações equivalentes das pessoas autorizadas para emissão do certificado.	X		
n) Declaração de que os resultados e incertezas se referem somente aos itens calibrados / inspecionados.	X		
o) Nível de confiança e fator de abrangência.	X		
p) Foi feita calibração de acordo com a faixa solicitada?	X		
q) Os erros máximos de medição (Erro sistemático remanescente + incerteza) são inferiores ao erro máximo admissível para o equipamento em questão?	X		
r) O instrumento está aprovado para o uso no ponto de medição a que se destina de acordo com os critérios de aceitação informados pelo cliente?	X		
s) No caso de ajuste no equipamento, estão informados os resultados das calibrações como encontrados (as found) e como deixados (as left)?			X
1.2 É recomendado que o relatório de análise contenha uma declaração especificando que o mesmo só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do emitente. O relatório apresentado atende esta recomendação?			
(X) Sim () Não OBSERVAÇÕES:			
1.3 Existe alguma informação no documento analisado que necessite ser atualizada em algum outro dispositivo (ex.: range de calibração no computador de vazão)?			
() Sim (X) Não OBSERVAÇÕES:			
1.4 De acordo com a data do último ensaio / análise que foi realizada no equipamento / produto, observando a periodicidade estabelecida para realização do mesmo; a periodicidade de realização foi cumprida?			
(X) Sim () Não OBSERVAÇÕES:			
1.5 Conclusão da análise crítica do relatório de calibração. O certificado está conforme requerimento do cliente e RTM?			
(X) Sim () Não* *Caso a resposta seja "Não", justifique:			
Data: 23/12/2025			
Responsável pela análise			