



Cliente: PRIO
Instalação: FRADE
TAG do Sistema: 045-FT-0040
Aplicação: TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
Sistema: OFFLOADING
Data da Calibração: 30/06/2026
Tipo do Medidor: TURBINA

Nº Certificado: LMV 50076-26
Modelo: TZN300-3000
Fabricante: FAURE HERMAN
TAG: 045-FT-0030
Nº Série: 901924
Diâmetro: 12 "
Faixa Calibrada: 800 m³/h a 2388,79 m³/h

Valores do Certificado de Calibração

K-Factor do medidor: 89,0 pulsos/m³

Vazão da Calibração (m³/h)	Frequência (Hz)	Volume de Referência (L)	Volume do Medidor (L)	Meter Factor	Erro (%)	K-factor corrigido	Incerteza (%)	Status
800,0	20	228503,56	228337,08	1,00073	-0,07	88,93508	0,15	APROVADO
960,0	24	228569,45	228438,20	1,00057	-0,06	88,94930	0,15	APROVADO
1151,0	28	228582,03	228441,95	1,00061	-0,06	88,94574	0,15	APROVADO
1382,4	34	347284,41	346996,25	1,00083	-0,08	88,92619	0,15	APROVADO
1658,9	41	345305,45	345011,24	1,00085	-0,09	88,92441	0,15	APROVADO
1990,7	49	343281,33	343127,34	1,00045	-0,04	88,95997	0,15	APROVADO
2388,8	59	343322,98	343217,23	1,00031	-0,03	88,97242	0,15	APROVADO

Fórmulas

$$F \text{ (Hz)} = (\text{K-Factor do medidor} \cdot \text{Vazão}) / 3600$$

$$MF = \text{Volume de Referência} / \text{Volume do Medidor}$$

$$KFc = \text{K-Factor do medidor} / MF$$

F = Frequência em Hz

MF = Meter Factor

KFc = K-Factor Corrigido

K-Factor do medidor

Volume de Referência em m³

K-Factor do medidor

Vazão em m³/h

Volume do Medidor em m³

MF da vazão

3600 referente à conversão de horas para segundos

Dados à Serem Configurados no Computador de Vazão

Nº	Vazão da Calibração (m³/h)	Frequência (Hz)	K-factor corrigido
1	800,0	20	88,93508
2	960,0	24	88,94930
3	1151,0	28	88,94574
4	1382,4	34	88,92619
5	1658,9	41	88,92441
6	1990,7	49	88,95997
7	2388,8	59	88,97242
		KF médio	88,94473

Limites de Alarme

Alarme de vazão baixa:	800 m³/h	Alarme de vazão alta:	2388,8 m³/h
------------------------	----------	-----------------------	-------------

Observações


1 - Os resultados apresentados neste documento aplicam-se somente ao equipamento calibrado indicado. *The results reported in this document apply only to the indicated equipment.*

Elaborado por:


Assinado digitalmente por Carolina Bastos
Data: 2026.07.16 10:37:15 -03'00'

Carolina Bastos
8 julho, 2026

Verificado por:


Assinado de forma digital por Gustavo Rodrigues Tavares
Dados: 2026.07.16 10:37:15 -03'00'

Gustavo Tavares
8 julho, 2026