

Cliente:	YINSON	TAG do instrumento:	27PT2001
Localização:	FPSO Maria Quitéria	Número do Certificado:	24-ODS-95-PRE-974
Data de Calibração:	10/12/2024	Empresa Certificadora:	ODS Metering Systems

1.1 Descrição dos itens avaliados	SIM	NÃO	N/A
a) Identificação única do certificado (Número do Certificado de Calibração).	X		
b) Razão social e endereço do Laboratório/Empresa responsável.	X		
c) Presença do logotipo da RBC (quando aplicável a instrumentos associados a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia ou flare).	X		
d) Identificação do cliente (nome e endereço).	X		
e) Indicação do número de páginas e total de páginas do documento.	X		
f) Identificação do método ou procedimento de calibração utilizado.	X		
g) Registro das condições ambientais durante a calibração.	X		
h) Descrição e identificação do item calibrado (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, entre outros).	X		
i) Registro da data de recebimento do(s) item(ns) de calibração, quando aplicável.			X
j) Indicação da data de realização da calibração.	X		
k) Apresentação dos resultados da calibração nas unidades de medida do Sistema Internacional (SI), quando aplicável.	X		
l) Evidências da rastreabilidade metrológica das medições (informações sobre os padrões utilizados).	X		
m) Identificação das pessoas autorizadas para emissão do certificado, incluindo nome(s), função(ões) e assinatura(s) ou identificação equivalente.	X		
n) Declaração de que os resultados e as incertezas apresentados referem-se exclusivamente aos itens calibrados e/ou inspecionados.	X		
o) Indicação do nível de confiança e do fator de abrangência adotado.	X		
p) Verificação se a calibração foi realizada de acordo com a faixa solicitada pelo cliente.	X		
q) Confirmação de que os erros máximos de medição (erro sistemático remanescente somado à incerteza) são inferiores ao erro máximo admissível para o equipamento avaliado.	X		
r) O instrumento está aprovado para uso no ponto de medição ao qual se destina, conforme os critérios de aceitação definidos pelo cliente ?	X		
s) Quando houver ajuste no equipamento, apresentação dos resultados de calibração nas condições “como encontrado” (as found) e “como deixado” (as left).			X

1.2 Recomenda-se que o relatório de análise contenha identificação adequada e informações claras sobre o emitente.
O relatório apresentado está em conformidade com essa recomendação?

(X) Sim () Não
OBSERVAÇÕES:

1.3 Existe alguma informação no documento analisado que necessite complementação, correção ou esclarecimento para melhor compreensão do dispositivo
(ex.: faixa de calibração no computador de vazão)?

() Sim (X) Não
OBSERVAÇÕES:

1.4 Com base na data do último ensaio ou análise registrada, bem como no critério de periodicidade definido para sua execução, a periodicidade estabelecida foi atendida?

(X) Sim () Não
OBSERVAÇÕES:

1.5 Conclusão da análise crítica do relatório de calibração
O certificado está em conformidade com os requisitos do cliente e da RTM?

(X) Sim () Não*
*Caso a resposta seja “Não”, justifique:

Responsável pela análise

Data: 16/12/2024