In-check DIAL G16

Doel:

Het apparaat meet de hoogste inspiratoire flow-snelheid en kan de weerstandskenmerken van de specifieke inhalator van een patiënt simuleren, mits het apparaat op de correcte instelling is ingesteld. De patiënt kan vervolgens getraind worden om te inhaleren met een flowsnelheid die geschikt is voor zijn of haar persoonlijke DPI of pMDI.

Doelgroep:

Verpleegkundig Specialisten Obstructieve Longaandoeningen, Specialistisch verpleegkundigen astma/COPD en verpleegkundigen op afdeling Longgeneeskunde

Werkwijze:

1. Reset de In-check Dial G 16 door het instrument verticaal met het mondstuk naar boven te houden, zodat het afgeronde uiteinde van het meetapparaat tegen de andere hand of een horizontaal oppervlak, bijvoorbeeld een tafel, geklopt kan worden. Klop krachtig waardoor de rode cursor naar de startpositie terugkeert. Daarna moet het apparaat 180 graden gedraaid worden om het magnetische gewicht terug naar zijn rustpositie te brengen.
2. Richt de keuzeschakelaar op het gewenst gekleurde symbool waarbij je een duidelijke klik hoort
3. Bevestig een schoon disposable mondstuk.
4. Vraag de patiënt volledig uit te ademen.
5. Vraag de patiënt om het mondstuk met zijn/haar lippen af te sluiten. Vraag de patiënt om, afhankelijk van de gekozen inhalator, te inhaleren zoals dit door de LAN wordt aanbevolen.
6. Lees de ademstroom van de positie van de rode cursor op de schaal. Reset en herhaal nog 2x. Let daarbij telkens op de juiste inhalatietechniek.
7. Vergelijk de bereikte waarden met de doelwaarden voor het gekozen apparaat. Voor een correct gebruik van het apparaat moet de patiënt een ademstroom binnen het klinisch doeltreffende bereik halen.
8. Indien de patiënt na herhaaldelijk oefenen niet in staat is deze waarden te bereiken is het zinvol om een andere inhalator te gaan gebruiken.

Reiniging van In-check DIAL G16:

1. In-check DIAL G16 na ieder gebruik gedurende 2-3 minuten onderdompelen in een handwarm sopje. Schud het apparaat om een grondige reiniging te bewerkstelligen.
2. Spoel het apparaat met warm water en schud om overtollig water te verwijderen.
3. Laat het apparaat goed drogen voordat het opnieuw wordt gebruikt.
4. Reinig met alcohol 70%

Meer informatie:

https://www.pt-medical.nl/incheck-dial-g16.html

Meer weten:

- Agnes Kulik, longverpleegkundige polikliniek Longgeneeskunde
- Monique Meijer longverpleegkundige polikliniek Longgeneeskunde
- Ellen Jacobs, verpleegkundig specialist obstructieve longaandoeningen



Scan om het youtubefilmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=EzAI6XdjRRw

526211022025