구분 (Category)	GE 명칭	Siemens 명칭	Philips 명칭	특징 (Features / Notes)				
Spin Echo	SE	SE	SE	가장 기본적인 스핀 에코 시퀀스1, 2				
Fast Spin Echo	FSE (Fast Spin E	TSE (Turbo Spin	TSE (Turbo Spin	다중 에코(Echo Train)를 이용하여 검사 시간을 단축한 스핀 에코 기법1, 2				
Single-Shot FSE	SS-FSE	HASTE	SSH-TSE / UFSE	한 번의 RF 펄스로 영상 전체를 획득하는 초고속 기법 (주로 호흡 정지 복부 영상에 사용)1, 2				
3D TSE (Variable	CUBE	SPACE	VISTA	가변 숙임각(Flip Angle)을 적용하여 흐림 현상을 줄인 3D 고해상도 T2 및 FLAIR 영상 기법2, 3				
Gradient Echo	GRE	GRE / FLASH	FFE (Fast Field E	그라디언트 반전을 이용해 에코를 생성하는 고속 획득 기법1, 4				
Spoiled GRE (T1	SPGR / FSPGR	FLASH	T1-FFE	잔류 횡자화를 강제로 소거(Spoiled)하여 T1 대조도를 극대화시킨 영상1, 4				
3D Volume-Interp	LAVA / BRAVO /	VIBE / MPRAGE	THRIVE / 3D TFE	3D 고해상도 구조 영상 및 역동적 조영 증강(Dynamic CE) 복부/뇌 검사에 사용1, 5, 6				
Balanced Steady	FIESTA / COSMI	TrueFISP / CISS	Balanced FFE (b	뇌척수액(CSF)이나 혈관에서 매우 높은 신호(SNR)를 보여주어 뇌신경, 심장, 관절 영상에 유리1, 4				
Short-Tau IR (지	STIR	STIR / TIRM	STIR	짧은 역전시간(TI)을 적용하여 지방 신호를 '0'으로 소거하는 기법1, 7, 8				
Long-Tau IR (물	FLAIR	FLAIR / TIRM (D	FLAIR	긴 역전시간(TI)을 적용하여 물(뇌척수액 등)의 신호를 억제하여 뇌병변을 명확히 관찰1, 7, 8				
Fat Suppression	Fat Sat / Chem S	Fat Sat	SPIR	물과 지방의 공명주파수 차이를 이용해 지방 신호만 선택적으로 포화(Saturation)시켜 억제9, 10				
Fat Suppression	ASPIR	SPAIR	SPAIR	B1 자기장 불균일에 강해 더 고르고 안정적인 지방 억제를 제공하는 업그레이드 기법9, 10				
Fat-Water Separ	IDEAL / LAVA-Fle	Dixon VIBE / Dix	mDixon	위상 차이를 계산해 물 영상(Water)과 지방 영상(Fat)을 완벽히 분리해내는 기법9				
Echo Planar Ima	EPI	EPI	EPI	초고속으로 k-space를 채우며, 주로 확산강조영상(DWI) 및 기능적 자기공명영상(fMRI)의 기반이 됨1, 11				
High-resolution D	PROPELLER DW	RESOLVE	DWI with segmer	국소 부위 획득 또는 분할 획득을 통해 기존 EPI 확산 영상의 왜곡(Distortion)을 줄인 고해상도 DWI11				
Susceptibility-we	SWAN	SWI	SWIp	조직 간의 자화율(Susceptibility) 차이를 극대화해 미세 출혈이나 정맥, 철분 침착 등을 민감하게 보여줌7				
시퀀스 목적	제조사별 명칭 (G	Plane	TR (ms)	TE (ms)	TI (ms)	FOV / Thickness	특이사항 & 조작 팁 (Hallym Specific)	
3D T1	3D BRAVO / MP-	SAG	Short	Short	900	240 / 1.0mm	AC-PC 라인 정렬, K-space 중심 정밀 매칭	
T2 FLAIR	CUBE T2-FLAIR	AX	5000	300~383	1480	220 / 5.0mm	TI값을 1480ms로 유지하여 CSF 완벽 소거 10	
DWI	SE EPI / EPI SE	AX	8400	85		240 / 2.5mm	b-value = 0, 1000. Phase 방향: AP 12, 13	
분류 (Category)	Siemens (시멘스	GE (지이)	Philips (필립스)	주요 특징 및 목적				
Spin Echo (2D)	TSE (Turbo SE)	FSE (Fast SE)	TSE	다중 에코를 이용한 고속 스핀 에코. T1, T2 영상의 기본 1, 2.				
3D 고해상도 TSE	SPACE	CUBE	VISTA (또는 mVo	가변 숙임각(Flip angle)을 적용하여 흐림 현상을 줄인 3D T2/FLAIR 획득 2.				
3D 고해상도 T1 (	MP-RAGE	3D BRAVO (또는	3D TFE / 3D FFE	뇌 구조 및 체적 측정을 위한 고해상도 3D T1 강조 영상 2, 4.				
3D 역동적 조영 (	VIBE / StarVIBE	LAVA / DISCO	THRIVE / eTHRI	호흡 정지 하에 빠르게 스캔하는 복부 간/골반 3D 조영 영상 2, 3.				
자화율 영상 (미세	SWI	SWAN	SWIp	혈액(철분) 및 석회화 등 자화율 차이를 극대화한 영상 2-4.				
고해상도 분할 획	RESOLVE	PROPELLER DW	DWI with segmer	EPI 왜곡을 줄이기 위한 분할 획득 기법 2, 4.				
지방/물 분리 (Dix	Dixon VIBE / Dix	IDEAL / LAVA-Fle	mDixon	물과 지방의 위상차를 이용해 완전 분리(In, Out, Fat, Water) 2, 3.				

금속 인공물 감소	WARP / SEMAC	MAVRIC SL	O-MAR	인공관절, 임플란트 주변의 자기장 왜곡을 줄이는 기법 5.		