구분 (Sequence)	Siemens	GE	Philips	주요 파라미터 세팅 차이 (예시)
3D T1 강조 영상	MP-RAGE	3D BRAVO (또는	3D FFE / 3D T1-	Siemens: TR 2300ms, TE 2.96ms, TI 900msGE: TE 3.2ms, TI 900msPhilips: TR/TE shortest, TI 855ms 1, 2, 10
3D FLAIR (T2)	SPACE (또는 T2	CUBE T2-FLAIR	VISTA (또는 FLA	Siemens: TR 4500ms, TE 383ms, TI 1800msGE: TR 5000ms, TE Max, TI 1480msPhilips: TR 5000ms, TE 300ms, TI 1700ms 3, 4, 8, 11
자화율/민감도 영	SWI (또는 3D GF	SWAN	SWIp (또는 3D G	Siemens: TE 25.2ms, 8 echoesGE: TE 28ms, 7 echoesPhilips: TE 26.2ms, 7 echoes 5, 6, 11
고해상도 확산 강	RESOLVE	PROPELLER DV	DWI with segmer	각 벤더별 왜곡(Distortion)을 줄이기 위한 국소/분할 획득 기법 명칭 차이 8, 12
지방 억제 (Fat Su	Fat Sat, SPAIR, I	Fat Sat, ASPIR, I	SPIR, SPAIR, mD	화학적 지방 억제 및 물/지방 분리(Dixon) 기법 명칭 차이 13