한림대성심병원 **MRI** 검사 전**/**후 주의사항 및 안전 가이드라인
안전하고 정확한 MRI 검사를 위해 환자분들께서 반드시 숙지하셔야 할 필수 가이드라인입니다. 웹사이트를 통해 예약 및 검사 전 아래 사항을 꼼꼼히 확인해 주십시오.

1. 부위별 검사 전/후 기본 주의사항

한림대성심병원은 검사 부위에 따라 최적화된 맞춤형 지침을 적용하고 있습니다.

- 복부 및 골반 검사**:** 검사 전 안내해 드리는 호흡법(숨 참기 등)을 정확히 숙지하고 방송 안내에 잘 따라 주십시오 1, 2.
- 소장 검사**(**엔테로그라피**):** 장관의 충분한 확장을 위해 검사 1시간 전부터 물 1리터(레디프리 희석액)를 1시간 동안 지속적으로 복용하십시오 3. 장 운동 억제를 위해 부스코판 주사제가 투여될 수 있습니다 3.
- 안와**(**눈**)** 검사**:** 검사 중 눈동자를 움직이거나 눈을 깜박이지 마시고 눈을 감은 상태를 유지해 주십시오 4.
- 턱관절**(TMJ)** 검사**:** 센터를 인중에 맞추고 검사를 시작하므로, 검사 중 침을 삼키지 마십시오 5.
- 상지**(**팔**/**어깨**)** 조영제 검사**:** 검사 부위의 간섭을 막기 위해 조영제 주입용 정맥 라인은 검사하는 팔의 반대쪽 팔에 확보합니다 6.

2. 금속 물질 및 체내 삽입물(임플란트) 체크리스트

MRI는 강력한 자기장을 이용하므로, 금속 물질은 환자의 안전에 치명적인 위협이 될 수 있습니다.

- 절대 금기 대상 **(**검사 불가**):** 심장박동기(Pacemaker), 신경자극기, 인공 달팽이관(와우 이식)을 시술받으신 분은 MRI 검사를 받을 수 없습니다 7.
- 검사실 입실 전 제거 필수 항목**:** 보청기, 시계, 귀금속 및 액세서리, 옷핀, 틀니 등 몸에 지닌 모든 금속성 물품은 탈의실에서 미리 제거해 주십시오 7.
- 사전 확인 및 고지 필수 항목**:** 인공심판막, 스텐트, 혈관 클립, 체내 금속 파편, 정형외과적 금속 고정물 등을 삽입하는 수술을 받으신 경우 반드시 의료진에게 알려주십시오 8, 9.
- 임플란트 환자**:** 체내 삽입물이 있는 경우 가열 위험(SAR) 및 RF 자기장(B1+rms) 제한 등의 장비 안전 한계가 적용될 수 있으므로 사전에 정보를 제공해 주십시오 10.

3. 조영제 부작용 대응 및 관리

정밀 진단을 위해 가돌리늄 조영제를 사용할 경우, 알레르기 반응이나 부작용 예방을 위해 다음 지침을 따릅니다.

- 과거력 필수 고지**:** 예전에 조영제 알레르기 반응을 겪었거나, 천식 등 특이 체질이 있는 경우 검사 전 반드시 의료진에게 알려주십시오 7, 8.
- 신기능 확인**:** 신장 기능이 저하된 환자의 경우 가돌리늄 조영제가 드물게 '신원성 전신섬유증(NSF)'이라는 중증 부작용을 유발할 수 있습니다 7. 따라서 의료진의 사전 신장 기능 평가 및 꼼꼼한 관리에 협조해 주십시오 7, 8.

4. 소아 및 응급/중환자 안전 프로토콜

협조가 어렵거나 세심한 모니터링이 필요한 환자분들을 위해 특화된 안전 프로토콜을 가동합니다.

- 소아 환자 **(8**세 이하**):**

- 장시간 움직이지 않고 대화로 협조를 구하기 어려운 8세 이하의 소아는 안전하고 정확한 검사를 위해 진정 요법(수면)이 필요할 수 있습니다 11, 12.
- 소아의 뇌/안장(Sella) 조영제 검사 시, 조영제를 투여하기 전에 반드시 T2 Full Axial 영상을 선제적으로 확보하여 기본 상태를 우선 평가합니다 13.
- 진정 요법을 시행할 경우, 약제 사용 시점부터 검사 종료 후 30분까지 의료진이 집중적으로 상태를 모니터링합니다 14.
- 응급 및 중환자실 환자**:**
- 상태가 불안정할 수 있으므로, 일반 환자보다 검사 준비 시간을 충분히 확보하고 검사 전 과정에 걸쳐 의료진의 밀착 모니터링을 동반합니다 15.