대상 부위 (Anato	검사명 (Protocol	필수 Sequence 리	한림대성심병원	장비별 명칭 차이 및 특징 (GE / Siemens / Philips)									
Brain	Brain Routine(Br	T1/T2 Axial, T2 F	모든 Dynamic 촬	3D T1: 3D BRAVO (GE) / MP-RAGE (Siemens) / 3D TFE (Philips) 2, 3.- 3D T2 FLAIR: CUBE (GE) / SPACE (Siemens) / VISTA (Philips) 2, 4.- 자화율 영상: SWAN (GE) / SWI (Siemens) / SWIp (Philips) 2, 5.									
Spine(C-Spine)	C-Spine Routine	Sagittal T1/T2, A	T2 SCOUT 촬영	Fast Spin Echo: FSE (GE) / TSE (Siemens) / TSE (Philips) 2.- Diffusion Tensor: DTI 또는 FiberTrak (GE) / DTI Tractography (Siemens) / FiberTrak (Philips) 2.									
Spine(L-Spine)	L-Spine Routine	Sagittal T1/T2, A	C-T-L Scout를 총	3D TSE/FSE: CUBE (GE) / SPACE (Siemens) / VISTA (Philips) 2.- Fat/Water 분리: IDEAL (GE) / Dixon TSE (Siemens) / mDixon (Philips) 2.									
	MSK(Extremity)	Extremity / Joint(	T2 DIXON COR,	모든 Extremity 검 지방 억제(Fat Sat): Fat Sat 또는 ASPIR (GE) / Fat Sat 또는 SPAIR (Siemens) / SPIR 또는 SPAIR (Philips) 2.- 움직임 보정: PROPELLER (GE) / BLADE (Siemens) / MultiVane (Philips) 2.									