1. ПРЕДМЕТ | SCOPE

LabCore (лабораторија на Versa) на 12.11.2026 пријави OOS за три серии цвет од канабис. Серијата е утврдена од бројот на лот на Versa (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates). | *On 12.11.2026 LabCore (Versa's laboratory) reported OOS results for three cannabis flower lots. Each batch is identified from the Versa lot number (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates).*

2. ПРИЈАВЕНИ РЕЗУЛТАТИ | REPORTED RESULTS

Лот Versa | Versa lot	**Производ** | Product	**Наша серија** | Our batch	**Наш CoQ** | Our CoQ	**Параметар** | Parameter	**Резултат LabCore** | LabCore result	**Граница** | Limit
26-HD-035	CAYN HD 20/1	P050182 HPA052501 (T2)	CoQ-PP_26-121	E. coli	Најдена во 1 g | *Detected in 1 g*	Отсутна во 1 g | *Absent in 1 g*
26-OGB-022	STEADY OGB 24/1	P050222 CJ062501/1 (T2)	CoQ-PP_26-110	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g
26-OGB-049	STEADY OGB 18/1	P050212 CJ062501-2 (T1)	CoQ-PP_26-089	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g

3. НАШИ РЕЗУЛТАТИ — МИКРОБИОЛОГИЈА ПО СЕРИЈА | OUR RESULTS — MICROBIOLOGY BY BATCH

Извори: регистар, Google Drive и RAGflow eCOA_INGEST (пребарано по одгледувачка серија и P-број, 12.11.2026); нема други микробиолошки сертификати за овие серии. | *Sources: register, Google Drive and RAGflow eCOA_INGEST (searched by cultivation batch and P number, 12.11.2026); no other microbiology certificates exist for these batches.*

Серија / сертификат | Batch / certificate	**Датум** | Date	**TAMC, CFU/g**	**TYMC, CFU/g**	**BTGN /g**	**E. coli /1 g**	**Salmonella /25 g**
Критериум | *Criterion*	QCSP 001	≤ 10^5 (max 500 000)	≤ 10^4 (max 50 000)	≤ 10^4	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050182 — IPH 948/1686/25	17.09.2025	2.7 × 10^4	2.6 × 10^4	< 10	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050182 — LabCore	12.11.2026	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*	Најдена во 1 g | *Detected in 1 g (OOS)*	не е пријавено | *not reported*
P050222 — IPH 1217/2168/25	01.12.2025	< 10	20	< 10	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050222 — IPH 535/1066/26	31.08.2026	4.2 × 10^3	< 10	> 10^3, < 10^4	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050222 — LabCore	12.11.2026	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*	> 10 000 MPN/g (OOS)	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*
P050212 — IPH 1032/1851/25	17.10.2025	2.2 × 10^4	4.9 × 10^4	> 10^3, < 10^4	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050212 — IPH 534/1065/26	31.08.2026	6.2 × 10^3	2.3 × 10^2	> 10^3, < 10^4	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*
P050212 — LabCore	12.11.2026	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*	> 10 000 MPN/g (OOS)	не е пријавено | *not reported*	не е пријавено | *not reported*

LabCore во е-поштата од 12.11.2026 го пријави само параметарот надвор од спецификација. | *LabCore's e-mail of 12.11.2026 reports only the out-of-specification parameter.*

Слика 1: должина на лентата = log10(резултат) ÷ log10(граница); целата ќелија е максимално прифатливиот број. Зелено ≤ 75 %, жолто 75–100 %, црвено над границата / детектирано. | *Figure 1: bar length = log10(result) ÷ log10(limit); the full cell is the maximum acceptable count. Green ≤ 75 %, amber 75–100 %, red above the limit / detected.*

Certificate / date	TAMC, CFU/g 10^5, max 500 000	TYMC, CFU/g 10^4, max 50 000	BTGN /g limit ≤ 10^4	*E. coli* absent /1 g	*Salmonella* absent /25 g
P050182 · HPA052501 · 26-HD-035	Microbiology OOS — E. coli detected (LabCore)				
948/1686/25 17.09.2025	2.7×10^4	2.6×10^4	< 10	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	—	Detected	—
P050222 · CJ062501/1 · 26-OGB-022	Microbiology OOS — BTGN > 10^4 (LabCore)				
1217/2168/25 01.12.2025	< 10	20	< 10	Absent	Absent
535/1066/26 31.08.2026	4.2×10^3	< 10	10^3–10^4	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	> 10^4 MPN	—	—
P050212 · CJ062501/2 · 26-OGB-049	Microbiology OOS — BTGN > 10^4 (LabCore)				
1032/1851/25 17.10.2025	2.2×10^4	4.9×10^4	10^3–10^4	Absent	Absent
534/1065/26 31.08.2026	6.2×10^3	2.3×10^2	10^3–10^4	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	> 10^4 MPN	—	—

Bars: length = $\log_{10}$(result) ÷ $\log_{10}$(limit); the full cell width is the maximum acceptable count (QCSP 001 / Ph. Eur. 5.1.8 cat. C: TAMC 500 000, TYMC 50 000, BTGN 10^4). "< 10" is drawn at 10; a range "10^3–10^4" at its upper bound. ≤ 75 % of the limit (log) 75–100 % — near the limit above the limit / detected. Pink rows: LabCore (Versa) results. *P. aeruginosa* and *S. aureus* not tested.

P. aeruginosa и S. aureus не се тестирани. | *P. aeruginosa and S. aureus were not tested.*