

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : DRAFT

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање | OQ Execution Record — Temperature Mapping

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.	Возило / пакување Vehicle / packaging
Сезона Season		Опсег Range	Датум на извршување Execution date

2 Логери и позиции | Loggers and positions

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево Top front left				
P2	Горе напред десно Top front right				
P3	Горе назад лево Top rear left				
P4	Горе назад десно Top rear right				
P5	Долу напред лево Bottom front left				
P6	Долу напред десно Bottom front right				
P7	Долу назад лево Bottom rear left				
P8	Долу назад десно Bottom rear right				
P9	Геометриски центар Geometric centre				
P10	Кај вратата At the door				
P11	Излез на климатизацијата Climate-control outlet				
P12	Амбиент (надвор) Ambient (outside)				

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
 OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
 Code of document:
 QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

3 Резултати по тест | Results per test

Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Мин. (°C) / позиција Min. (°C) / position	Макс. (°C) / позиција Max. (°C) / position	МКТ (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
ОQ-1 Празно — стабилизација Empty — stabilisation								
ОQ-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration								
ОQ-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min								
ОQ-4 Прекин на напојување Power interruption								
ОQ-5 Летно мапирање Summer mapping								
ОQ-6 Зимско мапирање Winter mapping								
Време до опсег по вклучување (мин) Time to range after start (min)			Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)			Време на задржување (мин) Hold time (min)		
Жешка точка Hot spot			Студена точка Cold spot			Позиција за рутинскиот логер Position for the routine logger		

Необработените податоци (извоз од секој логер, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (export from each logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

4 Отстапувања | Deviations

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated

5 Потписи по тест | Sign-off per test

Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1				
OQ-2				
OQ-3				
OQ-4				
OQ-5				
OQ-6				



Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ | *All criteria met — proceed to PQ*



Не се исполнети — отстапување | *Not met — deviation*

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>			