



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ — МЕРЕЊА ПРЕД СУШЕЊЕ, LOD-01

DEVIATION REPORT — PRE-DRYING WEIGHINGS, LOD-01

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-DEV-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ | DEVIATION REPORT | Loss on Drying — Tranches 1 and 2

Извештај за отстапување — мерења пред сушење на прецизна вага

Deviation report — pre-drying weighings on a precision balance

Мерење на почетната маса | Weighing of the initial mass

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА | IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE

Верзија | Version: IN REVIEW • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Отстапување бр. Deviation No.	PP-QC-SP-002/26-DEV-01 • регистар register PP-QA-SOP-003: _____
Запис Record	PP-QC-SP-002/26-LOD-01 • Прилог 1 Attachment 1
Метод Method	a02.2 • Ph. Eur. 2.2.32 (3028) • VO29 • Shimadzu AUW220D
Опфат Scope	46 серии, Транша 1 и 2, по една тест порција 46 batches, Tranches 1 and 2, one test portion each
Откриено Found	06.10.2026, за време на сушењето, пред мерењето по 24 h during drying, before the 24-h weighing
Откриено од / час Found by / time	_____ / _____

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (Раководител КК QC Head)	B. Nikolov, M.Pharm.		
Проверил Checked (QA)	J. Romevska		
Одобрил Approved (Раководител на КК оддел QC Department Manager)	B. Nikolov, M.Pharm.		

Контролиран документ | Controlled document



A. ОПИС | Description

Мерењата пред сушење за сите 46 порции на PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — празниот сад m_B и тест порцијата од 1,000 g сецкана, измешана дрога (G1, или m_0 отчитано по тарирање на садот) — се направени на прецизна вага со $d = 0,001$ g (ID _____), со три децимали, наместо на аналитичката вага Shimadzu AUW220D ($d = 0,01$ mg) што ја пропишува методот a02.2 (QCWI 016). Отстапувањето е откриено на 06.10.2026, за време на сушењето, пред мерењето по 24 h и пред секоја пресметка на резултат. | The pre-drying weighings of all 46 portions of PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — the empty bottle m_B and the 1.000 g test portion of cut, blended drug (G1, or m_0 read after taring the bottle) — were made on a precision balance with $d = 0.001$ g (ID _____), to three decimals, instead of the Shimadzu AUW220D analytical balance ($d = 0.01$ mg) that method a02.2 requires (QCWI 016). The deviation was found on 06.10.2026, during drying, before the 24-h weighing and before any result was calculated.

B. ВЕДНАШНО ДЕЈСТВО | Immediate Action

- G2 и секое следно мерење се мерат на истата прецизна вага. Така сите величини во резултатот (m_B , G1 или m_0 , G2) се од една вага и разликата меѓу двете ваги не влегува во резултатот. | G2 and every further weighing are made on the same precision balance. Every quantity in the result (m_B , G1 or m_0 , G2) then comes from one balance, so the offset between the two balances never enters the result.
- Веднаш потоа истиот сад се мери и на AUW220D, само за константната маса ($\Delta \leq 0,5$ mg), затоа што вага со $d = 1$ mg не може да покаже разлика од 0,5 mg. | Straight after, the same bottle is weighed on the AUW220D, for constant mass only ($\Delta \leq 0.5$ mg), since a balance with $d = 1$ mg cannot show a 0.5 mg difference.
- Садовите се мерат затворени, по ист редослед, со запишан час; контролен тег се мери на двете ваги пред првото мерење. Сè се запишува во Прилог 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01. | The bottles are weighed stoppered, in the same order, with the time written; a check weight is weighed on both balances before the first weighing. Everything is recorded on Attachment 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01.
- Остатоците од примероците се чуваат затворени и означени до затворање на ова отстапување. | The sample remainders are kept closed and labelled until this deviation is closed.
- Ова отстапување и правилото за одлука (дел D) се запишани пред пресметката на резултатите; делот F на PP-QC-SP-002/26-LOD-01 упатува на PP-QC-SP-002/26-DEV-01. | This deviation and the decision rule (section D) are recorded before any result is calculated; section F of PP-QC-SP-002/26-LOD-01 refers to PP-QC-SP-002/26-DEV-01.

C. ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО | Impact Assessment

- Губитокот $L = G1 - G2$ е околу 50–125 mg на $m_0 \approx 1,000$ g. Со сите мерења на иста вага, отстапувањето на вагата се поништува; остануваат читливоста $d = 1$ mg ($u = d \div \sqrt{12}$ по читање) и повторливоста s на вагата. | The loss $L = G1 - G2$ is about 50–125 mg on $m_0 \approx 1.000$ g. With every weighing on one balance its offset cancels; what remains is the readability $d = 1$ mg ($u = d \div \sqrt{12}$ per reading) and the balance repeatability s .
- Проширена неизвесност на резултатот ($k = 2$): $U = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{(s^2 + d^2 \div 12)} \div m_0 \times 100$ (% w/w, апсолутно). | Expanded uncertainty of the result ($k = 2$): $U = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{(s^2 + d^2 \div 12)} \div m_0 \times 100$ (% w/w, absolute).
- Тест порцијата од 1,000 g е измерена на 1 mg: m_0 е под влијание само околу 0,1 % релативно — занемарливо и веќе опфатено со U; Ph. Eur. дозволува вистинската маса да отстапува до 10 % од наведените 1,000 g. | The 1.000 g test portion was weighed to 1 mg: m_0 is affected by only about 0.1 % relative — negligible and already within U; Ph. Eur. allows the actual quantity to differ by up to 10 % from the 1.000 g stated.
- Мерењето не го исполнува методот (вага). Според правилото за минимална маса (USP <41> / Ph. Eur. 2.1.7: $2 \cdot s \div m \leq 0,10$ %, s не помало од $0,41 \cdot d$), вага со $d = 1$ mg има минимална маса од најмалку 0,82 g, а 2 g за $s = 1$ mg: порцијата од 1,000 g е на или под неа. | The weighing does not meet the method (balance). Under the minimum-weight rule (USP <41> / Ph. Eur. 2.1.7: $2 \cdot s \div m \leq 0.10$ %, s not less than $0.41 \cdot d$), a balance with $d = 1$ mg has a minimum weight of at least 0.82 g, and 2 g for $s = 1$ mg: the 1.000 g portion is at or below it.
- Влијание врз производот: нема. Влијанието е само врз неизвесноста на резултатот; резултатите далеку под 12,0 % одговараат и со таа неизвесност. | Impact on the product: none. The impact is on the uncertainty of the result only; results well below 12.0 % conform even with that uncertainty.

Повторливост s Repeatability s	$\sqrt{(s^2 + d^2 \div 12)}$ mg	U ($k = 2$) mg	U % w/w ($m_0 = 1,000$ g)
0,5 mg	0,58	1,63	0,16



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ — МЕРЕЊА ПРЕД СУШЕЊЕ, LOD-01

DEVIATION REPORT — PRE-DRYING WEIGHINGS, LOD-01

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-DEV-01

Верзија | Ver: **IN
REVIEW**

1,0 mg (претпоставено assumed)	1,04	2,94	0,29 → 0,3
од сертификатот from the certificate: _____	_____	_____	_____

Правилото во делот D користи $U = 0,3\%$ ($s = 1\text{ mg}$). Ако сертификатот за калибрација на прецизната вага дава $s > 1\text{ mg}$, U се пресметува повторно и опсезите се прошируваат пред да се пресмета кој било резултат. | The rule in section D uses $U = 0.3\%$ ($s = 1\text{ mg}$). If the precision balance's calibration certificate gives $s > 1\text{ mg}$, U is recomputed and the bands widened before any result is calculated.

D. ПРАВИЛО ЗА ОДЛУКА (утврдено пред резултатите) | Decision Rule (fixed before the results)

ГПС % (прецизна вага) LoD % (precision balance)	Одлука Decision
$\leq 11,7$	Одговара ($\leq 12,0\%$ и со $U = 0,3\%$). Conforms ($\leq 12.0\%$ even with $U = 0.3\%$).
11,8 - 12,3	Без одлука: повторување во целост по а02.2 на AUW220D од остатокот на примерокот (m_B, G1 и G2 на AUW220D); се известува повторениот резултат, двата остануваат во записот. No decision: full repeat per a02.2 on the AUW220D from the sample remainder (m_B, G1 and G2 on the AUW220D); the repeat is reported, both stay in the record.
$> 12,3$	OOS по QCSOP 014: грешката на вагата не може да ја објасни разликата. OOS per QCSOP 014: the balance error cannot explain the difference.

Правилото важи непроменето за сите 46 серии. | The rule applies unchanged to all 46 batches.

E. ПРИЧИНА | Root Cause

Утврдува QA Determined by QA

F. КОРЕКТИВНИ И ПРЕВЕНТИВНИ ДЕЈСТВА (предлог) | Corrective and Preventive Actions (proposed)

Дејство Action	Одговорен Responsible	Рок Due	Иниц. Init.
☐ Работна картичка за а02.2 на работното место што ја именува AUW220D Bench card for a02.2 naming the AUW220D			
☐ Ознака на прецизната вага: не за аналитичко мерење Label on the precision balance: not for analytical weighing			
☐ Обука за а02.2 и QCWI 016 Training on a02.2 and QCWI 016			
☐ Друго Other: _____			

G. КЛАСИФИКАЦИЈА И ЗАТВОРАЊЕ | Classification and Closure

Класификација (QA) Classification (QA)	☐ мало minor ☐ големо major ☐ критично critical
Резултати по правилото во делот D Results under the rule in section D	одговара conform: ____ повторени repeated: ____ OOS: ____
Затворено — датум Closed — date	_____



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ — МЕРЕЊА ПРЕД СУШЕЊЕ, LOD-01

DEVIATION REPORT — PRE-DRYING WEIGHINGS, LOD-01

Документ бр. |
Code of document:

PP-QC-SP-
002/26-DEV-01

Верзија | Ver: **IN**
REVIEW

Н. ПОТПИСИ | Sign-offs

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Пријавил (КК аналитичар) Reported (QC Analyst)	_____		
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	J. Romevska		
Одобрил (Раководител КК) Approved (QC Manager)	B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел QC Department Manager)		