1. ПРЕДМЕТ | SCOPE

LabCore (лабораторија на Versa) на 12.11.2026 пријави OOS за три серии цвет од канабис; извештајот од лабораториската OOS истрага е најавен за 13.11.2026. Серијата е утврдена од бројот на лот на Versa (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates). | *On 12.11.2026 LabCore (Versa's laboratory) reported OOS results for three cannabis flower lots; its laboratory OOS investigation report is due 13.11.2026. Each batch is identified from the Versa lot number (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates).*

2. ПРИЈАВЕНИ РЕЗУЛТАТИ | REPORTED RESULTS

Лот Versa | Versa lot	**Производ** | Product	**Наша серија** | Our batch	**Наш CoQ** | Our CoQ	**Параметар** | Parameter	**Резултат LabCore** | LabCore result	**Граница** | Limit
26-HD-035	CAYN HD 20/1	P050182 HPA052501 (T2)	CoQ-PP_26-121	E. coli	Најдена во 1 g | *Detected in 1 g*	Отсутна во 1 g | *Absent in 1 g*
26-OGB-022	STEADY OGB 24/1	P050222 CJ062501/1 (T2)	CoQ-PP_26-110	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g
26-OGB-049	STEADY OGB 18/1	P050212 CJ062501-2 (T1)	CoQ-PP_26-089	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g

3. НАШИ РЕЗУЛТАТИ — МИКРОБИОЛОГИЈА ПО СЕРИЈА | OUR RESULTS — MICROBIOLOGY BY BATCH

Извори: регистар, Google Drive и RAGflow eCOA_INGEST (пребарано по одгледувачка серија и P-број, 12.11.2026); нема други микробиолошки сертификати за овие серии. | *Sources: register, Google Drive and RAGflow eCOA_INGEST (searched by cultivation batch and P number, 12.11.2026); no other microbiology certificates exist for these batches.*

3.1 P050182 — HPA052501 — 26-HD-035

Тест | Test	**IPH 948/1686/25 (17.09.2025)**	**LabCore (12.11.2026)**
TAMC, CFU/g	2.7×10^4	—
TYMC, CFU/g	2.6×10^4	—
BTGN /g	< 10	—
E. coli /1 g	Отсутна | *Absent*	Најдена | *Detected (OOS)*
Salmonella /25 g	Отсутна | *Absent*	—

3.2 P050222 — CJ062501/1 — 26-OGB-022

Тест | Test	**IPH 1217/2168/25 (01.12.2025)**	**IPH 535/1066/26 (31.08.2026)**	**LabCore (12.11.2026)**
TAMC, CFU/g	< 10	4.2×10^3	—
TYMC, CFU/g	20	< 10	—
BTGN /g	< 10	> 10^3, < 10^4	> 10 000 MPN/g (OOS)
E. coli /1 g	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*	—
Salmonella /25 g	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*	—

3.3 P050212 — CJ062501/2 — 26-OGB-049

Тест | Test	**IPH 1032/1851/25 (17.10.2025)**	**IPH 534/1065/26 (31.08.2026)**	**LabCore (12.11.2026)**
TAMC, CFU/g	2.2×10^4	6.2×10^3	—
TYMC, CFU/g	4.9×10^4	2.3×10^2	—
BTGN /g	$> 10^3$, $< 10^4$	$> 10^3$, $< 10^4$	> 10 000 MPN/g (OOS)
E. coli /1 g	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*	—
Salmonella /25 g	Отсутна | *Absent*	Отсутна | *Absent*	—

P. aeruginosa и S. aureus не се тестирани. | *P. aeruginosa and S. aureus were not tested.*

4. ОСТАНАТИ ПАРАМЕТРИ | OTHER PARAMETERS

Серија | Batch	**Микотоксини** | Mycotoxins	**Тешки метали Pb/Cd/Hg/As, mg/kg** | Heavy metals Pb/Cd/Hg/As, mg/kg	**Пестициди** | Pesticides	**THC**
P050182	IPH 4352/2025 вкупно | *total < 2; Farmahem 220-15-M/26 ND*	0.034 / ND / ND / ND	ND (29)	19.69 % (220-15-К/26)
P050222	IPH 4907/2025 < 2; Farmahem 220-3-M/26 ND	0.037 / 0.002 / 0.027 / 0.017	ND	24.80 % (220-3-К/26)
P050212	IPH 4908/2025 < 2; Farmahem 197-4-M/26 ND	0.026 / 0.002 / 0.011 / 0.012	ND	18.91 % (197-4-К/26)

5. ОЦЕНКА | ASSESSMENT

- P050182: единствениот наш микробиолошки резултат (09.2025) е E. coli отсутна; серијата нема микробиолошки тест 14 месеци. | *P050182: our only microbiology result (09.2025) is E. coli absent; the batch has had no microbiology test for 14 months.*
- P050212: BTGN меѓу 10^3 и 10^4 на двата теста (10.2025, 08.2026) — гранично, во склад со резултат над 10^4 кај примачот. | *P050212: BTGN between 10^3 and 10^4 at both tests (10.2025, 08.2026) — borderline, consistent with a result above 10^4 at the receiving party.*
- P050222: BTGN од < 10 (12.2025) до 10^3–10^4 (08.2026) — растечки тренд. | *P050222: BTGN from < 10 (12.2025) to 10^3–10^4 (08.2026) — rising trend.*
- LabCore известува во MPN/g, IPH како опсег; резултатите не се директно споредливи. | *LabCore reports MPN/g, IPH a range; the results are not directly comparable.*

6. ПОТРЕБНИ АКТИВНОСТИ | ACTIONS

- Да се побара од LabCore: CoA, метод, медиуми, контроли и запис за ракување со примерокот (со извештајот од 13.11.2026). | *Request from LabCore: CoA, method, media, controls and sample-handling record (with the 13.11.2026 report).*
- Ретест на задржаните примероци од трите серии кај IPH (E. coli, BTGN, TAMC, TYMC, Salmonella). | *Retest the retained samples of all three batches at IPH (E. coli, BTGN, TAMC, TYMC, Salmonella).*
- OOx заведени во QCSOP 019-A02 (×3) и A03; P050182 HIGH (20 дена), P050222 и P050212 MEDIUM (30 дена). | *OOx recorded on QCSOP 019-A02 (×3) and A03; P050182 HIGH (20 days), P050222 and P050212 MEDIUM (30 days).*