1. ПРЕДМЕТ | SCOPE

LabCore (лабораторија на Versa) на 12.11.2026 пријави OOS за три серии цвет од канабис; извештајот од лабораториската OOS истрага е најавен за 13.11.2026. Серијата е утврдена од бројот на лот на Versa (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates). | *On 12.11.2026 LabCore (Versa's laboratory) reported OOS results for three cannabis flower lots; its laboratory OOS investigation report is due 13.11.2026. Each batch is identified from the Versa lot number (VERSA_UVOZ-IZVOZ_KONOPLJA3.xlsx, Bags & Exp. Dates).*

2. ПРИЈАВЕНИ РЕЗУЛТАТИ | REPORTED RESULTS

Лот Versa | Versa lot	Производ | Product	Наша серија | Our batch	Наш CoQ | Our CoQ	Параметар | Parameter	Резултат LabCore | LabCore result	Граница | Limit
26-HD-035	CAYN HD 20/1	P050182 HPA052501 (T2)	CoQ-PP_26-121	E. coli	Најдена во 1 g | *Detected in 1 g*	Отсутна во 1 g | *Absent in 1 g*
26-OGB-022	STEADY OGB 24/1	P050222 CJ062501/1 (T2)	CoQ-PP_26-110	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g
26-OGB-049	STEADY OGB 18/1	P050212 CJ062501-2 (T1)	CoQ-PP_26-089	BTGN	> 10 000 MPN/g	≤ 10^4 /g

3. НАШИ РЕЗУЛТАТИ — МИКРОБИОЛОГИЈА ПО СЕРИЈА | OUR RESULTS — MICROBIOLOGY BY BATCH

Извори: регистар, Google Drive и RAGflow eCOA_INGEST (пребарано по одгледувачка серија и P-број, 12.11.2026); нема други микробиолошки сертификати за овие серии. | *Sources: register, Google Drive and RAGflow eCOA_INGEST (searched by cultivation batch and P number, 12.11.2026); no other microbiology certificates exist for these batches.*

Слика 1: должина на лентата = log10(резултат) ÷ log10(граница); целата ќелија е максимално прифатливиот број. Зелено ≤ 75 %, жолто 75–100 %, црвено над границата / детектирано. | *Figure 1: bar length = log10(result) ÷ log10(limit); the full cell is the maximum acceptable count. Green ≤ 75 %, amber 75–100 %, red above the limit / detected.*

Certificate / date	TAMC, CFU/g 10^5, max 500 000	TYMC, CFU/g 10^4, max 50 000	BTGN /g limit ≤ 10^4	*E. coli* absent /1 g	*Salmonella* absent /25 g
P050182 · HPA052501 · 26-HD-035	Microbiology OOS — E. coli detected (LabCore)				
948/1686/25 17.09.2025	2.7×10^4	2.6×10^4	< 10	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	—	Detected	—
P050222 · CJ062501/1 · 26-OGB-022	Microbiology OOS — BTGN > 10^4 (LabCore)				
1217/2168/25 01.12.2025	< 10	20	< 10	Absent	Absent
535/1066/26 31.08.2026	4.2×10^3	< 10	10^3–10^4	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	> 10^4 MPN	—	—
P050212 · CJ062501/2 · 26-OGB-049	Microbiology OOS — BTGN > 10^4 (LabCore)				
1032/1851/25 17.10.2025	2.2×10^4	4.9×10^4	10^3–10^4	Absent	Absent
534/1065/26 31.08.2026	6.2×10^3	2.3×10^4	10^3–10^4	Absent	Absent
LabCore 12.11.2026	—	—	> 10^4 MPN	—	—

Bars: length = $\log_{10}$(result) ÷ $\log_{10}$(limit); the full cell width is the maximum acceptable count (QCSP 001 / Ph. Eur. 5.1.8 cat. C: TAMC 500 000, TYMC 50 000, BTGN 10^4). "< 10" is drawn at 10; a range "10^3–10^4" at its upper bound. ≤ 75 % of the limit (log) 75–100 % — near the limit above the limit / detected. Pink rows: LabCore (Versa) results. *P. aeruginosa* and *S. aureus* not tested.

P. aeruginosa и S. aureus не се тестирани. | *P. aeruginosa and S. aureus were not tested.*

4. ОСТАНАТИ ПАРАМЕТРИ | OTHER PARAMETERS

Серија	Batch	**Микотоксини**	Mycotoxins	**Тешки метали Pb/Cd/Hg/As, mg/kg**	Heavy metals Pb/Cd/Hg/As, mg/kg	**Пестициди**	Pesticides	**THC**
P050182	IPH 4352/2025 вкупно	*total < 2; Farmahem 220-15-M/26 ND*	0.034 / ND / ND / ND	ND (29)	19.69 % (220-15-K/26)
P050222	IPH 4907/2025 < 2; Farmahem 220-3-M/26 ND	0.037 / 0.002 / 0.027 / 0.017	ND	24.80 % (220-3-K/26)
P050212	IPH 4908/2025 < 2; Farmahem 197-4-M/26 ND	0.026 / 0.002 / 0.011 / 0.012	ND	18.91 % (197-4-K/26)

5. ОЦЕНКА | ASSESSMENT

- P050182: единствениот наш микробиолошки резултат (09.2025) е E. coli отсутна; серијата нема микробиолошки тест 14 месеци. | *P050182: our only microbiology result (09.2025) is E. coli absent; the batch has had no microbiology test for 14 months.*
- P050212: BTGN меѓу 10^3 и 10^4 на двата теста (10.2025, 08.2026) — гранично, во склад со резултат над 10^4 кај примачот. | *P050212: BTGN between 10^3 and 10^4 at both tests (10.2025, 08.2026) — borderline, consistent with a result above 10^4 at the receiving party.*
- P050222: BTGN од < 10 (12.2025) до 10^3–10^4 (08.2026) — растечки тренд. | *P050222: BTGN from < 10 (12.2025) to 10^3–10^4 (08.2026) — rising trend.*
- LabCore известува во MPN/g, IPH како опсег; резултатите не се директно споредливи. | *LabCore reports MPN/g, IPH a range; the results are not directly comparable.*

6. ПОТРЕБНИ АКТИВНОСТИ | ACTIONS

- Да се побара од LabCore: CoA, метод, медиуми, контроли и запис за ракување со примерокот (со извештајот од 13.11.2026). | *Request from LabCore: CoA, method, media, controls and sample-handling record (with the 13.11.2026 report).*
- Ретест на задржаните примероци од трите серии кај IPH (E. coli, BTGN, TAMC, TYMC, Salmonella). | *Retest the retained samples of all three batches at IPH (E. coli, BTGN, TAMC, TYMC, Salmonella).*
- OOx заведени во QCSOP 019-A02 (×3) и A03; P050182 HIGH (20 дена), P050222 и P050212 MEDIUM (30 дена). | *OOx recorded on QCSOP 019-A02 (×3) and A03; P050182 HIGH (20 days), P050222 and P050212 MEDIUM (30 days).*