### Οικιακός Αυτόνομος Διαχειριστής Φαρμάκων

# **Domestic Automated Prescription Drug Management System**

Ομάδα 4° Γενικού Λυκείου Πετρούπολης

Χρήστος Μαδαμόπουλος, μαθητής Α' Λυκείου

Κωνσταντίνος Καραγιώργος, μαθητής Α' Λυκείου

Ιωάννα Μαρμάνη, μαθήτρια Β' Λυκείου

Βασίλης Παπαντωνίου, Φυσικός, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός

### Κίνητρο

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδος αποτελείται από ηλικιωμένους ανθρώπους. Σε αυτούς παρέχεται κάποια φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη και την καταπολέμηση διαφόρων προβλημάτων υγείας που φανερώνονται συνήθως σε αυτές τις ηλικίες. Ωστόσο, πολλές φορές, πολλοί ηλικιωμένοι είτε ξεχνούν να πάρουν τα φάρμακα τους, ή ξεχνώντας ότι ήδη έχουν πάρει την αγωγή τους ξαναπαίρνουν τα φάρμακα, γεγονός που οδηγεί στην επιδείνωση των προβλημάτων τους και γενικά της υγείας τους. Σε άρθρο του, ο Austin Frakt ("People Don't Take Their Pills. Only One Thing Seems to Help," New York Times, Dec. 11, 2017), αναφέρει ότι 60% των ασθενών ξεχνούν να λάβουν την φαρμακευτική αγωγή τους.

Για την αποφυγή αυτών των σφαλμάτων, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, που πάντα να θυμίζει στον ηλικιωμένο να παίρνει τα φάρμακα του και επιπλέον, να επιβεβαιώνει για την ορθή λήψη των φαρμάκων. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω απόστασης. Έτσι ένα ρομποτικό σύστημα, που θυμίζει και ρυθμίζει τις σωστές δόσεις φαρμάκων, κατά την διάρκεια της ημέρας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα μηνύματα ειδοποίησης είναι αυτό που μπορεί να δώσει την λύση.

#### Σκοπός του προτεινόμενου έργου και Κοινωνικό Αντίκτυπο

Η χρήση ανοιχτών τεχνολογιών θα μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε το ρομποτικό σύστημα και θα μπορεί να οδηγήσει σε μία χαμηλού κόστους κατασκευή και ελευθερία κατασκευής. Αυτό

το ρομποτικό οικιακό αυτόματο σύστημα διαχείρισης φαρμάκων θα ελευθερώνει την σωστή δοσολογία, θα θυμίζει στον ηλικιωμένο να λάβει την δόση του, θα ενημερώνει κάποιον οικείο του και θα κρατάει ημερολόγιο. Η κατάλληλη δοσολογία θα προγραμματίζεται από τον χρήστη, ένα οικίο του πρόσωπο, τον φαρμακοπιό ή τον ιατρό του ηλικιωμένου μέσα από ένα απλό γραφικό περιβάλλον χρήστη (graphical user interface-GUI). Αν αλλάξει η αγωγή του ασθενούς-χρήστη, το ρομποτικό σύστημα θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί με την νέα αγωγή, μέσω του GUI. Επιπλέον το προιόν θα θυμίζει στον αγοραστή να αγοράζει τα φάρμακα που πρέπει όταν αυτά τελειώνουν. Όλες οι υπενθυμίσεις θα γίνονται μέσω φωνητικών μηνυμάτων και δεν θα αποσύρονται από την μνήμη μέχρι την επιβεβαίωση της αγοράς. Μία άλλη λειτουργία του αυτόματου διαχειριστή φαρμάκων είναι ότι θα μπορεί να στείλει μήνυμα σε ένα οικείο πρόσωπο του ηλικιωμένου εάν το ζητήσει ο ίδιος, ή αν ακόμη ο ηλικιωμένος του δεν έχει πάρει για κάποιο λόγο τα φάρμακα του.


#### Αναλυτική Περιγραφή της Ιδέας

Για την επεξεργασία σημάτων και αποστολή εντολών στα μοτέρ και ενεργοποιητές θα χρησιμοποιηθεί ένα Raspberry pi 3 Type B, το οποίο επιλέχθηκε εξαιτίας της ικανότητας του να παράγει και να επεξεργάζεται ηχητικά και γραπτά δεδομένα.


Το προτεινόμενο σχέδιο της συσκευής φαίνεται στο Σχήμα 1. Η συσκευή θα έχει διαστάσεις περίπου 40 cm × 30 cm × 25 cm (Υψος × Πλάτος × Βάθος). Θα υπάρχει οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη της συσκευής. Τα ηχεία θα βρίσκονται δίπλα ή κάτω απο την οθόνη. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα βρίσκεται στο πίσω μέρος εσωτερικά της συσκευής. Στο πίσω μέρος της συσκευής θα βρίσκονται και η είσοδος υποδοχής του καλωδίον φόρτισης της μπαταρίας. Στό πίσω μέρος θα βρίσκεται και η θύρα επικοινωνίας με το Raspberry pi 3 Type B.

Στο εσωτερικό της συσκευής, θα υπάρχει ενας κεντρικός κυκλικός δίσκος πάνω στον οποίο θα είναι ενσωματωμένοι πλαστικοί κύλινδροι (δοχεία), ειδικά σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται τα κατάλληλα φάρμακα-χάπια, ανάλογα με την περίπτωση (Σχήμα 2). Οι κύλινδροι αυτοί δεν θα είναι όλοι ιδίων διαστάσεων, αλλά θα επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος του χαπιού. Στο κάτω μέρος κάθε κυλίνδρου, θα βρίσκεται περιστρεφόμενο δίσκος ο οποίος στα άκρα του θα έχει κατάλληλη υποδοχή και θήκη, που θα χωράει ένα μόνο χαπι που θα έχουν αποθηκευτεί στο δοχείο από πάνω του όπως φαίνεται στο Σχήμα 3(α). Ο κάθε κυκλικός δίσκος θα περιστρέφεται από μοτέρ. Όταν είναι η ώρα να επιλεγούν τα κατάλληλα χάπια, οι δίσκοι θα


περιστρέφονται κατα 180°, και θα οδηγούν τα χάπια πάνω από την είσοδο ενός χωνιού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παραπάνω μέθοδος λήψης του χαπιού από το δοχείο αποθήκευσης έιναι ένας από τους τρόπους που θα μελετηθούν και θα πειραματιστούμε. Εναλλακτικές μέθοδοι με την χρήση κατακόρυφου περιστρεφόμενου δίσκου (Σχήμα 3(β)) ή οριζόντια κινούμενου εμβόλου και ελατηρίου (Σχήμα 3(γ)) θα μελετηθούν επίσης. Η τελική επιλογή θα βασιστεί στα αποτελέσματα των πειραμάτων μας και κυρίως στην επιτυχία της κάθε μεθόδου, την δυνατότητα τοποθέτησης των μοτέρ, ενεργοποιητών στον διαθέσιμο χώρο και στην ελάχιστη κατανάλωση ισχύος, έτσι ώστε να μην αδειάζει γρήγορα η μπαταρία.



Σχήμα 1: Πρόσοψη της προτεινόμενης συσκευής, με την οθόνη και τον χώρο συλλογής των χαπιών.



Σχήμα 2: Η προτεινόμενη συσκευή με τις λεπτομέρειες του εσωτερικού της. (Οι στηρίξεις των μηχανικών μερών και οι συνδεσμολογίες του Raspberry pi με τα μοτέρ, ηχεία, οθόνη κλπ δεν έχουν σχεδιαστεί, για απλούστευση του σχεδίου).



Σχήμα 3: Οι εναλλακτικές μέθοδοι συλλογής του χαπιού από το δοχείο αποθήκευσης. (α) χρήση οριζόντιου περιστρεφόμενου δίσκου, (β) χρήση κατακόρυφου περιστρεφόμενου δίσκου, (γ) χρήση οριζόντια κινούμενου εμβόλου.

Μέσω του χωνιού, τα χάπια θα καταλήγουν σε ένα πλαστικό κύπελλο-ποτήρι. Η συσκευή θα ανακοινώνει στον χρήστη, ότι η αγωγή του είναι έτοιμη. Δίπλα στο κύπελλο θα βρίσκεται ένας οπτικός αισθητήρας, που θα ελέγχει αν υπάρχει ή όχι το ποτήρι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, και έως ότου η συσκευή επιβεβαιώσει την αφαίρεση του ποτηριού, η ανακοίνωση θα επαναλαμβάνεται. Εάν σε χρονικό διάστημα 1 ώρας το ποτήρι δεν έχει μετακινηθεί, θα σημαίνει ότι το χάπι δεν έχει καταναλωθεί από τον χρήστη. Τότε, το σύστημα θα μπορεί να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα ή περισσότερα συγγενικά πρόσωπα για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν με τον ηλικιωμένο αν έχει λάβει την αγωγή του. Αν το κύπελλο δεν μετακινηθεί μετά από αυτή την ειδοποίηση, εντός χρονικού ορίου μίας ώρας, το κύπελο θα αποσύρεται εντός της συσκευής.

Επίσης σκοπεύουμε να προσθέσουμε μία ακομα λειτουργία. Η λειτουργία αυτή θα είναι η ένδειξη στην οθόνη της συσκευής ότι έχει χρησιμοποιηθεί το 80% των χαπιών που αρχικά τοποθετήθηκαν στο δοχείο, έτσι ώστε να ξαναγεμίσει το αντίστοιχο δοχείο. Αν είναι δυνατόν θα συμπεριλάβουμε και αποστολή γραπτού μηνύματος στον ηλικιωμένο, σε συγγενικά πρόσωπα ή στον φαρμακοποιό με την υπενθήμιση αγοράς νέων χαπιών. Η αποστολή κειμένου απαιτεί κατάλληλη σύνδεση της συσκευής στο Ίντερνετ ή στο δίκτυο τηλεφωνίας.

#### Στάδια Σχεδιασμού και Κατασκευής

Τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής του αυτόματου διαχειριστή φαρμάκων είναι:

- 1. Σχεδίαση του αυτόματου διαχειριστή φαρμάκων με χρήση ανοιχτού λογισμικού σχεδίασης.
- 2. Έρευνα υλικών που θα χρειαστούμε. Τα υλικά περιλαμβάνουν μηχανικά εξαρτήματα κίνησης (μοτέρ, ελατήρια, γρανάζια, βίδες κλπ). Στόχος είναι να βρεθούν φτηνά υλικά αλλά ανθεκτικά.
- 3. Σχεδίαση/επιλογή μηχανικών εξαρτημάτων του προϊόντος. Αυτά θα είναι από πλαστικό υλικό που οδηγεί σε σχετικά φτηνή και ελαφριά κατασκευή και θα μπορεί να κατασκευαστεί με τρισδιάστατους εκτυπωτές.
- 4. Κατασκευή πρωτοτύπου του μηχανικού μέρους (εσωτερικό) και επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ενεργοποιητών με χειροκίνητο έλεγχο.
- 5. Κατασκευή εξωτερικού μέρους και έλεγχος σωστής κατασκευής που δεν δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση των κινητών μερών του συστήματος.
- 6. Προγραμματισμός εντολών κίνησης ενεργοποιητών και μοτέρ.
- 7. Προγραμματισμός εντολών αισθητήρα φωτός.
- Πειράματα σωστής λειτουργίας με χάπια (φάρμακα) διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών.
- 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων (trouble shooting), διόρθωση κατασκευαστικών, μηχανολογικών και προγραμματιστικών σφαλμάτων.
- 10. Τελικός έλεγχος αυτομάτισμών και εντολών.
- 11. Ανάπτυξη GUI για τον προγραμματισμό της αγωγής και την επικοινωνία του ρομποτικού συστήματος με τον άνθρωπο.
- 12. Προγραμματισμός και έλεγχος ηχητικών μηνυμάτων.
- 13. Προγραμματισμός αποστολής μηνυμάτων.

## Ενδεικτικός κατάλογος υλικών

Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών θα μελετηθεί. Διάφορα καλώδια, βίδες, κλπ θα χρειαστούν στην κατασκευή. Το κουτί θα κατασκευαστεί από παλαιά χρησιμοποιημένα κουτιά υπολογιστών που δεν λειτουργούν ή από ξύλο. Κατάλογος υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την χρήση τους στην κατασκευή της συσκευής δίνεται στο αρχείο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ.xlxs και ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ.pdf.