Wind ($m\,s^{-1}$)	Sensor minus air at $1000\,W\,m^{-2}$: nominal ($k = 2$ interval) (°C)				
	Baseline closed box (V0)	Painted closed-box control (V0P)	Passive multi-plate shield (V1)	Actively aspirated reference (V2)	Painted box minus shield (V0P − V1)
0.0	22.66 (18.01 to 27.32)	5.30 (1.01 to 9.58)	3.69 (1.97 to 5.41)	1.35 (0.70 to 1.99)	1.61 (−2.09 to 5.31)
0.5	19.42 (15.57 to 23.26)	4.48 (0.86 to 8.10)	3.00 (1.60 to 4.40)	1.35 (0.70 to 1.99)	1.48 (−1.66 to 4.62)
1.0	16.95 (13.58 to 20.33)	3.88 (0.74 to 7.02)	2.50 (1.32 to 3.68)	1.35 (0.70 to 1.99)	1.38 (−1.35 to 4.11)
2.0	13.49 (10.66 to 16.33)	3.06 (0.57 to 5.55)	1.82 (0.93 to 2.71)	1.35 (0.70 to 1.99)	1.24 (−0.91 to 3.39)
5.0	8.32 (6.29 to 10.36)	1.87 (0.33 to 3.41)	0.91 (0.40 to 1.42)	1.35 (0.70 to 1.99)	0.96 (−0.36 to 2.28)