Solar ($W\,m^{-2}$)	Wind ($m\,s^{-1}$)	Reported minus true RH (percentage points)			
		Baseline closed box (V0)	Painted closed-box control (V0P)	Passive multi-plate shield (V1)	Actively aspirated reference (V2)
800	0.0	−30.7	−8.9	−7.7	−3.0
	0.5	−28.0	−7.7	−6.4	−3.0
	1.0	−25.6	−6.7	−5.4	−3.0
	2.0	−21.9	−5.4	−4.0	−3.0
	5.0	−15.1	−3.4	−2.0	−3.0
1000	0.0	−35.0	−12.9	−9.4	−3.7
	0.5	−32.4	−11.2	−7.8	−3.7
	1.0	−30.0	−9.9	−6.6	−3.7
	2.0	−26.1	−8.0	−4.9	−3.7
	5.0	−18.6	−5.1	−2.5	−3.7