

84-48
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 529

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

NCR 7874-5000

56241-14

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 56-51408895

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть

1.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Пер. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % -70

Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

~~первичной~~

(периодической)

поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя организации
или лица, уполномоченного действовать от его имени

Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


подпись

Демин Владимир Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)



118701

1 апреля 2019 г.

8478
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 530

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

NCR 7874-5000

56241-14

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 56-51410181

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть

1.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Пер. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 20

приводит перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

~~первичной~~

(периодической)

поверки признано

не нужно зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


подпись

Демин Владимир Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.



118792

84+8
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 531

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

NCR 7874-5000

56241-14

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 56-51409763

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть

1.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70

Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной

(периодической)

поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подраздела или другого уполномоченного лица


Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


подпись

Демин Владимир Петрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)



118793

1 апреля 2019 г.

747X
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 560

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерения

Штрих М5Ф

30224-05

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 42292

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с

Методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ "Ростест-Москва" являющейся разделом Руководства по эксплуатации.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность, руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


подпись

Демин Владимир Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.



118332