

12170
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 554

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

Штрих М5Ф

30224-05

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **1810591**

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

Методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ "Ростест-Москва" являющейся разделом Руководства по эксплуатации.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ис нужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя поверочной организации или лица, уполномоченного на это

Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Демин Владимир Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 534

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные
наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8404

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **E17129723**

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 и разделом «Поверка» документов «Весы стационарные электронные
Datalogic Magellan»8300/8400.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной

(периодической)

поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность, руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки


подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


подпись

Демин Владимир Леонидович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.



12.140

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 535

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8404

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E17I25592

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 и разделом «Поверка» документов «Весы стационарные электронные Datalogic Magellan»8300/8400.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Per. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Per. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов -первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

подпись

подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Демин Владимир Федорович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.



12170

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

Свидетельство

о поверке

№ Ф-191- 536

Действительно до

31 марта 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8404

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **E17125536**

в составе

Датчики Зав. №

Весоизмерительный прибор Зав. №

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 и разделом «Поверка» документов «Весы стационарные электронные
Datalogic Magellan»8300/8400.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ZDJL.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ZDJL.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 20

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 70 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя метрологической службы или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

подпись

подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Демин Владимир Сергеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

1 апреля 2019 г.