

14982  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-300

Действительно до

2 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы настольные электронные

наименование, тип, модификация средства измерения

Штрих М 5Ф

46085-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 44836

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Ч.1 Метрологические и технические требования."

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C

21

приведен к значению

Относительная влажность, %

59

Атмосферное давление, мм рт.ст.

742,5

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной

(периодической)

поверки признано

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения  
или лица, уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

3 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семькин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118983

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное бюджетное учреждение  
"Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"  
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-299

Действительно до 2 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E18C50135

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц, величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» документа  
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по  
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приведит перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 742,5

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

3 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118982



14952

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное бюджетное учреждение  
"Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"  
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-298

Действительно до 2 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E18C50147

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» документа  
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по  
эксплуатации»

наименование для описания документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приведет перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 742,5

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

неужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

3 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118981

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное бюджетное учреждение  
"Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"  
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-297

Действительно до 2 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E18C50139

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» документа  
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по  
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приведя перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 742,5

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

исполное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения  
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

3 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118980