

12350

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-280

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы настольные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

Штрих М 5Ф

46085-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 01133461

в составе

номер знака предыдущей поверки

проверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых проверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Ч.1 Метрологические и технические требования."

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 736

факторов, нормированных в документе по методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

использование зачеркнуть

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или должностного уполномоченного лица

Поверитель



подпись
подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

118964

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата акредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ M-177-279

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные
наименование, тип, модификация средства измерений.

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E17G43260

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

проверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых проверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Проверка» докumenta
 «Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по
 эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приведет перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 736

факторов, нормированных в документе ис методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
 пригодным к применению.

неужное зачеркнуть

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
 или должностного начальствующего лица

Поверитель

подпись

Васильев Геннадий Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семёкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

118963

12350

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ M-177-278

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

E17F67068

в составе

номер знака предыдущей поверки

проверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых проверено средство измерения

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Проверка» документа
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C 21

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, %

59

Атмосферное давление, мм рт.ст.

736

факторов, нормированных в документе не методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической)

проверки признано

использование зачеркнуто

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или должностного уполномоченного лица

Поверитель

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

118962

12350

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ M-177-277

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные
наименование, тип, модификация средства измерений,

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E17G43250

в составе

номер знака предыдущей поверки

проверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Проверка» дококумента
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 736

факторов, нормированных в документе не методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

неужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или личного членомчленом коллектива

Поверитель

14C
109
расел
подпись
Семыкин
подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семыкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

118961

11850

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата акредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ M-177-276

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные
наименование, тип, модификация средства измерений,

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E17129646

в составе

номер знака предыдущей поверки

проверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» дококумента
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ЗДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ЗДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 736

факторов, нормированных в документе не методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

неужное зачеркнуть

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или личного членомческого лица

Поверитель

189
4G
Басилев
Семёкин
подпись

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семёкин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

11850

Дата поверки

2 апреля 2019 г.