









## 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Габаритные размеры грузоприемного модуля.....	251 x 274 x 76 mm
---	-------------------

Рабочий диапазон температур..... 0...40 °C

Влажность.....85%

Напряжение питания..... переменное 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность.....	10 ВА
----------------------------	-------

Всё электронные Datalogic Magellan 8300/8400

(Номер в Т.осреестре 51585-12)

заводской номер E19C 11249 на основании результата  
первичной поверки признаны годными и допущены к  
применению. Поверены в соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2

Всё поверено с применением эталонов:

Эталон единичной массы 2 разряда в диапазоне значений (1 г–500 г) №3.2, ГЭФ.0003.2  
Эталон единичной массы 4 разряда в диапазоне значений (1 кг–10 кг) №3.2, ГЭФ.0004  
Эталон единичной массы 2 разряда в диапазоне значений (10 мг–10 г) №3.2, ГЭФ.0007.  
Межповерочный интервал 1 год

Дата проверки « 28 » 03 ~~2018~~ 20\_\_ г.

Повторитель \_\_\_\_\_ /Сапарев К.А./

### 3. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОВЕРОК

№ п/п	Дата	Фамилия поверителя	Подпись и печать	Примечания

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и пройти первичную поверку.

Изготовитель гарантирует соответствие весов техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи весов но не более 18 месяцев с даты выпуска).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов весов;
- при нарушении пломб;

Гарантийный и послегарантийный ремонт, производится специализированными центрами по ремонту и обслуживанию, после получения заявки от потребителя на проведение соответствующих работ. Адрес центра гарантийного обслуживания заносится в руководство по эксплуатации при продаже, или вводе весов в эксплуатацию.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ «M-ER 335AC(L)P(U)»

Заводской № 33515343

Соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска: МАЙ 2019



(Подпись, Ф.И.О.)

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ «M-ER 335AC(L)P(U)»

Заводской № 33515343

На основании результатов поверки весы признаны годными и допущены к применению.

Поверитель

(подпись)

« 27.06.2019 » г.

МП

