

14377
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-284

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы настольные электронные

наименование, тип, модификация средства измерения

Штрих М 5Ф

46085-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 44835

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Ч.1 Метрологические и технические требования."

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C

21

приводят к расчету влияющих

Относительная влажность, %

59

Атмосферное давление, мм рт.ст.

740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной

(периодической)

поверки признано

пригодным к применению.

не нужно зачеркнуть

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или иного уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семькин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118967

16777

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-283

Действительно до 1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы настольные электронные

наименование, тип, модификация средства измерения

Штрих М 5Ф

46085-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 45490

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с

ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Ч.1 Метрологические и технические требования."

наименование или описание документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Пер. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Пер. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приводят перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

всужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семькин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

119452

16777

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Адыгея"
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-282

Действительно до 1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений,

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E18C15688

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» документа
«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по
эксплуатации»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рег. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Рег. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура, °C 21

приводит перечень влияющих

Относительная влажность, % 59 Атмосферное давление, мм рт.ст. 736

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения
или лица, уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семькин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

118966

15777
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

"Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Республике Адыгея"

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311388

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ М-177-281

Действительно до

1 апреля 2020 г.

Средство измерений:

Весы стационарные электронные

наименование, тип, модификация средства измерений

Datalogic Magellan 8400

51585-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер E18C28278

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

«Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228- 2008 и разделом Н «Поверка» документа

«Весы стационарные электронные Datalogic Magellan 8300/8400. Руководство по

эксплуатации»

наименование для обозначения документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Per. № 3.1.ZДЛ.0027.2013

регистрационный номер и (или)

Per. № 3.1.ZДЛ.0029.2013

наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура, °C

21

приводит перечень влияющих

Относительная влажность, %

59

Атмосферное давление, мм рт.ст.

736

факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

~~первичной~~ (периодической)

поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Должность руководителя подразделения или лица, уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

2 апреля 2019 г.

Васильцов Геннадий Алексеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Семькин Александр Анатольевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

596811