Файл: synthetic-blurred.png

Бағалау күйі

Сенімді бағалау мүмкін емес


Балл: 0,999

Шешім шегі: 0,745

Техникалық санат: PNEUMONIA

MobileNetV2 / 512 × 512 px / модель ID: ea584b998a45

Түпнұсқа рентген



Grad-CAM: PNEUMONIA



Сары-қызыл түс таңдалған санатқа оң ықпал еткен жуық белсенділікті көрсетеді. Бұл ауру ошағы немесе оның шекарасы емес.

Сурет сапасы: Сурет сапасына назар аударыңыз

Ұсақ деталь аз: сурет бұлыңғыр болуы мүмкін.

Сапа тексеруі - техникалық эвристика; модель баллын өзгертпейді. Кеуденің толық көрінуі расталмайды.

Сурет модель тексерілген деректерден ерекшеленеді (OOD). Рентген суреттерінде де осындай ескерту шығуы мүмкін. Санат бойынша қорытынды берілмейді; төмендегі баллдар тек техникалық нәтиже. Бұл — OOD-қа сүйенетін сақтық ережесі. Оның клиникалық сенімділігі мен қателікті азайтуы бөлек бағаланбаған.

Validation калибрлеуі: T=0,980. Клиникалық ықтималдық ретінде тексерілмеген.

Техникалық санат қалай есептелді?

Модель баллы 0,998882, ал сақталған шек 0,745000. Балл шекке тең немесе одан жоғары (0,998882 >= 0,745000), сондықтан модель PNEUMONIA санатын таңдады. Жіктеу толық дәлдіктегі баллмен жасалады.

Техникалық баллдар — қорытынды емес

CNN: NORMAL / балл: 0,007 / шек: 0,475

MobileNetV2: PNEUMONIA / балл: 0,999 / шек: 0,745

Ensemble: PNEUMONIA / балл: 0,998 / шек: 0,745

Болжамдар әртүрлі. Баллдың жоғары болуы болжамның дұрыстығын дәлелдемейді.

Нәтижені түсіндіру

Санат бойынша қорытынды берілмеді. Модельдер бір санатты таңдаса да, бұл ескерту жойылмайды.

Шектеуі

Grad-CAM соңғы 7 × 7 белгілер картасынан үлкейтіледі. Карта дәл шекара, клиникалық дәлел немесе нақты медициналық белгі атауын бермейді. Балл диагноздың сенімділік пайызы емес.

Файл: synthetic-small-dark-wide.png

Бағалау күйі

Сенімді бағалау мүмкін емес

Балл: 1,000

Шешім шегі: 0,745

Техникалық санат: PNEUMONIA

MobileNetV2 / 100 × 20 px / модель ID: ea584b998a45

Түпнұсқа рентген



Grad-CAM: PNEUMONIA



Сары-қызыл түс таңдалған санатқа оң ықпал еткен жуық белсенділікті көрсетеді. Бұл ауру ошағы немесе оның шекарасы емес.

Сурет сапасы: Сурет сапасына назар аударыңыз

Сурет өлшемі шағын; Суреттің көп бөлігі тым қараңғы; Суреттің контрасты төмен; Суреттің пішімі әдеттен тыс.

Сапа тексеруі - техникалық эвристика; модель баллын өзгертпейді. Кеуденің толық көрінуі расталмайды.

Сурет модель тексерілген деректерден ерекшеленеді (OOD). Рентген суреттерінде де осындай ескерту шығуы мүмкін. Санат бойынша қорытынды берілмейді; төмендегі баллдар тек техникалық нәтиже. Бұл — OOD-қа сүйенетін сақтық ережесі. Оның клиникалық сенімділігі мен қателікті азайтуы бөлек бағаланбаған.

Validation калибрлеуі: T=0,980. Клиникалық ықтималдық ретінде тексерілмеген.

Техникалық санат қалай есептелді?

Модель баллы 0,999836, ал сақталған шек 0,745000. Балл шекке тең немесе одан жоғары (0,999836 >= 0,745000), сондықтан модель PNEUMONIA санатын таңдады. Жіктеу толық дәлдіктегі баллмен жасалады.

Техникалық баллдар — қорытынды емес

CNN: PNEUMONIA / балл: 1,000 / шек: 0,475

MobileNetV2: PNEUMONIA / балл: 1,000 / шек: 0,745

Ensemble: PNEUMONIA / балл: 1,000 / шек: 0,745

Болжамдар сәйкес. Баллдың жоғары болуы болжамның дұрыстығын дәлелдемейді.

Нәтижені түсіндіру

Санат бойынша қорытынды берілмеді. Модельдер бір санатты таңдаса да, бұл ескерту жойылмайды.

Шектеуі

Grad-CAM соңғы 7 × 7 белгілер картасынан үлкейтіледі. Карта дәл шекара, клиникалық дәлел немесе нақты медициналық белгі атауын бермейді. Балл диагноздың сенімділік пайызы емес.