

# 上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2020K23-20-2360640008

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海中医药大学附属曙光医院西院 (B超8)

计量器具名称

Name of Instrument

医用超声源

型号/规格

Type / Specification

ACUSON S3000

出厂编号

Serial No.

210501

制造单位

Manufacturer

SIEMENS

检定依据

Verification Regulation

JJG 639-1998(2005)《医用超声诊断仪超声源检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人

Approved by

葛振杰

葛振杰

(盖章处)

stamp

核验员

Checked by

赵智慧

赵智慧

检定员

Verified by

黄天浩

黄天浩

检定日期

Date for Verification

2020 年 03 月 02 日

Year

Month

Day

有效期至

Valid until

2021 年 03 月 01 日

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
医用超声源检定装置	超声功率: 2mW~20W	超声功率: $U_{rel}=10\%$ ( $k=2$ )	[1991]国量标 沪证字第117号	2023-06-19

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
超声功率计	UPM-DT-1AV	90141053	2mW~20W	MPE: $\pm 10\%$	LSau2019-0545/ 2020-03-27
仿组织超声体模	KS107BG	17G039	(5~10)MHz	尼龙靶线直径误差: $0.3\pm 0.05\text{mm}$	声超字第 17G039号/ 2020-06-20
仿组织超声体模	KS107BD型	17D024	(1~4)MHz	尼龙靶线直径误差: $0.3\pm 0.05\text{mm}$	声超字第 17D024号/ 2020-06-20
数字多用表	FDM-646	80622120	(1~100) $\mu\text{A}$	MPE: $\pm 1\%$	2020F11-10- 2336740001/ 2021-02-25

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 普安路185号(B超8)

Location

温度:  $20^{\circ}\text{C}$

Ambient temperature

湿度: 52%RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages





检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

仪器档次 A (22) 档 探头型号 6C1  
标称频率 3.5MHz 探头面积  $8\text{cm}^2$

项目及要求				检定结果		
外观及一般工作性能检查 (在不通电的情况下被检仪器及配用的探头应无影响使用的机械损伤, 仪器面板上文字和标志清楚, 开关和键钮灵活可靠; 通电后被检仪器应有超声输出并正常显示, 开关和键钮应起相应作用。 。)				符合要求		
输出声强 ( $\leq 10\text{mW}/\text{cm}^2$ )		3.0 $\text{mW}/\text{cm}^2$				
患者漏电流 ( $< 100\mu\text{A}$ )		0.0 $\mu\text{A}$				
探测深度 ( $\geq 160\text{mm}$ )		190 mm				
盲区 ( $\leq 8\text{mm}$ )		3 mm				
侧、轴向 分辨力 (mm)	靶线深度	30	50	70	120	160
	侧向 $\leq 2$ (深度 $\leq 80$ )	1	1	2	3	3
	$\leq 4$ ( $80 < \text{深度} \leq 130$ )					
	轴向 $\leq 1$ (深度 $\leq 80$ )	1	1	1	1	1
$\leq 2$ ( $80 < \text{深度} \leq 130$ )						
纵向几何位置示值误差 ( $\leq 10\%$ )		0%				
横向几何位置示值误差 ( $\leq 10\%$ )		3%				
囊性病灶直径误差 ( $\pm 10\%$ )		纵向: 5%      横向: 1%				

检定结果内容结束