

**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**MPC089 PESO MUERTO DE 50 g RICE LAKE**

**CENAM**

	Instrumento	Instrumento	Instrumento
Descripción	Comparadora de masas	Comparadora de masas	Comparadora de masas
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	<b>WXTP205DU</b>	<b>AT-1004</b>	<b>XPE26003LC</b>
Serie	B546699302	1117051151	B546895856
Identificación	IPP-21	IPP-02	IPP-22
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Juego de pesas	Pesa patrón	Pesa patrón
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	<b>159350</b>	<b>15849</b>	<b>15850</b>
Serie	B839513795	Sin serie	Sin serie
Identificación	MT-E2-R10	MT-E2-R02	MT-E2-R03
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Pesa cilíndrica individual	Pesa cilíndrica individual	
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	
Modelo	<b>15851</b>	<b>15852</b>	
Serie	Sin serie	Sin serie	
Identificación	MT-E2-R04	MT-E2-R05	
Trazabilidad	CENAM	CENAM	
Propiedad de Mettler toledo			

Trazabilidad externa

Descripción:	<b>Peso muerto de 50 g</b>		
Clave:	<b>MPC089</b>		
Marca:	Rice Lake		
Modelo:	Clase 1		
Serie:	0DOU		
Alcance:	50 g		
Incertidumbre:	0.023 mg		
Calibrado por:	<b>Mettler Toledo</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>ICA.02/6356/19</b>	<b>2019-10-09</b>	<b>2022-10-09</b>
Propiedad de MyPSA			

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**