

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC053 COMPARADOR DE BLOQUES PATRÓN MAHR 826

NIST

Descripción:
Fecha de calibración:
Fecha de vencimiento:
No. de serie:

Instrumento		
Gage blocks		Gage blocks
09/07/2020		18/02/2020
09/07/2021		18/02/2021
QC787GB		17/10/2450
Propiedad de Mahr		

Trazabilidad externa

Descripción:
Identificación:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Exactitud:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de bloques patrón		
MPC032		
Mitutoyo		
516-901-12		
0008603		
De 0.050" a 4"		
2.9 μ in		
Mahr	Calibración:	Vencimiento:
143270	2020-08-21	2023-08-21
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Comparador de Bloques Patrón		
MPC053		
Mahr		
826		
1292/01		
170mm		
$\pm 0,034 \mu$ in		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
57720	2020-08-28	2021-08-28
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Forma: FMP-056-MPC053