

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC350 MULTIMETRO DIGITAL KEITHLEY 175A

CENAM

Descripción:	Instrumento		
	Multímetro Digital	Calibrador Multifunciones	Amplificador de Transconductancia
Marca:	Hewlett Packard	Wavetek	Valhalla
Modelo:	3458A	4808	2555A
Serie:	2823A17324	25490-1	15-1473
Calibrado por:	SEPRI	SEPRI	SEPRI
No. de informe:	E-1191-2017	E-2075-2017	E-0015-2018
Calibración:	22/06/2017	03/11/2017	03/01/2018
Vence:	22/06/2018	03/11/2018	03/02/2019
Trazabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM

Propiedad del SEPRI

Instrumento			
Multímetro Digital	Referencia Zener	Divisor Kelvin- Varley	Patrón de Tensión Alterna
Hewlett Packard 3458A 2823A17324 SEPRI CENAM	Fluke 732B 5875302 CENAM CENAM	Fluke 720A 3190010 SEPRI CENAM	Datron-Wavetek 4920 27378 CENAM CENAM
Nulo Fluke 845AR 2740004 SEPRI CENAM	Resistor Patrón Leads & Northrup 4210 1832626 CENAM CENAM	Resistor Patrón Leads & Northrup 4025-B 1530435 CENAM CENAM	Resistor Patrón Leads & Northrup 4040-B 1550658 CENAM CENAM
Resistor Patrón Leads & Northrup 4221-B 1698812 LAPEM CENAM	Resistor Patrón Leads & Northrup 4030-B 4035-B 1630714 1630738 SEPRI CENAM	Década Patrón IET VRS-100 D4-0540210 SEPRI CENAM	Derivadores de Corriente Fluke A40-20mA A40-200mA A40-1A 15505 3428 3816 LAPEM CENAM
Calibrador Multifunciones Datron-Wavetek 4808 25490-1 SEPRI CENAM			

Propiedad de SEPRI

Trazabilidad externa

Resistencia Derivadora			
MPC010			
Clave:	Leads & Northrup		
Modelo:	4361		
Serie:	1020383		
Alcance:	100A		
Incertidumbre:	± 0,04% de lectura		
Calibrado por:	SEPRI	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	E-0235-2018	2018-02-02	2020-02-02

Propiedad de Mypsa

Multímetro Digital			
MPC002			
Clave:	Agilent		
Modelo:	3458A		
Serie:	2823A12252		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Incertidumbre:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	SEPRI	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	E-2127-2018	2018-10-29	2020-10-29

Propiedad de MyPSA

Calibrador Multifunciones			
MPC001			
Clave:	Fluke		
Modelo:	5500A		
Serie:	6845016		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Exactitud:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	53551	2020-02-01	2021-02-01

Propiedad de Mypsa

Multímetro digital			
MPC350			
Clave:	Keithley		
Modelo:	175A		
Serie:	5814210		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Exactitud:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	55133	2020-03-17	2021-03-17

Propiedad de Mypsa

INSTRUMENTO A CALIBRAR