

CARTA DE TRAZABILIDAD

MPC077 MANOMETRO DIFERENCIAL DRUCK DPI705

CENAM

Descripción:	Calibrador de presión	Balanza de presión y ensamble pistón-cilindro	Masas
No. de identificación:	DH350	DH-5390	DH-2882
Marca, modelo y serie:	DH-Instruments, PPC3, 350	DH-INSTRUMENTS, 3503-3310, C300	No disponible
Calibrado por:	CIDESI	CENAM	Caltechnix
No. de informe:	LPR-180315A	CNM-CC-720-359/2014	Z0833M01
Fecha de calibración:	2018-04-18	2014-10-21	2017-06-30
Fecha de vencimiento:	2020-04-30	2018-10-31	2019-06-30

Calibración Externa

Descripción:	Calibrador digital de 0-30 y 0-300 psi		
No. de identificación:	MPC3190		
Marca, modelo y serie:	Martel, PPC-3300, 00009408		
Calibrado por:	Caltechnix		
No. de informe:	AA1327P01		
Fecha de calibración:	2018-08-21		
Fecha de vencimiento:	2020-08-21		
	Propiedad de Mypsa		

Descripción:	Calibrador de presión de 3000 psi		
Clave:	MPC464		
Marca:	MARTEL		
Modelo:	PPC-3300		
Serie:	Sin Serie		
Alcance:	Alcances: 30 PSI; 3000 psi		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	50619	2019-09-14	2020-09-14
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	Manómetro diferencial		
Clave:	MPC077		
Marca:	Druck		
Modelo:	DPI705		
Serie:	70519034		
Alcance:	± 15 psi		
Incertidumbre:	0.1% de escala completa		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	53371	2020-01-12	2021-01-12
	Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR